



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
W KOZIENICACH**

26-900 Kozienice
Al. Wł. Sikorskiego 10
Tel.: 48/ 679 72 00
Fax: 048/ 679 59 30
e-mail: sekretariat@szpitalkozienice.pl

Regon: 670146450
NIP: 812-16-45-639

SP ZZOZ ND.DZPiZ/2023

Kozienice, 28.07.2023 r.

**Do wykonawców ubiegających się
o udzielenie zamówienia publicznego**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia o wartości poniżej progu stosowania ustawy PZP w postępowaniu w trybie procedury otwartej „**DOSTAWA JEDNORAZOWYCH OSŁON FOLIOWYCH DLA BŁOKU OPERACYJNEGO W SP ZZOZ W KOZIENICACH**”

Nr sprawy: **02/ZP/2023**.

Pytanie nr 1, Zadanie nr 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści osłonę na przewody wykonaną z foli PE o grubości 0,05mm?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2, Zadanie nr 1, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści osłonę na aparaturę RTG wykonaną z foli PE o grubości 0,035mm?

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z ogłoszeniem.

Pytanie nr 3, Zadanie nr 1, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści osłonę na ramię C uniwersalną 3 częściową:

górną z elastyczną gumką 100 x 160 cm,

dolną z elastyczną gumką 80x150cm,

2 taśmy przylepne 3 x 100 cm

Wykonaną z foli PE o grubości 0,065mm?

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z ogłoszeniem.

Pytanie nr 4, Zadanie nr 1, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści osłonę na aparaturę RTG wykonaną z foli PE o grubości 0,065mm?

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z ogłoszeniem.

Pytanie nr 5, Zadanie nr 1, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści osłonę na aparaturę RTG w rozmiarze 80x150cm?

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z zamówieniem.

ZATWIERDZAM:

