



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
W KOZIENICACH**



26-900 Koziencice
Al. Wł. Sikorskiego 10
Tel.: 48/ 679 72 00
Fax: 48/ 679 59 30
e-mail: sekretariat@szpitalkoziencice.pl

Regon: 670146450
NIP: 812-16-45-639

SP ZZOZ DZPiZ/...../2024

Koziencice, dnia 04.01.2024r.

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

dotyczy: Konkursu Ofert na „Udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania rezonansu magnetycznego z opisem badań wraz z dzierżawą pomieszczeń o powierzchni użytkowej 200 m², nr sprawy: 01/KO/ZP/2023

Zamawiający informuje że zwrócono się do niego z prośbą o wyjaśnienie ogłoszenia konkursu ofert:

Pytanie nr 1

Bardzo proszę wyjaśnienie do naszego pytanie dotyczy opis badanie poz. 17-31. Czy ‘przed’ znaczy ‘bez kontrastem’ i ‘po’ znaczy ‘z kontrastem’? Dla czego pytamy; w poz. nr 1’ MR głowy – bez kontrastu’ jest wyraźnie opisane ze bez kontrastu. Według nasze zrozumienie poz. 17-31 jest z kontrastem.

Odp.: Zamawiający w załączniku nr 5 do KO w poz. 17-31 „przed i po kontraście” ma na myśli, badanie przed i po kontraście. W tych pozycjach badanie robione jest w dwóch fazach, przed kontrastem i po kontraście.

Pytanie nr 2

W zał. Nr 3 jest błąd w numerycy załączników (zał. nr 2 jest ponumerowany jako zał. nr 1)

Odp.: W Umowie Dzierżawy w § 2 ust 1 nastąpiła omyłka pisarska. Zamawiający dokonał poprawy w Umowie Dzierżawy. W tej umowie jest tylko jeden załącznik nr 1 protokół przekazania.

Pytanie nr 3

Brakuje zał. nr 1 szkic budynku wraz z opisem techniczny tego budynku?

Odp.: Zamawiający nie dołącza szkicu budynku. Nastąpiła omyłka pisarska ze strony Zamawiającego.

Pytanie nr 4

Brakuje zał. nr 3 Uchwała nr LXVI/331/2023 Rady Powiatowej Koziencickiego.

Odp.: Uchwała Rady Powiatu Koziencickiego, jest tylko i wyłącznie naszą postawą do ogłoszenia Konkursu Ofert. Uchwała Powiatu Koziencickiego nie jest załącznikiem do postępowania.

Pytanie nr 5

Czy Szpital bierze pod uwagę przedłużenie umowy poza 9 lat?

Odp.: Nie, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej nie bierze uwagi przedłużenia umowy na więcej niż 9 lat.

Pytanie nr 6

Czy możemy otrzymać od państwa obecny przydział mocy do budynku Z?

Odp.: Zamawiający informuje iż budynek „Z” zasilany jest podwójnymi przewodami o przekroju 24 mm² z zabezpieczeniem w rozdzielni głównej 315 A, z możliwością podwyższenia wartości zabezpieczenia.

ZATWIERDZAM