



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
W KOZIENICACH**



26-900 Koziencice
Al. Wł. Sikorskiego 10
Tel.: 48/ 679 72 00
Fax: 48/ 679 59 30
e-mail: sekretariat@szpitalkoziencice.pl

Regon: 670146450
NIP: 812-16-45-639

SP ZZOZ ND. DZPiZ/...../2023

Koziencice, dnia 02.01.2023r.

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „**Dostawę asortymentu do wykonywania zabiegów kostnych dla Bloku Operacyjnego SP ZZOZ w Koziencach II**”, Nr sprawy: **20TP/ND.ZP/2022**

Działając na podstawie art. 135 ust 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022r., poz. 1710), Zamawiający informuje że zwrócono się do niego z prośbą o wyjaśnienie n/w zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie nr 1 do Zadania nr 1:

Czy Zamawiający wydzieli pozycje: 16, 17, 18, 19, 20 z pakietu i stworzy osobne zadania?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 2 do Zadania nr 1 poz. 16:

Czy Zamawiający dopuści równoważne rozwiązania w punkcie 16: Gwóźdź anatomiczny do bliższej części kości udowej. Średnica gwóźdźa w części proksymalnej 17 mm. Kąt szyjkowo-udowy 130°? W celu łatwiejszej implantacji, gwóźdź w części dystalnej występujący w 4 średnicach: 9-10-11-12 mm. Boczno-przyśrodkowe zagięcie gwóźdźa w części proksymalnej wynosi 6° co umożliwia wprowadzenie od szczytu krętarza większego. Długości krótkich gwóźdźi: 170, 200 oraz 240 mm. Sterylny. Materiał: stop tytanu.

Odp.: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 3 do Zadania nr 1 poz. 17:

Czy Zamawiający dopuści równoważne rozwiązania w punkcie 17: Gwóźdź anatomiczny do bliższej części kości udowej. Średnica gwóźdźa w części proksymalnej 17 mm. Kąt szyjkowo-udowy 130°? W celu łatwiejszej implantacji, gwóźdź w części dystalnej występujący w 4 średnicach: 9-10-11-12 mm. Boczno-przyśrodkowe zagięcie gwóźdźa w części proksymalnej wynosi 6° co umożliwia wprowadzenie

od szczytu krętarza większego. Długości gwoździ długich: 300, 340, 380, 420 mm. Sterylny. Materiał: stop tytanu.

Odp.: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 4 dotyczy Zadania nr 1 poz. 18:

Czy Zamawiający dopuści równoważne rozwiązania w punkcie 18: Śruba główna niewymagająca blokowania śrubą kompresyjną, trzon śruby w kształcie wrzecionowatym zapobiegający rotacji. Śruba posiada ostrze spiralne. Średnica śruby 10,5 mm , długości 75-120 mm z przeskokiem co 5 mm. Sterylna. Materiał: stop tytanu.

Odp.: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 5 dotyczy Zadania nr 1 poz. 19:

Czy Zamawiający dopuści równoważne rozwiązania w punkcie 19: Śruby do blokowania dystalnego o średnicy 4,9 mm i długościach 26-80 mm z przeskokiem co 2 mm, oraz o długości 85 mm. Niesterylne. Materiał: stop tytanu.

Odp.: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 6 dotyczy Zadania nr 1 poz. 20

Czy Zamawiający dopuści równoważne rozwiązania w punkcie 20: Zaślepki o średnicy 12 mm i dwóch długościach: 28 i 45 mm. Niesterylne. Materiał: stop tytanu.

Odp.: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 7 dotyczy Zadania nr 1 poz. 17:

Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 poz. 17 wymaga w przypadku gwoźdźca długiego wszystkich trzech kątów szyjkowo-trzonowych tzn. 125/130/135?

Odp.: Tak, Zamawiający wymaga.

Powyższe wyjaśnienia udzielone przez Zamawiającego nie modyfikują zapisów SWZ postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę asortymentu do wykonywania zabiegów kostnych dla Bloku Operacyjnego SP ZZOZ w Koźlenicach II”.

ZATWIERDZAM