



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
W KOZIENICACH**

26-900 Koziencice
Al. Wł. Sikorskiego 10
Tel.: 48 614 82 34
Fax: 48 614 81 39
e-mail: zp@szpitalkoziencice.pl

Regon: 670146450
NIP: 812-16-45-639

SPZZOZ.ND.ZP/...../2015

Koziencice, 20.11.2015r.

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „**Zakup sprzętu wraz z wyposażeniem dla SP ZZOZ w Koziencicach - sprzęt i wyposażenie medyczne**”, Nr sprawy: 27/PN/ND.ZP/2015

Działając na podstawie art.38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający informuje że zwrócono się do niego z prośbą o wyjaśnienie n/w zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie Nr 1 dotyczy zadania Nr 6

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania na zasadzie równoważności systemu do kompresji klatki piersiowej LUCAS 2 o następujących parametrach:

UCISKI:

Częstotliwość ucisków: 102 ± 2 uciski na minutę,

Głębokość ucisków: $5,3 \text{ cm} \pm 0,25 \text{ cm}$ dla nominalnego pacjenta*

Cykl kompresji/ dekompresji: $50 \pm 5\%$

Pacjenci kwalifikujący się do terapii:

- wysokość mostka 17-30,3cm
- Maksymalna szerokość klatki piersiowej: 45cm

Użycie systemu LUCAS nie jest ograniczone masą ciała pacjenta.

*Głębokość ucisków u pacjenta z wysokością mostka 17 cm – 18,5 cm wzrasta liniowo od 3,8 cm do 5,3cm.

DZIAŁANIE:

Zasilanie: elektryczne

Źródło zasilania: Bateria – ładowalna, litowo – polimerowa

- Rozmiar: 13,0x8,8x5,7 cm
- Ciężar: 0,6kg
- Pojemność : 3300mAh (typowo), 86 Wh
- Napięcie baterii: 25,9 V
- Czas pracy: 45 minut (typowo)
- Maksymalny czas ładowania baterii: Poniżej 4 godzin w temperaturze pokojowej (22°C)

- Wymagany okres do wymiany baterii: Zaleca się wymianę baterii co 3 lata lub po 200 zastosowaniach

Warunki środowiskowe dla pracy baterii:

- Temperatura pracy: 0°C do +40°C
- Temperatura ładowania: 5°C do +35°C
- Temperatura przechowywania: 0°C do 40°C, poniżej 6 miesięcy
- Klasa IP: IP44

PARAMETRY FIZYCZNE:

Wysokość (spakowane w plecaku): 65 cm

Szerokość (spakowane w plecaku): 33 cm

Głębokość (spakowane w plecaku): 25 cm

Ciężar (z baterią): 7,8 kg

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Powyższe wyjaśnienia udzielone przez Zamawiającego modyfikują zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup sprzętu wraz z wyposażeniem dla SP ZZOZ w Kozienicach - sprzęt i wyposażenie medyczne”, Nr sprawy: 27/PN/ND.ZP/2015.

ZATWIERDZAM:

**mgr Jarosław Pawlik
Dyrektor SPZZOZ w Kozienicach
(podpis i pieczęć na oryginale)**