



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
W KOZIENICACH**

26-900 Kozienice
Al. Wł. Sikorskiego 10
Tel.: 48 614 82 34
Fax: 48 614 81 39
e-mail: sekretariat@szpitalkozienice.pl

Regon: 670146450
NIP: 812-16-45-639

SPZZOZ.ND.ZP/...../2015

Kozienice, 03.11.2015r.

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „**Dostawę asortymentu do sterylizacji dla SP ZZOZ w Kozienicach**”, Nr sprawy: 28/PN/ND.ZP/2015

Działając na podstawie art. 38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający informuje że zwrócono się do niego z prośbą o wyjaśnienie n/w zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie Nr 1 dotyczy zadania Nr 4

W zadaniu Nr 4 Zamawiający wymaga asortyment nie jest wyrobem medycznym zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych, w związku z tym nie jest wymagana deklaracja producenta zgodności z dyrektywą dotyczącą wyrobów medycznych jak również zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych, w związku z powyższym, czy w miejsce tych dokumentów Zamawiający dopuści przedstawienie w ofercie stosownego oświadczenia?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 2 dotyczy zadania Nr 2

Czy Zamawiający stawia wymagania w zakresie ilości warstw folii użytej do konstrukcji rękawów papierowo – foliowych?

Odp.: Nie.

Pytanie Nr 3 dotyczy zadania Nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękaw w rolce po 200 mb przy odpowiednim przeliczeniu zamawianych ilości?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 4 dotyczy zadania Nr 4

Metkownica trzyrzędowe z nadrukiem poprzecznym do taśmy z etykietami (również Blitz T222) umożliwiając nadruk informacji na etykietach o wymiarach nieprzekraczających 28mmx29mm. Prosimy o weryfikację zapisu.

Odp.: Zamawiający dopuszcza etykietę o wymiarach 28mmx29mm.

Pytanie Nr 5 dotyczy zadania Nr 4

Czy Zamawiający dopuści etykiety do metkownicy trzyczęściowej typu Blitz z 6 miejscami informacyjnymi (dodatkowe pole umożliwi oznaczenie symbolu pakietu/produktu – 3 znaki cyfrowe)?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Nr 6 dotyczy wzory umowy § 7 ust. 1

Wnoskujemy o jednoznaczne sformułowanie w SIWZ, że wskazany w nim przez Zamawiającego asortyment zostanie zakupiony przez Zamawiającego w ilości np. co najmniej 80% wolumenu asortymentu opisanego umową.

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie Nr 7 dotyczy zadania Nr 1 poz. 15 – 16

Czy Zamawiający dopuści włókninę o gramaturze 60g/m², cechująca i miękkością i bardzo wysoką wytrzymałością na rozerwanie?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Nr 8 dotyczy zadania Nr 2 poz. 1 – 9

Czy Zamawiający wymaga aby na linii zgrzewa fabrycznego znajdowały i wskaźniki kl. 1 w formie jednolitego prostokąta wraz z opisem o kolorze wskaźników przed i po procesie w języku polskim?

Odp.: Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie Nr 9 dotyczy zadania Nr 2 poz. 1 – 9

Czy Zamawiający wymaga aby oznaczenie normy ISO 11607-1 oraz EN 868-2,3,4,5 było umieszczone na linii zgrzewu fabrycznego?

Odp.: Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie Nr 10 dotyczy zadania Nr 2 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści rękaw w rozmiarze 150mm x 50mm?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Nr 11 dotyczy zadania Nr 3

Czy Zamawiający wydzieli z zadania Nr 3 pozycje 1, 2, 10, 11, 4, 13, 14?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie Nr 12 dotyczy zadania Nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy o długości rolki 200 m zamiast 100m, po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania Zamawiającego?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 13 dotyczy zadania Nr 2 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy z zakładką o szerokości zakładki 50 mm zamiast 55 mm?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 14 dotyczy zadania Nr 2

Czy Zamawiający wymaga zgodnie z pkt.4.6 normy PN EN 868-5, aby na każdym rękawie papierowo-foliowym umieszczona była nazwa wytwórcy?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 15 dotyczy zadania Nr 2

Czy Zamawiający wymaga, aby rękawy do sterylizacji wykazywały zgodność z normami EN 868-3, EN 868-5 i EN ISO 11607-1, potwierdzoną oświadczeniem niezależnej organizacji notyfikowanej?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 16 dotyczy zadania Nr 2

Czy Zamawiający wymaga rękawów do sterylizacji o wysokiej wytrzymałości na przedarcie tj. min. 700 mN w obu kierunkach, co należy potwierdzić arkuszem danych technicznych wystawionym przez producenta rękawów?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 17 dotyczy zadania Nr 2

Czy zgodnie z art. 11 ust. 8 Ustawy o Wyrobach Medycznych, który brzmi „zabronione jest umieszczanie znaków lub napisów, które mogą wprowadzić w błąd co do oznakowania znakiem CE lub numeru jednostki notyfikowanej lub które ograniczają widoczność lub czytelność znaku” Zamawiający wymaga, aby znak CE był umieszczony jedynie na opakowaniu zbiorczym i wewnątrz roli rękawów? Takie oznakowanie stosuje większość przodujących producentów rękawów papierowo – foliowych, aby wykluczyć ryzyko błędnego odczytania oznaczenia CE przez personel medyczny.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 18 dotyczy zadania Nr 1 poz. 13 i 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie papieru o wymiarach 45x45 cm? Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie Nr 19 dotyczy zadania Nr 1 poz. 15 – 16

Czy Zamawiający dopuści włókninę o gramaturze 57 lub 60g/m²? Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ.

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Nr 20 dotyczy zadania Nr 1 poz. 17

Czy Zamawiający wyłączy wyżej wymienioną pozycję i utworzy z niej odrębny pakiet? Pozwoli to naszej firmie na złożenie korzystnej cenowo i jakościowo oferty.

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie Nr 21 dotyczy zadania Nr 2 poz. 1 – 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów do sterylizacji o gramaturze papieru 60 g/m²? Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ.

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie Nr 22 dotyczy zadania Nr 2 poz. 1 – 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów do sterylizacji posiadających z tyłu na papierze następujące informacje:

- rozmiar rękawa
- znak CE
- numer LOT
- piktogram dot. kierunku otwierania rękawa

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie Nr 23 dotyczy zadania Nr 2 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści rękawy o wymiarze 200x50? Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 24 dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 1

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 1 wzoru umowy słowa „5% wynagrodzenia umownego przedmiotu umowy” zostały zastąpione słowami „5% niezrealizowanej wartości umowy”?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie Nr 25 dotyczy wzoru umowy § 9 ust. 2

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 2 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „*Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.*”?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgody.

ZATWIERDZAM:

mgr Jarosław Pawlik
(podpis i pieczęć na oryginale)