

Wykonawca:.....

 tel./fax.:

Samodzielny Publiczny Zespół
 Zakładów Opieki Zdrowotnej
 Al. Gen. Wł. Sikorskiego 10
 26-900 Kozienice
 tel./fax.: (48) 614 82 34/ (48) 614 81 39

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (UMOWY)
zadanie Nr 4 – Etykiety podwójne przylepne

| L. p. | Producent Nr kat. | Przedmiot zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto */ zł, gr. | Wartość netto zł, gr. | VAT % | Wartość brutto zł, gr. |
|--------------|----------------------|---|-------|------------|---|--------------------------|----------|---------------------------|
| 1 | | Etykiety podwójne przylepne , wyposażone w test procesu sterylizacji parowej, umożliwiający wykorzystanie pięciu pól do zapisywania: 1) daty sterylizacji, 2) daty przydatności, 3) numeru autoklawu, 4) numeru cyklu sterylizacji, 5) kodu operatora (osoby odpowiedzialnej za zapakowanie zestawów i załadowanie komory sterylizatora), muszą pasować do trzyczędowej metkownicy BLITZ firmy Semigat o symbolu T 222, o wymiarach 3 x 3 cm. Etykiety muszą posiadać wskaźnik klasy I wg normy EN – ISO 11140-1 | rolka | 140 | | | | |
| RAZEM | | | | | | | X | |

*/Cena jednostkowa zawiera wszystkie koszty i opłaty dodatkowe.

Cena netto /wartość/ zadania Nr 4, ze wszystkimi kosztami i opłatami dodatkowymi zł.
 /słownie zł:

Cena brutto /wartość/ zadania Nr 4, ze wszystkimi kosztami i opłatami dodatkowymi z % podatkiem VAT zł.
 /słownie zł:

.....
 Miejscowość

.....
 Data

.....
 Podpis i pieczęć Wykonawcy