



**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W KOZIENICACH**

26-900 Kozienice  
Al. Wł. Sikorskiego 10  
Tel.: 48 614 82 34  
Fax: 48 614 81 39  
e-mail: zp@szpitalkozienice.pl

Regon: 670146450  
NIP: 812-16-45-639

SPZZOZ.ND.ZP/...../2015

Kozienice, 02.12.2015r.

**Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia publicznego**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „**Dostawę obłożeń chirurgicznych dla SP ZZOZ w Kozienicach**”, Nr sprawy: 31/PN/ND.ZP/2015

Działając na podstawie art.38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający informuje że zwrócono się do niego z prośbą o wyjaśnienie n/w zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

**Pytanie Nr 1 dotyczy zadania Nr 2 poz. 4**

Czy zamawiający dopuści zestaw do zabiegów ginekologicznych, w którym znajduje się 2 szt. ręczników chłonnych? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie Nr 1 dotyczy zadania Nr 2 poz. 8**

Czy zamawiający dopuści serwetę na stolik (owinięcie zestawu) o wymiarach 150x190? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie Nr 1 dotyczy zadania Nr 2 poz. 9**

Czy zamawiający dopuści zestaw w którym dodatkową umieszczona jest taśma samoprzylepna 9x49 cm- 1 szt.? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie Nr 1 dotyczy zadania Nr 2 poz. 11**

Czy zamawiający dopuści serwetę chirurgiczna wykonana z przezroczystej folii PE o wymiarach 150x193 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Powyższe wyjaśnienia udzielone przez Zamawiającego modyfikują zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę obłożeń chirurgicznych dla SPZZOZ w Kozienicach”, Nr sprawy: 31/PN/ND.ZP/2015.**

**ZATWIERDZAM:**

**mgr Jarosław Pawlik  
Dyrektor SPZZOZ w Kozienicach  
(podpis i pieczęć na oryginale)**