



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
W KOZIENICACH**

26-900 Kozienice
Al. Wł. Sikorskiego 10
Tel.: 48 614 82 34
Fax: 48 614 81 39
e-mail: zp@szpitalkozienice.pl

Regon: 670146450
NIP: 812-16-45-639

SPZZOZ.ND.ZP/...../2015

Kozienice, 17.12.2015r.

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „**Dostawę urologicznej pompy ssąco – płuczącej dla SP ZZOZ w Kozienicach**”, Nr sprawy: 39/PN/ND.ZP/2015

Działając na podstawie art.38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający informuje że zwrócono się do niego z prośbą o wyjaśnienie n/w zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie Nr 1

Czy Zamawiający dopuści urządzenie równoważne, opisane poniżej:

WIELOFUNKCYJNA POMPA SSĄCO-PŁUCZĄCA DO ZABIEGÓW LAPAROSKOPOWYCH I ENDO-UROLOGICZNYCH Z AKCESORIAMI	
1	Jednorolkowa pompa ssąco-płucząca wielofunkcyjna z możliwością pracy w trybach laparoscopia (możliwość wykorzystania pompy w połączeniu z morcelatorem) , urologia (wszystkie typy zabiegów urologicznych, również możliwość współpracy z litotryptorem ultradźwiękowym), dodatkowo możliwość pracy pompy w histeroskopii oraz artroskopii. W zestawie transponder (program) do zabiegów laparoskopowych i endo-urologicznych.
2	Pompa wyposażona w dotykowy, kolorowy ekran LCD, dotykowy do sterowania parametrami o przekątnej 5,7 cala. Wszystkie parametry wyświetlane na ekranie pompy w zależności o wyboru specjalności, menu w języku polskim
3	Pompa wyposażona w automatyczny system rozpoznawania narzędzia dobierając optymalne nastawy pracy, pompa będzie także współpracować z płaszczami przepływowymi i nie przepływowymi.
4	Możliwość rozbudowy pompy o sterownik nożny oraz współpracy z drenami jedno i wielorazowymi

5	Funkcja monitorowania objętości zużytego płynu płuczącego z funkcją alarmu opróżnienia worka z płynem płuczącym	
6	Możliwość zapamiętania ostatnich nastawów pompy	
7	Możliwość rozbudowy pompy o wagę na płyn odessany	
8	Wartość przepływu roboczego w trybie laparoskopowym 1,0-2,0L/min	
9	Max. Wartość odsysania w trybie laparoskopowym min.2L/min	
10	Zakres ciśnienia w trybie urologicznym 15-150mmHg	
11	Wartość przepływu w trybie urologicznym min.100-500ml/min	
12	Komplet drenów sterylnych do odsysania – 10 szt.	
13	Komplet drenów sterylnych do płukania – 10 szt.	

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 8 tygodni?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie Nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie reakcji serwisowej do 72h?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie Nr 4

Czy Zamawiający zrezygnuje z naliczania kar umownych w wypadku wstawienia sprzętu zastępczego na czas usunięcia wad i usterek?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie Nr 5 dotyczy załącznika Nr 2 do siwz - poz. I.1

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby pompa ssąco – płucząca mogła być przeznaczona do laparoskopii?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga pompy ssąco – płuczącej przeznaczonej do laparoskopii.

Powyższe wyjaśnienia udzielone przez Zamawiającego modyfikują zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę urologicznej pompy ssąco – płuczącej dla SP ZZOZ w Kozienicach ”, Nr sprawy: 39/PN/ND.ZP/2015

ZATWIERDZAM:

**mgr Jarosław Pawlik
Dyrektor SPZZOZ w Kozienicach
(podpis i pieczęć na oryginale)**