



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
W KOZIENICACH**

26-900 Kozienice
Al. Wł. Sikorskiego 10
Tel.: 48 382 87 73
Fax: 48 614 81 39
e-mail: m.bienko@szpitalkozienice.pl

Regon: 670146450
NIP: 812-16-45-639

SPZZOZ.ND.ZP/...../2016

Kozienice, 22.07.2016r.

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „**Dostawę odczynników do określenia parametrów pilnych i rzadkich wraz zdzierzawą analizatora parametrów pilnych i rzadkich**”, Nr sprawy: **20/PN/ND.ZP/2016**

Działając na podstawie art.38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164), Zamawiający informuje że zwrócono się do niego z prośbą o wyjaśnienie n/w zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie Nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby karty charakterystyk substancji niebezpiecznych - zostały załączone do oferty w formie elektronicznej lub w formie książkowej podpisanej tylko na pierwszej tytułowej stronie?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie wg wyboru Wykonawcy.

Pytanie Nr 2

Czy Zamawiający wyraża zgodę na pozostawienie w formularzu oferty załącznik nr 1 do SIWZ, zapisów dotyczących tylko tych zadań, na które Wykonawca będzie składał ofertę? Pozostałe części zostaną usunięte.

Odp.: Przedmiotem zamówienia jest jedno zadanie.

Pytanie Nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące terminy ważności:

- poz. 4-5 – min. 6 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego?

- poz. 1-3, 6-10 - min. 7 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie Nr 4 dotyczy pkt 7 parametry jakościowe

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozszerzenie tabeli o pozycję 7a w celu wyceny testu GDH polegającego na wstępnym oznaczeniu w próbce kału dehydrogenazy glutaminianowej wydzielanej przez *C. difficile*?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie Nr 5 dotyczy pkt 15 parametry jakościowe

Czy w związku z dzierżawą analizatora wraz z dodatkowym sprzętem komputerowym Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sprzętu o parametrach wystarczających do poprawnej komunikacji z systemem informatycznym posiadanym przez Zamawiającego?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie Nr 6 dotyczy pkt 15 parametry jakościowe

Czy Zamawiający dopuści zestaw komputerowy z monitorem i drukarką o parametrach wystarczających do obsługi analizatora immunochemicznego i jego poprawnej komunikacji z systemem informatycznym?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie Nr 7 dotyczy pkt 15 parametry jakościowe

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie systemu operacyjnego WINDOWS XP – system wystarczający do współpracy z siecią LIS-TECH?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie Nr 8 dotyczy pkt 14 parametry jakościowe

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora z UPS umożliwiającym zakończenie toczących się w danym momencie procesów przetwarzania danych i zamknięcie oprogramowania, a następnie przejście w fazę uśpienia?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie Nr 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozszerzenie tabeli asortymentowej o dodatkowe pozycje i wycenę części zużywalnych wymaganych do prawidłowej pracy aparatu wymienianych podczas przeglądu analizatora?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie Nr 10 dotyczy pkt 7 pod tabelą dzierżawy analizatora

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych, zużywalnych i akcesoriów służących do rozruchu analizatora?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie Nr 11 dotyczy pkt 3 warunki gwarancji

W związku z 6 miesięcznym okresem trwania umowy czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu: „Zapewnić bezpłatne przeglądy techniczne aparatu w terminie obowiązywania umowy według zaleceń producenta w czasie wskazanym przez Zamawiającego”?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie Nr 12 dotyczy § 4 ust. 2 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację treści zapisu w następujący sposób? „Opóźnienie zapłaty należności za dostarczony towar nie upoważnia Wykonawcy do wstrzymania wydania kolejnych partii towaru, pod warunkiem iż zaległość za dostarczony towar nie przekracza 45 dni ponad termin płatności określony na fakturze.”

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 13 dotyczy § 9 ust. 4 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie po sformułowaniu „24 godzin” słów „w dni robocze”?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie Nr 14 dotyczy § 9 ust. 6 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie po sformułowaniu „72 godziny” słów „w dni robocze”?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie Nr 15 dotyczy § 9 ust. 7 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie zapisu ?

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 16 dotyczy § 11 ust. 6 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie postanowienia umownego?

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 17 dotyczy § 13 ust. 2 pkt. 1 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyraża zgodę na obliczanie wysokości kary umownej od niezrealizowanej części umowy?

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 18 dotyczy § 13 ust. 2 pkt. 2 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę sposobu obliczania kary umownej na: „w wysokości 0,2% wartości brutto zamówionego, a niedostarczonego w terminie towaru, za każdy dzień opóźnienia.” ?

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 19 dotyczy § 13 ust. 2 pkt. 2 wzoru umowy

Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, czy wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 0,1%?

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 20 dotyczy § 13 ust. 2 pkt. 3 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 0,1%?

Odp.: Zgodnie z siwz.

Powyższe wyjaśnienia udzielone przez Zamawiającego modyfikują zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę odczynników do określenia parametrów pilnych i rzadkich wraz zdzierzawą analizatora parametrów pilnych i rzadkich”, Nr sprawy: 20/PN/ND.ZP/2016

ZATWIERDZAM:

**mgr Jarosław Pawlik
Dyrektor SP ZZOZ w Kozienicach
(podpis i pieczęć na oryginale)**