



**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W KOZIENICACH**

26-900 Koziencice  
Al. Wł. Sikorskiego 10  
Tel.: 48 38 28 800  
Fax: 48 614 81 39  
e-mail: m.bienko@szpitalkoziencice.pl

Regon: 670146450  
NIP: 812-16-45-639

SPZZOZ.ND.ZP/...../2017

Koziencice, 19.06.2017r.

**Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia publicznego**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „**Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów dla Laboratorium Centralnego SP ZZOZ w Koziencicach**”, Nr sprawy: 13/PN/ND.ZP/2017

Działając na podstawie art.38 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.), Zamawiający informuje że zwrócono się do niego z prośbą o wyjaśnienie n/w zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

**Pytanie Nr 1 dotyczy zadania Nr 5**

Czy Zamawiający opisując w tabeli parametry techniczno-jakościowe w punktach od 3 do 10 ma na myśli zestawy ELISA do oznaczania przeciwciał przeciwko Borrelia?

**Odp.: Tak**

**Pytanie Nr 2 dotyczy Załącznika Nr 1 do SIWZ**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na pozostawienie w formularzu ofertowym w załączniku Nr 1 do SIWZ, zapisów dotyczących tylko tych zadań, na które Wykonawca będzie składał ofertę? Pozostałe części zostaną usunięte.

**Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie Nr 3 dotyczy zadania Nr 1 poz 5-6, 8, 11-12, 14**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące terminy ważności: zadanie Nr 1 poz. 5-6, 8, 11-12, 14 - min. 4 miesiące od daty dostawy do Zamawiającego?

**Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie Nr 4 dotyczy zadania Nr 1**

Czy Zamawiający dopuści by jedno z badań (CD A/B) było wykonywane w czasie 75 minut?

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie Nr 5 dotyczy zadania Nr 1**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu od przyjęcia zgłoszenia do podjętej naprawy do 48 godzin roboczych?

**Odp.: Zgodnie z siwz.**

**Pytanie Nr 6 dotyczy zadania Nr 1**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu usunięcia awarii do 48 godzin? Po tym okresie Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć bez dodatkowej opłaty aparat zastępczy.

**Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu usunięcia awarii do 48 godzin.**

**Pytanie Nr 7 dotyczy wzoru umowy**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do umowy klauzuli waloryzacyjnej w myśl art. 142 ust. 5 ustawy Pzp?

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do umowy klauzuli waloryzacyjnej:**

**1. Strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy w następujących warunkach:**

- 1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług,
  - 2) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r., o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
  - 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.

**2. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt.1 wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług.**

**Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy.**

**3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt.2 wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Nie będą akceptowane koszty wynikające z podwyższenia wynagrodzeń pracowników wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.**

**4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt.3 wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 1 pkt. 3, na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 1 pkt.3.**

**5. Zamawiający po zaakceptowaniu wniosków, o których mowa w ust.3, wyznacza datę podpisania aneksu do umowy.**

**6. Zamiana umowy skutkuje zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy, o którym mowa w ust.5.**

**7. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 pkt.3, na koszty wykonania zamówienia należy do wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez zamawiającego.**

**Pytanie Nr 8 dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 1**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie postanowienia umownego §4 ust. 1?

**Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie Nr 9 dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 2**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie postanowienia umownego §4 ust. 2?

**Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie Nr 10 dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 3**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu §4 ust. 3 na: „Zapłata należności nastąpi po dostawie przelewem w terminie 60 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury”?

**Odp.: Tak, Zamawiający modyfikuje zapis §4 ust. 3 na: „Zapłata należności nastąpi po dostawie przelewem w terminie 60 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.”**

**Pytanie Nr 11 dotyczy wzoru umowy § 4 ust.4**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu § 4 ust.4 na: „Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT, jest uprawniony do otrzymania faktury VAT i upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury bez jego podpisu.”?

**Odp.: Tak, Zamawiający modyfikuje zapis §4 ust. 4 na: Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT, jest uprawniony do otrzymania faktury VAT i upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury bez jego podpisu.**

**Pytanie Nr 12 dotyczy wzoru umowy § 4 ust 5**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu § 4 ust 5 na: „Zamawiający otrzyma od Wykonawcy fakturę posiadającą adnotację powołującą się na niniejszą umowę.”?

**Odp.: Tak, Zamawiający modyfikuje zapis § 4 ust. 5 na: „Zamawiający otrzyma od Wykonawcy fakturę posiadającą adnotację powołującą się na niniejszą umowę.”**

**Pytanie Nr 13 dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 1 pkt 1**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: „ w wysokości 5% niezrealizowanej części wynagrodzenia umownego, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.”?

**Odp.: Zgodnie z siwz.**

**Pytanie Nr 14 wzoru umowy § 6 ust. 1 pkt 2**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 0,1 % wynagrodzenia umownego za daną część dostawy nie dostarczonego w terminie przedmiotu umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia?

**Odp.: Zgodnie z siwz.**

**Pytanie Nr 15 dotyczy zadania Nr 2**

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 2 wyrazi zgodę na dopuszczenie analizatora w którym barwę i klarowność ocenia użytkownik za pomocą czytnika kodów kreskowych z tabeli koloru i klarowności (kartka formatu A4)?

**Odp.:Zgodnie z siwz.**

**Pytanie Nr 16 dotyczy zadania Nr 6**

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie jak często i na ilu poziomach Zamawiający planuje wykonywać oznaczenia kontrolne?

**Odp.: Zamawiający planuje wykonywać oznaczenia kontrolne raz dziennie na jednym poziomie, na przemiennie.**

**Pytanie Nr 17 dotyczy wzoru umowy § 2 ust. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

**Odp.:Zgodnie z siwz.**

**Pytanie Nr 18 dotyczy wzoru umowy § 3 ust. 3**

Czy Zamawiający dopuści, aby zamówienia były składane także za pośrednictwem poczty elektronicznej?

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie Nr 19 dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

**Odp.: Zgodnie z siwz.**

**Pytanie Nr 20 dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu ważności na 6 m-cy?

**Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie Nr 21 dotyczy wzoru umowy § 8 ust. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin dostawy analizatora wynosił 21 dni od daty podpisania umowy a termin ich instalacji 7 dni od daty dostarczenia?

**Odp.: Zgodnie z siwz.**

**Pytanie Nr 22 dotyczy wzoru umowy § 8 ust. 9**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę „bezpłatnie” na „w ramach czynszu dzierżawnego”?

**Odp.:Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie Nr 23 dotyczy wzoru umowy § 8 ust. 12**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę „godzin” na „godzin w dni robocze”?

**Odp.: Zgodnie z siwz.**

**Pytanie Nr 24 dotyczy wzoru umowy § 9 ust. 1 pkt 1)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dot. niezrealizowanej części umowy?

**Odp.: Zgodnie z siwz.**

**Pytanie Nr 25 dotyczy wzoru umowy § 9 ust. 1 pkt 2) - 3)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoki”?

**Odp.: Zgodnie z siwz.**

**Pytanie Nr 26 dotyczy wzoru umowy § 9**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.”

**Odp.: Zgodnie z siwz.**

**Pytanie Nr 27 dotyczy wzoru umowy §12 ust. 1 pkt 2)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?

**Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie Nr 28 dotyczy wzoru umowy § 13**

Czy na podstawie art. 31 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze zm.)- Zamawiający- jako administrator danych osobowych, które mogą znajdować się na aparatach będących przedmiotem zamówienia i do których w związku z prawidłową realizacją obowiązków wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego, tj. przyłączenie do sieci, dokonywanie przeglądów, świadczenie usług serwisowych może mieć dostęp Wykonawca, wyrazi zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych?

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza taką możliwość.**

**Pytanie Nr 29 dotyczy zadania Nr 4**

Czy Zamawiający dopuści analizator z możliwością oznaczania poziomu fibrynogenu wyłącznie klasyczną metodą Claussa?

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza .**

**Pytanie Nr 30 dotyczy zadania Nr 4**

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie odczynnika do ATIII w postaci liofilizatu?

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza .**

**Pytanie Nr 31 dotyczy zadania Nr 4**

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie odczynnika do APTT wyprodukowanego w oparciu o naturalne fosfolipidy, przy zachowaniu wszystkich pozostałych wymogów dotyczących odczynnika. Biorąc pod uwagę jakość uzyskania wyników, syntetyczne czy naturalne fosfolipidy użyte do produkcji odczynnika, nie mają żadnego znaczenia w odniesieniu do diagnostyki pacjenta?

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie Nr 32 dotyczy zadania Nr 4**

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie odczynnika do D-dimer z możliwością wykonania 40 oznaczeń z jednej fiolki (stabilność odczynnika na pokładzie analizatora 14 dni)?

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie Nr 33 dotyczy zadania Nr 4**

Czy Zamawiający dopuszcza jako rozwiązanie równoważne zaoferowanie testu do D-dimerów wysokoczułego z podaną w dołączonym do oferty oficjalnym oświadczeniu producenta czułością kliniczną i negatywną wartością predykcyjną do wykluczania ŻChZZ wynoszącą nie mniej niż 97%?

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie Nr 34 dotyczy zadania Nr 4**

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiału kontrolnego dla PT, APTT, Fibrynogenu i AT III stabilnego 4h w temp pokojowej z możliwością mrożenia?

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie Nr 35 dotyczy zadania Nr 4**

Czy Zamawiający oczekuje analizatora w którym próbki podawane będą na statywach?

**Odp.: Tak, Zamawiający oczekuje analizatora w którym próbki podawane będą na statywach.**

**Pytanie Nr 36 dotyczy zadania Nr 4**

Czy Zamawiający oczekuje, aby analizator został podłączony do nowej stacji roboczej?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza dostarczenie nowej stacji roboczej z oprogramowaniem Windows 10.**

**Pytanie Nr 37 dotyczy zadania Nr 4**

Z jaką częstotliwością dla poszczególnych parametrów będą wykonywane badania kontrolne?

**Odp.: Badania kontrolne będą wykonywane raz dziennie, na jednym poziomie dla poszczególnych parametrów.**

**Pytanie Nr 38 dotyczy zadania Nr 4**

Czy Zamawiający dopuści odczynnik do fibrynogenu z liniowością 40 – 1000 mg/dl w max. drugim automatycznym rozcieńczeniu (zakres pomiarowy w pierwszym oznaczeniu 100 – 500 mg/dl)?

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie Nr 39 dotyczy zadania Nr 9 tabela „Ilość badań” , kolumna 4**

Prosimy o doprecyzowanie, czy w tabeli „Ilość badań”, w kolumnie 4 o nazwie „Koszt badań w ciągu 36 miesięcy”, poz. 1 należy wpisać łączną wartość brutto odczynników, kalibratorów, kontroli i materiałów zużywalnych oraz dzierżawę systemu do elektroforezy wynikającą z sumowania tabel nr 1 i 2, w których wyszczególniono wszystkie odczynniki i akcesoria niezbędne do wykonania 2500 badań w ciągu 36 m-cy?

**Odp.: Tak, w tabeli „Ilość badań”, w kolumnie 4 o nazwie „Koszt badań w ciągu 36 miesięcy”, poz. 1 należy wpisać łączną wartość brutto odczynników, kalibratorów, kontroli i materiałów zużywalnych oraz dzierżawę systemu do elektroforezy wynikającą z sumowania tabel nr 1 i 2, w których wyszczególniono wszystkie odczynniki i akcesoria niezbędne do wykonania 2500 badań w ciągu 36 m-c.**

**Pytanie Nr 40 dotyczy zadania Nr 9 - tabela „Ilość badań” , kolumna 5**

Prosimy o doprecyzowanie, czy w tabeli „Ilość badań”, w kolumnie 5 o nazwie „Nazwa i ilość odczynników i akcesoriów niezbędnych do wykonania badań przez okres 36 m-cy”, poz. 1 wystarczy wpisać ogólnie: „Odczynniki, kalibratory i surowice kontrolne, materiały zużywalne, pomocnicze i akcesoria wraz z dzierżawą systemu wyszczególnione w powyższych tabelach”, bez podawania nazw i ilości skoro wszystkie nazwy i ilości poszczególnych odczynników i akcesoriów zostaną wyszczególnione w tabeli głównej 1 i 2?

**Odp.: Tak, w tabeli „Ilość badań”, w kolumnie 5 o nazwie „Nazwa i ilość odczynników i akcesoriów niezbędnych do wykonania badań przez okres 36 m-cy”, poz. 1 wystarczy wpisać ogólnie: „Odczynniki, kalibratory i surowice kontrolne, materiały zużywalne, pomocnicze i akcesoria wraz z dzierżawą systemu wyszczególnione w powyższych tabelach.**

**Powyższe wyjaśnienia udzielone przez Zamawiającego modyfikują zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów dla Laboratorium centralnego SP ZZOZ w Koźmienicach (II)”, Nr sprawy: 13/PN/ND.ZP/2017**

**ZATWIERDZAM:**

**mgr Jarosłwa Pawlik  
Dyrektor SP ZZOZ w Koźmienicach  
(podpis i pieczęć na oryginale)**