

Wykonawca:

 tel./fax:

Samodzielny Publiczny Zespół
 Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach
 ul. Al. Wł. Sikorskiego 10
 26-900 Kozienice
 tel./fax: (48) 382 88 00/ (48) 614 81 39

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (UMOWY)

Zadanie nr 1 – Odczynniki do określenia parametrów pilnych i rzadkich wraz z dzierżawą analizatora parametrów pilnych i rzadkich

L. p.	Producent	Nr katalogowy	Nazwa odczynnika i akcesoriów niezbędnych do wykonania badań	Wielkość op.	J. m.	Ilość	Cena jednostkowa netto*/ zł., gr.	Wartość netto zł., gr.	VAT %	Wartość brutto zł., gr.
ODCZYNNIKI										
KALIBRATORY I SUROWICE KONTROLNE **										
MATERIALY zużywalne, pomocnicze i akcesoria										
RAZEM									X	

L. p.	Nazwa	J. m.	Ilość	Cena netto za kwartał dzierżawy* zł., gr.	Wartość netto zł., gr.	VAT %	Wartość brutto zł., gr.
1	Dzierżawa analizatora parametrów pilnych i rzadkich	szt.	1			X	

*/

Cena jednostkowa zawiera wszystkie koszty i opłaty dodatkowe konieczne do realizacji zamówienia w tym: transport na własny koszt i ryzyko, opłaty celno-podatkowe, ubezpieczenie towaru, montaż, konieczne testy rozruchowe, uruchomienie, koszty serwisu i obowiązkowych rocznych przeglądów, szkolenia pracowników SPZZOZ w Kozienicach.

**/

- Należy podać wszystkie odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne, zużywalne i akcesoria niezbędne do wykonania wymienionych badań w załączniku Nr 2
- Podane ilości zawierają odczynniki potrzebne do badań kontrolnych.
- Wykonawca gwarantuje, że proponowane ilości odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych, zużywalnych i akcesoriów wystarczą na wykonanie podanych ilości badań.
- Laboratorium pracuje 365 dni w roku, 24 godziny na dobę.
- Wielkość opakowania testów i stabilność odczynników dostosowana do ilości badań wymienionych w formularzu, wszelkie koszty niedoszacowania z tego tytułu ponosi Wykonawca.
- Wykonawca dołączy do pierwszej dostawy, karty charakterystyki substancji niebezpiecznych dla wszystkich odczynników, których to dotyczy
- Wykonawca dostarczy bezpłatnie odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne, zużywalne i akcesoria służące do rozruchu analizatora.

Ilość badań

L. p.	Nazwa badania	Ilość badań	Koszt badań	Nazwa i ilość odczynników i akcesoriów niezbędnych do wykonania badań
1	D DIMER EXCLUSION II	600		
2	GDH	360		
3	EBV VCA IGM	600		
4	CD A/B	1 100		
5	CMV IgM	300		
6	RUB IgM	200		
7	ANTI – TG	550		
8	CMV IgG	300		
9	ANTI – TPO	700		
10	HIGH SENSITIVE TROPONIN I	200		
11	TOXO IgG	200		
12	TOXO IgM	200		
13	RUB IgG II	240		
14	H. PYRORI KIT	600		

15	HCG	400		
	RAZEM ILOŚĆ BADAŃ	6 550		

OPIS TECHNICZNO – JAKOŚCIOWY
Analizatora parametrów pilnych i rzadkich

Producent/Firma:

Typ sprzętu:

Data produkcji aparatu:

L. p.	Parametry techniczno – jakościowe	Jednostka/ wartość Minimalna wymagana	Parametr oferowany: Podać nr strony w ofercie TAK – należy potwierdzić i opisać Podać – należy opisać
Analizator parametrów pilnych i rzadkich			
1.	Wieloparametrowy analizator do badań diagnostycznych metodą immunochemiczną, urządzenie podtrzymujące napięcie UPS.	TAK/PODAĆ	
2.	Możliwość wykonywania wszystkie parametrów określonych w załączniku Nr 2 na jednym analizatorze.	TAK/PODAĆ	
3.	Możliwość wykonywania w tym samym czasie kilku parametrów.	TAK/PODAĆ	
4.	W zestawie odczynnikowym załączone kalibratory i kontrole jakości.	TAK/PODAĆ	
5.	Termin przydatności odczynnika na pokładzie analizatora zgodnie z załączoną ulotką.	TAK/PODAĆ	
6.	Stała gotowość aparatu do pracy.	TAK/PODAĆ	
7.	Termin ważności odczynnika roboczego min. 6 miesięcy.	TAK/PODAĆ	
8.	Zminimalizowanie czynności przy wykonywaniu testów. Całkowicie automatyczny proces analizy.	TAK/PODAĆ	
9.	Odczynniki w postaci gotowej do użycia.	TAK/PODAĆ	
10.	Krzywa kalibracyjna opracowana przez producenta w formie kodu paskowego, wprowadzana do pamięci analizatora automatycznie.	TAK/PODAĆ	
11.	Automatyczne testowanie odczynników i systemu.	TAK/PODAĆ	
12.	Średni czas wykonania oznaczeń od 15 do 60 minut.	TAK/PODAĆ	
13.	Wykluczone ryzyko kontaminacji-aparat bezigłowy.	TAK/PODAĆ	

INNE WYMAGANIA

14	Wyposażenie w zewnętrzne urządzenie zasilania awaryjnego UPS o czasie podtrzymywania min. 30 minut	TAK/PODAĆ	
15	Zewnętrzny komputer z czytnikiem kodów paskowych, monitorem i drukarką: a) Komputer: Gigabyte GA-EG41MFT-US2H, Intel Pentium Dual Core E6300 2.8 GHz BOX, GoodRam 2GB 1066MHz DDR3 Non-ECC CL7 DODIMM, Seagate 250GB Barracuda 7200.12 (8MB, Serial ATA II), LG SuperMulti DVD+/-RW GH22LS50 LightScribe bulk black (Serial ATA) + soft, Tracer TRO-113 CHERRY 4Life 400 Eccono, Kontroler 4xCOM PCI, Mysz, Klawiatura, Listwa zasilająca 3 metry kabel, Microsoft Windows 7 Professional PL OEM 32Bit, 19” Samsung SyncMaster 943NW czarny lub równoważny – 1 szt. b) Czytnik kodów kreskowych SYMBOL LS-2208, interfejs KB, podstawka - 1 szt. c) Drukarka – 1 szt.	TAK/PODAĆ	
16.	Komunikacja poprzez konwerter USB RS-232 z systemem laboratoryjnym MARCEL	TAK/PODAĆ	
17.	Koszty włączenia analizatora do systemu laboratoryjnego MARCEL pokrywa Wykonawca.	TAK/PODAĆ	
18.	Analizator nie starszy niż 2010 rok		
19.	Instrukcja w języku polskim	TAK/PODAĆ	
20	Oznaczenie sprzętu znakiem CE.	TAK/PODAĆ	
21	Instalacja, uruchomienie analizatora oraz szkolenie personelu w zakresie pełnej obsługi oraz interpretacji wyników bez dodatkowej opłaty.	TAK/PODAĆ	

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

Zestawienie parametrów wymaganych

L. p.	Parametry wymagane	Jednostka/ wartość minimalna wymagana	Tak – należy potwierdzić i opisać Podać – należy opisać
1.	Wykonawca gwarantuje bezpłatny serwis do aparatu oddanego w dzierżawę.	TAK	
2.	Czas reakcji serwisu od przyjęcia zgłoszenia do podjętej naprawy max 24 godzin	TAK/Podać	
3.	Zapewnić bezpłatnie minimum trzy przeglądy techniczne aparatu w terminie obowiązywania umowy (jeden przegląd rocznie, trzy w ciągu całego okresu obowiązywania umowy), w czasie wskazanym przez Zamawiającego.	TAK/Podać	
4.	W przypadku awarii której usunięcie będzie trwało dłużej niż 24 godziny	TAK	

	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć bez dodatkowej opłaty aparat zastępczy o koszcie jednostkowym badań nie wyższym niż w przedmiotowej umowie		
5.	Wykonawca gwarantuje, że w ciągu jednego miesiąca będzie możliwość rutynowego wykonywania wszystkich testów wymienionych w formularzu ofertowym. Wyniki będą powtarzalne i prawidłowe w odniesieniu do materiału kontrolnego, w przeciwnym razie Wykonawca będzie zobowiązany do wymiany analizatora, a powtórne niepowodzenie będzie podstawą do rozwiązania umowy z winny Wykonawcy.	TAK	

Wykonawcy zobowiązani są do złożenia pełnej oferty, zawierającej wszystkie wymienione elementy tj. analizator wraz z oryginalnymi odczytnikami, kontrolami i wszystkimi materiałami zużywalnymi producenta do oferowanego analizatora. Mają stanowić kompletny system analityczny pochodzący od jednego producenta.

Cena netto/wartość/ zadania Nr 1, ze wszystkimi kosztami i opłatami dodatkowymi koniecznymi do realizacji zamówienia zł.
(słownie zł: /.

Cena brutto /wartość/ zadania Nr 1, ze wszystkimi kosztami i opłatami dodatkowymi koniecznymi do realizacji zamówienia zł
(słownie zł: /.

.....
Miejscowość

.....
Data

.....
Podpis i pieczęć Wykonawcy