

**INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  
NA  
„DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW DLA LABORATORIUM  
CENTRALNEGO SP ZZOZ W KOZIENICACH”**

dla  
**Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach,  
26-900 Kozienice, woj. Mazowieckie,  
ul. Al. Wł. Sikorskiego 10,  
tel.: 48 38 28 800, fax: 48 614 81 39**

[www.szpitalkozienice.pl](http://www.szpitalkozienice.pl)

e-mail: sekretariat@szpitalkozienice.pl

Stosownie do postanowień art. 92 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatorów dla Laboratorium Centralnego SP ZZOZ w Kozienicach”, Numer sprawy: 13/PN/ND.ZP/2017, dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej, w zakresie zadania Nr 2.

W przedmiotowym postępowaniu zostało złożonych **10** (słownie: **dziesięć**) ofert.  
Ilość odrzuconych ofert **1** (słownie: **jedna**), w zakresie zadania nr 2.

Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia kryteriami jakim kierował się Zamawiający przy wyborze oferty najkorzystniejszej, była:

- a) cena brutto - **80%**
- b) termin realizacji dostaw częściowych - **20%**

Zamawiający zgodnie ze wskazaną w specyfikacji istotnych warunków zamówienia formą dokonał oceny punktowej złożonych ofert.

**Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert:  
Zadanie nr 2 – Paski do moczu wraz z dzierżawą analizatora testów paskowych**

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	Streszczenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert	Cena brutto za realizację zamówienia	Termin realizacji dostaw częściowych	Punktacja	Kolejność ofert wg kryteriów
1	ELAB Elżbieta Żero ul. Lipowa 9 05 – 500 Mysiadło	Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu	32 454,00 zł	7 dni	Cena – 80,00 pkt. + termin realizacji dostaw częściowych 20,00 pkt. = 100,00 pkt.	Oferta pierwsza w kolejności
4	BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5 20 – 277 Lublin	Wykonawca nie spełnia <i>warunki udziału w postępowaniu</i> , oferta podlega odrzuceniu	-	-	-	-

Oferta złożona przez firmę **BioMaxima S.A.** stosownie do postanowień art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zostaje odrzucona ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Uzasadnienie prawne:**

Stosownie do postanowień art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający odrzuca ofertę ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Uzasadnienie faktyczne:**

Po analizie oraz odbytej w dniu 17.08.2017 roku prezentacji zaoficerowanego przez firmę BioMaxima S.A. analizatora do testów paskowych moczu typ BM URI 500, Zamawiający stosownie do postanowień art. 87 ust. 1 ustawy Prawa zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm) wzywał firmę **BioMaxima S.A.** do złożenia wyjaśnień w przedmiocie rozbieżności pomiędzy tabelą Opis techniczno – jakościowy w zakresie załącznika Nr 2 do siwz – zadanie Nr 2 a zaoficerowanym analizatorem do testów paskowych. Komisja testując zaoficerowany przez firmę Biomaxima analizator do testów paskowych moczu typu BM URI 500 stwierdziła:

- pkt. 6 brak definiowania barwy i klarowności moczu poprzez ekran dotykowy
- pkt. 14 brak możliwości wpisywania parametrów osadu na wynik badania
- pkt. 16 aparat nie sygnalizuje błędu w przypadku nieprawidłowo namoczonych pól paska (suchego paska)

- pkt. 27 brak możliwości wydruku z aparatu, że pomiar odbywa się z zastosowaniem czterech długości fal
- pkt. 29 brak wymaganej czułości wykrywania białka od 10 mg/dl

W dniu 25 sierpnia 2017 roku firma **BioMaxima S.A.** złożyła odpowiedź na skierowane do niej pismo przez Zamawiającego. Po analizie przedmiotowego pisma Zamawiający stwierdził, że treść oferty złożonej przez firmę **BioMaxima S.A.** nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujących punktach:

- pkt. 6 brak definiowania barwy i klarowności moczu poprzez ekran dotykowy
- pkt. 14 brak możliwości wpisywania parametrów osadu na wynik badania
- pkt. 16 aparat nie sygnalizuje błędu w przypadku nieprawidłowo namoczonych pół paska (suchego paska) – w czasie prezentacji analizatora BioMaxima S.A. nie wykryto suchego paska.

Natomiast analiza wyjaśnień złożonych przez firmę **BioMaxima S.A.** potwierdziła, że treść oferty Wykonawcy odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujących punktach:

- pkt. 27 (potwierdzenie - instrukcja użytkownika strona 4)
- pkt. 29 (potwierdzenie - metodyka do pasków)

Biorąc powyższe pod uwagę Zamawiający postąpił jak na wstępie.

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta nr **1** firmy **ELAB Elżbieta Żero** odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru.

Firma **ELAB Elżbieta Żero** za realizację przedmiotowego zamówienia zaproponowała najniższą cenę **32 454,00 PLN** oraz najkorzystniejszy termin realizacji dostaw częściowych – 7 dni, co jest równoważne z przyznaniem maksymalnej liczby punktów (100,00).

Umowa z firmą **ELAB Elżbieta Żero** zostanie zawarta w dniu **11 września 2017r.**

Kozienice, dnia 06.09.2017r.

**ZATWIERDZAM:**

**mgr Jarosław Pawlik**  
**Dyrektor SP ZZOZ w Kozienicach**  
**(podpis i pieczęć na oryginale)**