



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
W KOZIENICACH**

26-900 Koziencice
Al. Wł. Sikorskiego 10
Tel.: 48/ 679 72 00
Fax: 48/ 679 59 30
e-mail: sekretariat@szpitalkoziencice.pl

Regon: 670146450
NIP: 812-16-45-639

SP ZZOZ ND.ZP/...../2019

Koziencice, dnia

21.10.2019r.

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawa obłożeń jednorazowych dla SP ZZOZ w Koziencicach II”, Nr sprawy:19/PN/ND.ZP/2019

Działając na podstawie art.38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający informuje że zwrócono się do niego z prośbą o wyjaśnienie n/w zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie Nr 1 dotyczy Zadania nr 1, poz. 1-4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie foli chirurgicznej wykonanej z poliuretanu?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie Nr 2 dotyczy Zadania nr 1, poz. 1-4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie foli chirurgicznej z systemem bezpiecznej aplikacji ale bez znacznika uwolnienia linera?

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 3 dotyczy Zadania nr 1, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie foli chirurgicznej w rozmiarze 34x40cm?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie Nr 4 dotyczy Zadania nr 1, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie foli chirurgicznej w rozmiarze 60x80cm?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie Nr 5 dotyczy Zadania nr 1, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie foli chirurgicznej w rozmiarze 60x52cm?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie Nr 6 dotyczy Zadania nr 1, poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie foli chirurgicznej w rozmiarze 70x80cm?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie Nr 7 dotyczy Zadania nr 1, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie foli chirurgicznej z powierzchnią lepną w rozmiarze 15x22cm?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie Nr 8 dotyczy Zadania nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie pokrowca na aparaturę w kształcie walca w rozmiarze 70x80cm?

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 9 dotyczy Zadania nr 2 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie 3-częściowego zestawu osłon na ramię C o składzie:

- osłona górna 100x160cm
- osłona dolna 80x150cm
- 2 x taśma lepna 3x100cm?

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 10 dotyczy Zadania nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści sterylną, ultra cienką folię chirurgiczną bakteriobójczą, wykonaną z poliuretanu o grubości $22 \pm 1 \mu$; warstwa klejąca pokryta jodoforem uwalniającym wolny jod na skórę pacjenta; przepuszczalność dla pary wodnej min. $670 \pm 50 \text{ g/m}^2/24\text{h}$; brzegi folii nielepne umożliwiające łatwą aplikację, powierzchnia lepna 34x40cm (całkowita 40x40cm)?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 11 dotyczy Zadania nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści sterylną, ultra cienką folię chirurgiczną bakteriobójczą, wykonaną z poliuretanu o grubości $22 \pm 1 \mu$; warstwa klejąca pokryta jodoforem uwalniającym wolny jod na skórę pacjenta; przepuszczalność dla pary wodnej min. $670 \pm 50 \text{ g/m}^2/24\text{h}$; brzegi folii nielepne umożliwiające łatwą aplikację, powierzchnia lepna 60x60cm (całkowita 80x60cm)?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 12 dotyczy Zadania nr 1 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści sterylną, ultra cienką folię chirurgiczną bakteriobójczą, wykonaną z poliuretanu o grubości $22 \pm 1 \mu$; warstwa klejąca pokryta jodoforem uwalniającym wolny jod na skórę pacjenta; przepuszczalność dla pary wodnej min. $670 \pm 50 \text{ g/m}^2/24\text{h}$; brzegi folii nielepne umożliwiające łatwą aplikację, powierzchnia lepna 60x45cm (całkowita 70x45cm)?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 13 dotyczy Zadania nr 1 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej, ultra cienkiej folii chirurgicznej bakteriobójczej, wykonanej z poliuretanu o grubości $22 \pm 1 \mu$; warstwa klejąca pokryta jodoforem uwalniającym wolny jod na skórę pacjenta; przepuszczalność dla pary wodnej min. $670 \pm 50 \text{ g/m}^2/24\text{h}$; brzegi folii nielepne umożliwiające łatwą aplikację, powierzchnia lepna 70x80cm (całkowita 80x80cm)?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Powyższe wyjaśnienia udzielone przez Zamawiającego modyfikują zapisy siwz postępowania o udzielenie zamówienia na „Dostawę obłożeń jednorazowych dla SP ZZOZ w Kozienicach II”, Nr sprawy: 19/PN/ND.ZP/2019.

ZATWIERDZAM

Z-ca DYREKTORA
ds. Pielęgniarstwa
SP ZZOZ w Kozienicach
[Podpis]
mgr Grażyna Mazur