



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
W KOZIENICACH**

26-900 Koźienice
Al. Wł. Sikorskiego 10
Tel.: 48/ 679 72 00
Fax: 48/ 679 59 30
e-mail: sekretariat@szpitalkozienice.pl

Regon: 670146450
NIP: 812-16-45-639

SP ZZOZ ND.ZP/...../2020

Koźienice, dnia 26.03.2020 r.

**Do wykonawców ubiegających się
o udzielenie zamówienia**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla SP ZZOZ w Koźienicach (II)” : Nr sprawy: 04/PN/ND.ZP/2020

Działając na podstawie art.38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 1843), Zamawiający informuje że zwrócono się do niego z prośbą o wyjaśnienie n/w zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie Nr 1 dotyczy zadania Nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści cewniki moczowodowe w zestawie z popychaczem o dł. 40cm zamiast popychacza o dł. 50 cm? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 2 dotyczy zadania Nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści cewniki moczowodowe w zestawie z popychaczem o dł. 70 cm, w którym popychacz stanowi oddzielnie, sterylnie zapakowany element? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 3 dotyczy zadania Nr 1 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści cewniki moczowodowe w zestawie z popychaczem o dł. 40 cm, zamiast popychacza o dł. 50 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 4 dotyczy zadania Nr 1 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści cewniki moczowodowe w zestawie z popychaczem o dł. 40 cm, zamiast popychaczy o dł. 50 cm? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 5 dotyczy zadania Nr 1 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści zestaw do nefrostomii w składzie:

- cewnik 12 FR, dł. 30 cm, typ J. Wykonany z poliuretanu, otwory drenujące rozmieszczone na pętli cewnika, łącznik Luer-Lock oraz jednorazowy kranik regulujący przepływ moczu;
- igła punkcyjna dwuczęściowa, wykonana ze stali medycznej, średnica 18G, dł. Użytkowa 20 cm widoczna w USG;

- prowadnica typu Lunderquista średnica 0,035', dł. 80 cm , pokryta teflonem , sztywna z giętką 1,5 mm końcówką typu J;
- rozszerzadła atraumatyczne (CH10, CH14) widoczne w RTG, długość 18 cm;
- uniwersalny łącznik z męskim Luer-Lock

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 6 dotyczy zadania Nr 1 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści zestaw do nefrostomii w składzie:

- cewnik 9 FR, dł. 34 cm, typ J. Wykonany z poliuretanu, otwory drenujące rozmieszczone na pętli cewnika, łącznik Luer-Lock oraz jednorazowy kranik regulujący przepływ moczu;
- igła punkcyjna dwuczęściowa, wykonana ze stali medycznej, średnica 18G, dł. Użytkowa 20 cm widoczna w USG;
- prowadnica typu Lunderquista średnica 0,035', dł. 80 cm , pokryta teflonem , sztywna z giętką 1,5 mm końcówką typu J;
- rozszerzadła atraumatyczne (CH10) widoczne w RTG, długość 18 cm;
- uniwersalny łącznik z męskim Luer-Lock

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 7 dotyczy zadania Nr 1 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści zestaw do nefrostomii w składzie:

- cewnik 12 FR, dł. 30 cm, typ J. Wykonany z poliuretanu, otwory drenujące rozmieszczone na pętli cewnika, łącznik Luer-Lock oraz jednorazowy kranik regulujący przepływ moczu;
- prowadnica typu Lunderquist średnica 0,035', dł. 80 cm , pokryta teflonem , sztywna z końcówką giętką prostą;
- rozszerzadła atraumatyczne (CH10, CH14) widoczne w RTG, długość 18 cm;
- uniwersalny łącznik z męskim Luer-Lock

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 8 dotyczy zadania Nr 10 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o podanie czy powyższy papier ma być z nadrukiem czy gładki?

Odp.: Zamawiający wymaga papieru z nadrukiem.

Pytanie Nr 9 dotyczy zadania Nr 10 poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji papieru do defibrylatora Lifepak 12 o szerokości 107mm.

Odp.: Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 10 dotyczy zadania Nr 10 poz. 9

Czy Zamawiający oczekuje w ww. papieru oryginalnego czy też dopuszcza zaoferowanie papieru kompatybilnego.

Odp.: Zamawiający wymaga oryginalnego papieru.

Pytanie Nr 11 dotyczy wzoru umowy § 4 pkt. 2

Czy Zamawiający doda zapis do §4 pkt.2 wzoru umowy: „Jeżeli opóźnienie przekracza 14 dni od terminu płatności wystawionej faktury, wówczas Wykonawca ma prawo wstrzymać realizację kolejnej dostawy”?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 12 dotyczy wzoru umowy § 6 pkt. 2

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości kar umownej za odstąpienie od umowy do części niezrealizowanej umowy zamiast wartości nominalnej umowy, tj. w § 6 ust. 1.1) i 2 projektu umowy zamiast zwrotu „5% wynagrodzenia umownego przedmiotu umowy ” wpisanie zwrotu: „wartości niezrealizowanej części umowy”?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 13 dotyczy wzoru umowy § 7 pkt. 1

Prosimy o określenie minimalnego zakresu zamówienia, to znaczy takiego, do realizacji którego Zamawiający będzie zobowiązany, np. w procencie wartości pełnego zakresu zamówienia.

Odp.: Zamawiający będzie się starał wykorzystać umowę w jak największym procencie. W związku ze zmienną ilością niezbędnego asortymentu związaną ze specyfiką zakładów opieki zdrowotnej, nie jesteśmy w stanie podać konkretnej wartości procentowej.

Pytanie Nr 14 dotyczy wzoru umowy § 7 pkt. 2

Czy Zamawiający wykreśli ze wzoru umowy par. 7 ust. 2?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 15 dotyczy zadania Nr 2 poz.1

Czy zamawiający wydzieli pozycję nr 1 z zadania Nr 2 i utworzy oddzielne zadanie?

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Pytanie Nr 16 dotyczy zadania Nr 2 poz.1

Czy zamawiający wymaga aby prowadnica była w zestawie z żelem, osłoną z elementami mocującymi?

Odp.: Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie Nr 17 dotyczy zadania Nr 2 poz.1

Do jakiego modelu głowicy ma być kompatybilna prowadnica z wymienionych w SIWZ: GE Healthcare's E72, E71, E8Ci GE Healthcare's E72, E71, E8C--RS, RS, E8CS, IC5--99--D, IC5D, IC5--9H,, MTZ i MZ.9H,, MTZ i MZ ?

Odp.: E72, E71, E8C—RS, E8CS, IC5-9-D, IC5-9H, MTZ i MZ.

Pytanie Nr 18 dotyczy zadania nr 2 poz. 4

Czy Zamawiający wydzieli pozycje nr 4 z zadania Nr 2 i utworzy oddzielne zadanie ?

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 19 dotyczy Zadania nr 9 poz. 6-14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionych pozycji i utworzenie z nich odrębnego zadania?

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Pytanie Nr 20 dotyczy Zadania nr 9 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści elektrody okrągłe o średnicy 50mm lub 55mm?

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 21 dotyczy Zadania nr 9 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści elektrody do Holtera w rozmiarze 55 x 41mm?

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 22 dotyczy Zadania nr 9 poz. 13

Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do lewatywy?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 23 dotyczy Zadania nr 9 poz. 14

Czy Zamawiający dopuści zestaw do pobierania wydzieliny z pojemnikiem 20ml lub 40ml?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza zestaw do pobierania wydzieliny z pojemnikiem 20ml.

Pytanie Nr 24 dotyczy Zadania nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści cewnik moczowodowy typu pigtail otwarty, w skład zestawu wchodzi: cewnik pigtail Ch 4,8 dług. Cewnika 26 cm, popychacz 45 cm. Możliwość utrzymania cewnika do 12 miesięcy?

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 25 dotyczy Zadania nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści cewnik moczowodowy typu pigtail otwarty, w skład zestawu wchodzi: cewnik pigtail Ch 6 dług. Cewnika 26 cm, popychacz 45 cm. Możliwość utrzymania cewnika do 12 miesięcy?

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 26 dotyczy Zadania nr 1 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści cewnik moczowodowy typu pigtail otwarty, w skład zestawu wchodzi: cewnik pigtail Ch 7 dług. Cewnika 26 cm, popychacz 45 cm. Możliwość utrzymania cewnika do 12 miesięcy?

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 27 dotyczy Zadania nr 1 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści cewnik moczowodowy typu pigtail otwarty, w skład zestawu wchodzi: cewnik pigtail Ch 8 dług. Cewnika 26 cm, popychacz 45 cm. Możliwość utrzymania cewnika do 12 miesięcy?

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 28 dotyczy Zadania nr 1 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści zestaw do nefrostomii przezskórnej 10Ch z rozszerzadłem 14Ch z elementami zestawu

- 2-częściowa kaniula punkcyjna z widocznym w USG znacznikiem na końcówce (3 pierścienie)
- Prowadnica sztywna, z giętką końcówką typu J w dyspenserze, z końcówką wprowadzającą, długość 800 mm
- 2-częściowe rozszerzadło, otwór centralny, dł. ok. 175 mm, z rozrywalną koszulką, widoczne w rtg
- Cewnik poliuretanowy typu pigtail, widoczny w rtg, długość ok. 30 cm, otwór centralny, 6 otworów drenujących, nacięcia na trzonie do szwu mocującego, przedłużacz do cewnika typu pigtail z pionowym rozcięciem i łącznik Luer-lock
- Kranik LL
- Adapter do worka na mocz (łącznik Luer-lock z lejkiem)
- 3 samoprzylepne etykiety do dokumentacji
- Sterylne, do jednorazowego użytku
- Nie zawierają lateksu

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 29 dotyczy Zadania nr 1 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści zestaw do nefrostomii przezskórnej 8Ch z rozszerzadłem 12Ch z elementami zestawu

- 2-częściowa kaniula punkcyjna z widocznym w USG znacznikiem na końcówce (3 pierścienie)
- Prowadnica sztywna, z giętką końcówką typu J w dyspenserze, z końcówką wprowadzającą, długość 800 mm
- 2-częściowe rozszerzadło, otwór centralny, dł. ok. 175 mm, z rozrywalną koszulką, widoczne w rtg
- Cewnik poliuretanowy typu pigtail, widoczny w rtg, długość ok. 30 cm, otwór centralny, 6 otworów drenujących, nacięcia na trzonie do szwu mocującego, przedłużacz do cewnika typu pigtail z pionowym rozcięciem i łącznik Luer-lock
- Kranik LL
- Adapter do worka na mocz (łącznik Luer-lock z lejkiem)
- 3 samoprzylepne etykiety do dokumentacji
- Sterylne, do jednorazowego użytku
- Nie zawierają lateksu?

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 30 dotyczy Zadania nr 1 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści zestaw do nefrostomii przezskórnej do zestawu 8 i/lub 10Ch z elementami zestawu

- Prowadnica sztywna, z giętką końcówką typu J w dyspenserze, z końcówką wprowadzającą, długość 800 mm
- Przedłużacz cewnika metalowy, długość 325 mm, plastikowy mandryn
- Cewnik poliuretanowy typu pigtail, widoczny w rtg, długość ok. 30 cm, otwór centralny, powłoka hydrożelowa, 6 otworów drenujących, nacięcia na trzonie do szwu mocującego, łącznik Luer-lock
- Kranik LL
- Adapter do worka na mocz (łącznik Luer-lock z lejkiem)
- 3 samoprzylepne etykiety do dokumentacji
- Sterylne, do jednorazowego użytku
- Nie zawierają lateksu?

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 31 dotyczy Zadania 9 poz.11.

Czy Zamawiający dopuści elektrody na piance o śr. 40mm?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 32 dotyczy Zadania 9 poz.12.

Czy Zamawiający wydzielili poz. 9 z zadania Nr 12 i utworzy osobne zadanie?

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 33 dotyczy zadania Nr 2 poz. 4

Prosimy o podanie do którego konkretnie modelu głowicy ma być kompatybilna prowadnica (czy jest to prowadnica liniowa, czy też convex?) do aparatu USG.

Odp.: Zamawiający wymaga prowadnicy liniowej do aparatu USG typu LOGIQ 220 PRO.

Powyższe wyjaśnienia udzielone przez Zamawiającego modyfikują zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla SP ZZOZ w Kozienicach (II)” : Nr sprawy: 04/PN/ND.ZP/2020

ZATWIERDZAM:
mgr Roman Wysocki
SP ZZOZ w Kozienicach

