

Wykonawca: .....  
 .....  
 .....  
 tel./fax: .....

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów  
 Opieki Zdrowotnej w Kozienicach  
 ul. Al. Wł. Sikorskiego 10  
26-900 Kozienice  
 tel./fax: (48) 679 72 00/ (48) 679 59 30

**PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ( UMOWY )**  
**Zadanie nr 1 – Sprzęt medyczny jednorazowego użytku**

L. p.	Producent / Nr kat **/	Przedmiot zamówienia	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa netto */ zł, gr.	Wartość netto zł, gr.	VAT %	Wartość brutto zł., gr.	Minimalna ilość sztuk w opakowaniu (ilość/jedno opakowanie)
1.		Kateter do drenażu klatki piersiowej z trokarem, służy do odsysania powietrza, płynów jamy opłucnej oraz zamkniętego drenażu międzyżebrowego z trokarem centralnym, z podziałką głębokości, sterylny, jednorazowy wykonany z PVC medycznej jakości, o optymalnej dobranej twardości, z widoczną datą ważności. Rozmiar od Nr 24 do Nr 32. Z linią kontrastującą w promieniach RTG.	szt	300					
2		Zamknięty system do autotransfuzji w zestawie z drenem łączącym o składzie: - silikonowy mieszek o pojemności minimum 400 ml z zastawką przeciwwrotną i filtrem 200 mikronów zintegrowany z drenem, z portem samouszczelniającym oraz zintegrowanym schodkowym łącznikiem Y do połączenia z drenami Redona, - worek na krew z filtrem 40 mikronów o pojemności minimum 1000 ml z portem do pobierania próbek lub podania antykoagulantu, - dren łączący o długości 150 cm umożliwiający przetoczenie krwi do pacjenta za pomocą standardowej linii do przetoczeń bez konieczności rozłączania silikonowego mieszka i worka do autotransfuzji lub alternatywne dwa dodatkowe worki na krew z filtrem i worek drenażowy, - dwa dreny typu Redon z trokarami z rozmiarze 16Ch.	szt	1					
3		Wielofunkcyjny zestaw do drenażu klatki piersiowej z mechaniczną kontrolą ssania Variant z pojedynczym drenem łączącym. Zestaw do drenażu opłucnej (aktywnego i grawitacyjnego) z mechaniczną regulacją siły ssania (regulacja za pomocą słupa wody wykluczona) wyposażony w wyskalowane pokrętko umieszczone na przedniej ścianie umożliwiające regulację w zakresie od 5-40cmH <sub>2</sub> O, komora o objętości 2100ml wyskalowana co 5ml w zakresie 0-200ml i co 10ml do 2000ml, posiadający wskaźnik pływakowy umożliwiający wizualizację prawidłowego działania drenażu, zastawkę bezpieczeństwa do uwolnienia wysokiego podciśnienia, automatyczny zawór uwalniający dodatkowo ciśnienie, port do pobierania próbek drenowanego płynu, o wysokości do 25 cm i konstrukcji nie wymagającej mocowania na stojaku w przypadku umieszczenia na podłodze, z uchwytem umożliwiającym przenoszenie lub powieszenie, z możliwością położenia w pozycji ho-	szt	100					

		ryzontalnej (poziomej) na krótki czas niepowodującego wymieszania roztworów wewnątrz komory, zapakowany podwójnie, sterylny, z pojedynczym drenem łączącym bezlateksowym zabezpieczonym przed zagięciem, z możliwością odłączenia							
4		Dren Kherra z łącznikiem do dróg żółciowych wykonany z czystego silikonu, linia widoczna w rtg, znaczniki co 5 cm (+/- 1 cm), długość ramion około 50 cm, poprzecznego około 20cm, sterylny, podwójnie pakowany Rozmiar: 9 – 24 Ch	szt	100					
5		Dren brzuszny wykonany z przezroczystego 100% silikonu z atraumatycznym zakończeniem, otwór końcowy, naprzeciwległe rozmieszczone otwory, znacznik głębokości 5 cm od ostatniego otworu fenestracyjnego oraz linia widoczna w RTG, podwójnie pakowany, sterylny, długość 50cm , Rozmiar: 9 – 36 Ch	szt	1000					
6		Zamknięty system do drenażu grawitacyjnego z drenem wykonanym z silikonu o długości 100 cm, z wtopioną nitką rtg, z eliptycznymi otworami, zintegrowany z workiem o pojemności ok 600ml, z zastawką płatkową z kranikiem spustowym, worek wyskalowany, sterylny, podwójnie pakowany. Rozmiar: 9, 12, 15, 18, 20, 24, 28, 30, 33, 36.	szt	2000					
<b>RAZEM</b>							<b>X</b>		<b>X</b>

\*/Cena jednostkowa zawiera wszystkie koszty i opłaty dodatkowe.

\*\*/ Zamawiający dopuszcza zmianę producenta asortymentu przedstawionego w przedmiotowym załączniku pod warunkiem spełnienia przez Wykonawcę niżej określonych przesłanek:

- produkt nowego producenta musi posiadać co najmniej parametry określone w przedmiotowym załączniku,
- Wykonawca musi wystąpić z pismem informującym o zmianie producenta zaoferowanego asortymentu,
- Cena jednostkowa nowego asortymentu nie może być wyższa od ceny jednostkowa zaoferowanego asortymentu,
- Zmiana producenta nie wymaga formy aneksu.

**Cena netto /wartość/ zadania Nr 1, ze wszystkimi kosztami i opłatami dodatkowymi .....** zł.  
/słownie zł: ..... /.

**Cena brutto /wartość/ zadania Nr 1, ze wszystkimi kosztami i opłatami dodatkowymi z ..... % podatkiem VAT .....** zł.  
/słownie zł: ..... /.

.....  
Miejscowość                      Data                      Podpis i pieczęć Wykonawcy