



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
W KOZIENICACH**

26-900 Kozienice
Al. Wł. Sikorskiego 10
Tel.: 48/ 679 72 00
Fax: 48/ 679 59 30
e-mail: sekretariat@szpitalkozienice.pl

Regon: 670146450
NIP: 812-16-45-639

SP ZZOZ ND.ZP/...../2020

Kozienice, dnia 04.09.2020 r.

**Do wykonawców
ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawa odczynników dla Pracowni Mikrobiologicznej i Cytologicznej SP ZZOZ w Koziencicach wraz z dzierżawą aparatów ” : Nr sprawy: 15/PN/ND.ZP/2020

Pytanie Nr 1 dotyczy Umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę?

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Pytanie Nr 2 dotyczy Umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisów § 6 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto.

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Pytanie Nr 3 dotyczy Umowy

Czy Zamawiający dopuści zmianę określenia "opóźnienie" na "zwłoka"?

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Pytanie Nr 4 dotyczy Umowy

Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie?.

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Pytanie Nr 5 dotyczy Umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zwiększenie cen jednostkowych brutto, a co za tym idzie wartości brutto umowy, w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT?

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Pytanie Nr 7 dotyczy Umowy

Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i braku możliwości dalszego stosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT, z jednoczesnym podwyższeniem ceny jednostkowej brutto?

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Pytanie Nr 8 dotyczy Umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w projekcie umowy zapisu, że zmiany umowy mogą nastąpić również w przypadku, gdy dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych, liczbowych, numeracji jednostek redakcyjnych lub uzupełnień treści nie powodujących zmiany celu i istoty umowy?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie Nr 9 dotyczy Umowy

Czy Zamawiający dopuści aneksowanie ze względu na zamianę oferowanego produktu na produkt równoważny w przypadku zmiany produktu lub producenta sprzętu?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie Nr 10 dotyczy Umowy

Czy Zamawiający dopuści, po każdorazowej konsultacji z Zamawiającym w razie problemów z dostawą związaną z obecną sytuacją tj., opóźnienia w dostawach wynikające z sił wyższych – tj. zagrożenie Koronawirusem - możliwość zaoferowania zamiennika produktu w trakcie realizacji umowy, o innej nazwie, kodzie i/lub sposobie opakowania produktu oraz zbliżonych parametrach jakościowych w stosunku do produktu zaoferowanego w danej pozycji oferty w sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, jest on niedostępny u producenta, termin dostaw jest wydłużony, trwają wydłużone kontrole w zakresie dostarczanych produktów od Producentów/ Dostawców? W przypadku innego sposobu pakowania (konfekcji), cena za opakowanie zbiorcze oferowanego zamiennika zostałyby przeliczona w ten sposób, że cena za sztukę lub oznaczenie zamiennika byłaby równa cenie za sztukę lub oznaczenie produktu znajdującego się danej pozycji umowy.

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Pytanie Nr 11 dotyczy Umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie we wzorze umowy następujące postanowienia:

Poza zmianami umowy dopuszczonymi w art. 144 ust. 1 Pzp dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy, w tym poszczególnych zamówień, gdy konieczność zmiany spowodowana jest okolicznościami poza kontrolą stron, których działając z należytą starannością strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Dotyczy to w szczególności takich okoliczności jak zagrożenie epidemiologiczne, zamieszki, akty terroru, zamknięcie granic, rządowe ograniczenia międzynarodowego transportu, utrudnienia na lotniskach i granicach, tj. okoliczności o charakterze tzw. Siły wyższej. W czasie trwania siły wyższej Wykonawca odpowiada za wykonanie Umowy na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby pomimo istnienia siły wyższej zapewnić ciągłość dostaw wszystkich produktów na bieżąco i zgodnie ze składanymi zamówieniami oraz zobowiązuje się informować Zamawiającego niezwłocznie i na bieżąco o wszelkich trudnościach związanych z dostarczeniem zamówionych przez niego produktów.

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Pytanie Nr 12 dotyczy Zadania nr 4

Czy Zamawiający w pozycji nr 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoża w opakowaniu zawierającym 20 sztuk?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie Nr 13 dotyczy Zadania nr 9 i 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów z terminem ważności min. 10 miesięcy od daty dostawy?

Odp.: Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie Nr 14 dotyczy Zadania nr 4 poz 1

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 4 pozycji 1 bulion w konfekcji 1x5 ml z odpowiednim przeliczeniem na wymaganą ilość?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 15 dotyczy Zadania nr 4 poz 7

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 4 pozycji 7 osocze królicze w konfekcji 6x5 ml z odpowiednim przeliczeniem na wymaganą ilość?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 16 dotyczy Zadania nr 4 poz 18

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 4 pozycji 18 krążki z cefinazą w konfekcji 25 szt./op. z odpowiednim przeliczeniem na wymaganą ilość?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 17 dotyczy Zadania nr 5 poz3,4

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 5 pozycji 3 i 4 ezy precyzyjne do posiewu niklowo-chromowe bez certyfikatu kalibracji?

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Pytanie Nr 18 dotyczy Zadania nr 6

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 6 aby krążki antybiotykowe z pozycji 61, 62 oraz 64-69 pochodziły od innego producenta?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 19 dotyczy Zadania nr 6

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu 6 pozycji 65 i 66 zaoferowanie zestawu krążków do wykrywania AmpC?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie Nr 20 dotyczy Zadania nr 6

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 6 pozycji 67, 68, 69 zaoferowanie zestawu krążków do wykrywania KPC&MBL&OXA-48?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 21 dotyczy Zadania nr 6

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 6 pozycji 84 aby podłoże chromogenne OXA-48 pochodziło od innego producenta?

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Pytanie Nr 22 dotyczy Zadania nr 6

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 6 pozycji 88 szybki test immunochromatograficzny do identyfikacji 5 karbapenemaz w jednym oznaczeniu dla OXA-48, OXA-163 KPC, NDM, VIM?

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Pytanie Nr 23 dotyczy Zadania nr 6

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 6 krążki antybiotykowe pakowane w opakowaniach zbiorczych zawierających maksymalnie 5 fiolek, z możliwością zakupu pojedynczych fiolek?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie Nr 24 dotyczy Zadania nr 6

Czy Zamawiający wymaga w Zadaniu nr 6 dostarczenia wraz z ofertą pozytywnej opinii KORLD dla wszystkich krążków antybiotykowych, która jest potwierdzeniem jakości otrzymywanych krążków oraz ich bezpieczeństwa stosowania w procesie diagnostycznym?

Odp.: Tak, zamawiający wymaga.

Pytanie Nr 25 dotyczy Zadania nr 6

Czy Zamawiający wymaga w Zadaniu nr 6 aby stężenie antybiotyku w krążku zawierało się w zakresie 90-125% ustalonego stężenia, tak jak określa norma DIN- lub równoważna, a także dostarczenia dokumentu producenta krążków antybiotykowych dotyczącego kryteriów akceptacji zakresów stężenia antybiotyku zawartego na krążkach wg normy DIN lub równoważnego?

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Pytanie Nr 26 dotyczy Zadania nr 6

Czy Zamawiający wymaga w Zadaniu nr 6 wyniku / raportu z porównania krążków antybiotykowych przeprowadzonego przez EUCAST, w którym uzyskały one bardzo dobre wyniki?

Odp.: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie Nr 27 dotyczy Zadania nr 6

Czy Zamawiający wymaga w Zadaniu 6 aby wszystkie krążki antybiotykowe posiadały identyczne warunki przechowywania od -20 0C do + 80C z uwzględnieniem antybiotyków beta- laktamowych?

Odp.: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie Nr 28 dotyczy Zadania nr 6 (takie samo pytanie jak pyt 24?)

Czy Zamawiający wymaga w Zadaniu nr 6 dostarczenia wraz z ofertą pozytywnej opinii KORLD na wszystkie podłoża gotowe na płytkach, z wyłączeniem pozycji 84, która jest potwierdzeniem jakości otrzymywanych podłoży oraz ich bezpieczeństwa stosowania w procesie diagnostycznym?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie Nr 29 dotyczy Zadania nr 6

Czy Zamawiający wymaga w Zadaniu nr 6 dostarczenia dokumentów walidacyjnych producenta potwierdzających brak wpływu temperatury podczas transportu do 40h na jakość podłoży, z wyłączeniem pozycji 84?

Odp.: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie Nr 30 dotyczy Zadania nr 6

Czy Zamawiający wymaga w Zadaniu nr 6 dostarczenia certyfikatu walidacyjnego potwierdzającego możliwość przechowywania podłoży na płytkach, a w szczególności, podłoża z krwią baranią, podłoża MacConkeya, podłoża Chapmana, podłoża Mueller-Hintona, z wyłączeniem pozycji 84, w temperaturze pokojowej przez 4 tygodnie?

Odp.: Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie Nr 31 dotyczy Zadania nr 8

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 8 szczepy w formie liofilizowanej w postaci wymazówek wraz z płynem uwadniającym pochodzące z maksymalnie trzeciego pasażu?

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Pytanie Nr 32 dotyczy Zadania nr 6

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 6 aby krążki antybiotykowe w pozycji 53 pochodziły od innego producenta?

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Pytanie Nr 33 dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Pytanie Nr 34 dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ustalenie dla zadania nr 1, 2, 5 minimalnego terminu dostawy wynoszącego 2 dni?

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Pytanie Nr 35 dotyczy §2 Umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu 2 sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 200 zł netto”

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Pytanie Nr 36 dotyczy §3 Umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu §3 pkt.1 oraz §3 pkt.2

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Pytanie Nr 37 dotyczy §6 pkt 1.1 Umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na „5% niezrealizowanej wartości brutto umowy ?

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Pytanie Nr 38 dotyczy §8 pkt 1 Umowy

Z uwagi na specjalne ceny oferowane Zamawiającemu przez wykonawców, kalkulowane na podstawie ilości podanych przez Zamawiającego w SIWZ, czy Zamawiający nie rozważy możliwości zmiany zapisu na: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji Umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 20% wartości umowy.

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Pytanie Nr 39 dotyczy Zadanie nr 1 poz.2

Czy Zamawiający dopuszcza pojemnik wykonany z PP, z nakrętką ze zmodyfikowanego PE?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 40 dotyczy Zadanie nr 1 poz.4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemników na mocz o pojemności 2,5 l wykonanych z HDPE

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie Nr 41 dotyczy Zadanie nr 1 poz.5

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania płyt do oznaczania grup krwi z rowkiem usztywniającym, który zapobiega uginaniu się płyty i w rezultacie ułatwia przeprowadzanie badań?

Odp.: Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie Nr 42 dotyczy Zadanie nr 2 poz.5

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie probówek o wymiarach 16x65 mm ?

Odp.: Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 43 dotyczy Zadanie nr 2 poz.7

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pipety o długości 155mm o pojemności użytkowej 3 ml i całkowitej 4 ml?

Odp.: Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 44 dotyczy Zadanie nr 2 poz.8

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie cylindra wykonanego z PMP (TPX)?

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Pytanie Nr 45 dotyczy Zadanie nr 2 poz.8

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie cylindra o wymiarach 195 mmx18 mm?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza cylindry o wymiarach 195mm x18mm (+/- 3 mm)

Pytanie Nr 46 dotyczy Zadanie nr 2 poz.13

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie probówek o wymiarach 12x75 mm o pojemności 4 ml spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie Nr 47 dotyczy Zadanie nr 2 poz.19

Czy Zamawiający oczekuje szkiełek ciętych?

Odp.: Tak, Zamawiający wymaga szkiełek ciętych.

Pytanie Nr 48 dotyczy Zadanie nr 5 poz.3,4,5

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania ezy niklowo-chromowa niekalibrowana? Ezy kalibrowane mogą mieć objętość tylko 1ml lub 10ml

Odp.: Tak, Zamawiający wymaga ezy niklowo-chromowa niekalibrowana.

Pytanie Nr 49 dotyczy Zadanie nr 5 poz.3,4,5

Czy Zamawiający dopuszcza eza niklowo-chromowa, w op. po 25szt., o średnica oczka 5,3 oraz 2mm odpowiednio?

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Pytanie Nr 50 dotyczy Zadanie nr 5 poz.6-11

Jakiej klasy czystości oczekuje Zamawiający? Czy wymaga wyrobów sterylnych radiacyjnie (sterile - R) czy dopuszcza wyroby aseptyczne lub sterylizowane gazowo?

Odp.: Tak, Zamawiający wymaga wyrobów sterile-R

Pytanie Nr 51 dotyczy Zadanie nr 5 poz.6,8-11

Czy Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia należał do Medycznej Klasy IIa czy dopuszcza niższą klasę I? SIWZ nie zawiera w/w informacji

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Pytanie Nr 52 dotyczy Zadanie nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pozycji nr 10 soli fizjologicznej w probówkach o objętości 5 ml?

Odp.: Tak, zamawiający wyraża zgodę

Pytanie Nr 53 dotyczy Zadanie nr 6

Czy Zamawiający zakwalifikuje formy użyczenia na zgodny z ustawą PZP warunek dzierżawy opisanego sprzętu.

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Pytanie Nr 54 dotyczy Zadanie nr 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pozycjach 27 oraz 65 – 69 krążków antybiotykowych pochodzących od innego producenta, które są inaczej pakowane, inaczej oznaczane od pozostałych krążków opisanych w „Parametrach wymaganych” w punktach nr 1, 2, 3, 6 a spełniają pozostałe wymagania Zamawiającego?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie Nr 55 dotyczy Zadanie nr 8 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pozycji nr 5 (Szczep wzorcowy z drugiego lub maksymalnie czwartego pasażu w postaci liofilizatu do kontroli jakości podłoży i testów Haemophilus influenzae ATCC 49247 w postaci wymazówek) szczepu wzorcowego z pierwszego pasażu w postaci liofilizowanych krążków i czy w opisie nie nastąpiła omyłka pisarska, ponieważ w jednostkach miary jest op./10 krążków ?

Odp. Nastąpiła omyłka pisarska , Jest: „Szczep wzorcowy z drugiego lub maksymalnie czwartego pasażu w postaci liofilizatu do kontroli jakości podłoży i testów Haemophilus influenzae ATCC 49247 w postaci wymazówek” winno być: Szczep wzorcowy z drugiego lub maksymalnie czwartego pasażu w postaci liofilizatu do kontroli jakości podłoży i testów Haemophilus influenzae ATCC 49247 „

Pytanie Nr 56 dotyczy Umowy §7 pkt.2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie terminu dostawy analizatora, uruchomienie, podłączenie do posiadanego przez Zamawiającego systemu informatycznego (dwukierunkowa komunikacja) do 4 – 5 tygodni od daty zawarcia umowy.

Odp.: Tak, zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie Nr 57 dotyczy Umowy §7 pkt.2

Czy zamawiający wyrazi zgodę na o wyłączenie pozycji 8 z pakietu 4 i utworzenie z niej odrębnego pakietu?

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Powyższe wyjaśnienia udzielone przez Zamawiającego nie modyfikują zapisów SIWZ postępowania o udzielenie zamówienia na „Dostawę odczynników dla Pracowni Mikrobiologicznej i Cytologicznej SP ZZOZ w Kozienicach wraz z dzierżawą aparatów” Nr sprawy 15/PN.ND.ZP/2020

ZATWIERDZAM: