



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
W KOZIENICACH**



26-900 Koziernice
Al. Wł. Sikorskiego 10
Tel.: 48/ 679 72 00
Fax: 48/ 679 59 30
e-mail: sekretariat@szpitalkoziernice.pl

Regon: 670146450
NIP: 812-16-45-639

SP ZZOZ ND.ZP/...../2020

Koziernice, dnia 26.08.2020r.

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „**Dostawę sprzętu specjalistycznego jednorazowego użytku dla SP ZZOZ w Koziernicach (II)**” : Nr sprawy: **18/PN/ND.ZP/2020**

Działając na podstawie art.38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 1843), Zamawiający informuje że zwrócono się do niego z prośbą o wyjaśnienie n/w zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie Nr 1 dotyczy zadania Nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający w zadaniu Nr 2 poz. 1 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt najwyższej jakości marki RUSCH zgodnie z opisem: Igła do nefrostomii dwuczęściowa do zab. PCNL 17,5G x 20 cm?

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 2 dotyczy zadania Nr 2 poz. 2

Czy Zamawiający w zadaniu Nr 2 poz. 2 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt najwyższej jakości marki RUSCH zgodnie z opisem: Prowadnica do nefrostomii dług 80 cm z miękką końcówką zagiętą długości 2,5 cm do zabiegów PCNL?

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 3 dotyczy zadania Nr 2 poz. 3

Czy Zamawiający w zadaniu Nr 2 poz. 3 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt najwyższej jakości marki RUSCH zgodnie z opisem: Zestaw do nefrostomii 10Ch z rozszerzadłem 14Ch z elementami zestawu:

- 2-częściowa kaniula punkcyjna z widocznym w USG znacznikiem na końcówce (3 pierścienie),
- Prowadnica sztywna, z giętką końcówką typu J w dyspenserze, z końcówką wprowadzającą, długość 800 mm,
- 2-częściowe rozszerzadło, otwór centralny, dł. ok. 175 mm, z rozrywalną koszulką, widoczne w rtg
- Cewnik poliuretanowy typu pigtail, widoczny w rtg, długość ok. 30 cm, otwór centralny, 6 otworów drenujących, nacięcia na trzonie do szwu mocującego, przedłużacz do cewnika typu pigtail z pionowym rozcięciem i łącznik Luer-lock,
- Kranik LL,
- Adapter do worka na mocz (łącznik Luer-lock z lejkiem),
- 3 samoprzylepne etykiety do dokumentacji,

- Sterylne, do jednorazowego użytku,
- Nie zawierają lateksu?

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 4 dotyczy zadania Nr 2 poz. 4

Czy Zamawiający w zadaniu Nr 2 poz. 4 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt najwyższej jakości marki RUSCH zgodnie z opisem: Zestaw do nefrostomii 8Ch z rozszerzadłem 12Ch z elementami zestawu:

- 2-częściowa kaniula punkcyjna z widocznym w USG znacznikiem na końcówce (3 pierścienie),
- Prowadnica sztywna, z giętką końcówką typu J w dyspenserze, z końcówką wprowadzającą, długość 800 mm,
- 2-częściowe rozszerzadło, otwór centralny, dł. ok. 175 mm, z rozrywalną koszulką, widoczne w rtg,
- Cewnik poliuretanowy typu pigtail, widoczny w rtg, długość ok. 30 cm, otwór centralny, 6 otworów drenujących, nacięcia na trzonie do szwu mocującego, przedłużacz do cewnika typu pigtail z pionowym rozcięciem i łącznik Luer-lock,
- Kranik LL,
- Adapter do worka na mocz (łącznik Luer-lock z lejkiem),
- 3 samoprzylepne etykiety do dokumentacji,
- Sterylne, do jednorazowego użytku,
- Nie zawierają lateksu?

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 5 dotyczy zadania Nr 2 poz. 5

Czy Zamawiający w zadaniu Nr 2 poz. 5 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt najwyższej jakości marki RUSCH zgodnie z opisem: Zestaw do wymiany kateterów 10Ch z elementami zestawu:

- Prowadnica sztywna, z giętką końcówką typu J w dyspenserze, z końcówką wprowadzającą, długość 800 mm,
- Przedłużacz cewnika metalowy, długość 325 mm, plastikowy mandryn,
- Cewnik poliuretanowy typu pigtail, widoczny w rtg, długość ok. 30 cm, otwór centralny, powłoka hydrożelowa, 6 otworów, drenujących, nacięcia na trzonie do szwu mocującego, łącznik Luer-lock,
- Kranik LL,
- Adapter do worka na mocz (łącznik Luer-lock z lejkiem),
- 3 samoprzylepne etykiety do dokumentacji,
- Sterylne, do jednorazowego użytku,
- Nie zawierają lateksu?

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 6 dotyczy zadania Nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający w zadaniu Nr 4 poz. 1 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt najwyższej jakości marki RUSCH zgodnie z opisem: Cewnik moczowodowy typu pigtail otwarty, w skład zestawu wchodzi: cewnik pigtail Ch 4,8 dług. Cewnika 26 cm, popychacz 45 cm. Możliwość utrzymania cewnika do 12 miesięcy?

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 7 dotyczy zadania Nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający w zadaniu Nr 4 poz. 1 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt najwyższej jakości marki RUSCH zgodnie z opisem: Cewnik moczowodowy typu pigtail zamknięty, w skład zestawu wchodzi: cewnik pigtail Ch 4,8 dług. Cewnika 26 cm, popychacz 90 cm do URS. Możliwość utrzymania cewnika do 12 miesięcy?

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 8 dotyczy zadania Nr 4 poz. 2

Czy Zamawiający w zadaniu Nr 4 poz. 2 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt najwyższej jakości marki RUSCH zgodnie z opisem: Cewnik moczowodowy typu pigtail otwarty, w skład zestawu wchodzi: cewnik pigtail Ch 6 dług. Cewnika 26 cm, popychacz 45 cm. Możliwość utrzymania cewnika do 12 miesięcy?

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 9 dotyczy zadania Nr 4 poz. 3

Czy Zamawiający w zadaniu Nr 4 poz. 3 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt najwyższej jakości marki RUSCH zgodnie z opisem: Cewnik moczowodowy typu pigtail otwarty, w skład zestawu wchodzi: cewnik pigtail Ch 7 dług. Cewnika 26 cm, popychacz 45 cm. Możliwość utrzymania cewnika do 12 miesięcy?

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 10 dotyczy zadania Nr 4 poz. 4

Czy Zamawiający w zadaniu Nr 4 poz. 4 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt najwyższej jakości marki RUSCH zgodnie z opisem: Cewnik moczowodowy typu pigtail otwarty, w skład zestawu wchodzi: cewnik pigtail Ch 8 dług. Cewnika 26 cm, popychacz 45 cm. Możliwość utrzymania cewnika do 12 miesięcy?

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 11 dotyczy zadania Nr 6 poz. 1 – 8

Czy Zamawiający dopuści wycenę ostrzy za opakowanie a'100 sztuk z przeliczeniem wymaganej ilości?

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 12 dotyczy zadania Nr 6 poz. 1,2,3,4,5,6,7,8

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby na każdym pojedynczym ostrzu oprócz numeru i nazwy był wygrawerowany kraj producenta?

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 13 dotyczy zadania Nr 7 poz. 2,5,6

Czy Zamawiający dopuści zestaw z igłą Verresa 15G i drenem o długości 125cm?

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 14 dotyczy zadania Nr 7 poz. 3,4

Czy Zamawiający dopuści igły w rozmiarach: 14G/16G/19G o długości 8cm?

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 15 dotyczy zadania Nr 7 poz. 3,4

Czy Zamawiający dopuści zestaw z drenem o długości 125cm?

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 16 dotyczy zadania Nr 10 poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści bezpieczne skalpele wykonane ze stali nierdzewnej?

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 17 dotyczy zadania Nr 10 poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści skalpele pakowane zbiorczo a'25sztuk?

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 18 dotyczy zadania Nr 5 poz. 1

Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny zamknięty system do odsysania w układzie zamkniętym dla rurek tracheotomijnych oraz intubacyjnych o następujących parametrach :

- posiada zintegrowany podwójnie obrotowy łącznik 15 mm o kącie 45° do podłączenia rurki i respiratora,
- posiada obrotowy port do przepłukiwania cewnika (port do irygacji) o długości ok 8 cm zamykany kapturkiem zamocowanym do portu kompatybilny z fiolką 10 ml NaCl,
- posiada zamykany port do podawania leków z końcówką Luer (MDI)
- posiada przezroczystą komorę pozwalającą na obserwację wydzieliny pacjenta, która izoluje drobnoustroje i jest uszczelniona próżniowo co zmniejszająca ryzyko VAP oraz infekcji krzyżowej
- posiada zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka zamocowanego do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu
- regulacja podciśnienia następuje poprzez zawór kontroli siły ssania znakowany rozmiarem cewnika oraz informacją „OPEN”
- blokada zaworu regulacji siły ssania następuje poprzez jego obrót o 90° lub 180°
- posiada suwak umożliwiający pełne zamknięcie/otwarcie przepływu bez konieczności rozmontowania całości systemu
- system wyposażony w klips pozwalający na bezpieczne rozmontowanie systemu z rurką intubacyjną bez uszkodzenia elementów
- cewnik zakończony atraumatycznie niebieską miękką obwódką, zaokrąglony, bez ostrych krawędzi, wyposażony w czarną obwódkę pozwalającą na jego wizualizację podczas przepłukiwania
- cewnik wyposażony w dwa otwory boczne ułożone naprzemianlegle oraz znaczniki głębokości skalowane co 1 cm
- oznaczenie rozmiaru cewnika widoczne na końcu cewnika, na zaworze kontroli siły ssania oraz kolorystycznie (zgodnie z standardem ISO) na obwódce łączącej pozostałe elementy systemu z rękawem ochronnym
- w zestawie kolorowe naklejki do oznaczenia daty wymiany zestawu w języku angielskim
- system stanowi integralną całość i jest gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania bez konieczności montażu dodatkowych akcesoriów
- sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu
- jednorazowego użytku z możliwością stosowania do 72 godzin
- pakowany w rękaw papierowo-foliowy

Rozmiar	Długość cewnika	Przeznaczenie
10Fr 3,3mm	600mm	intubacja
12Fr 4,0mm	600mm	intubacja
14Fr 4,7mm	600mm	intubacja
16Fr 5,3mm	600mm	intubacja
10Fr 3,3mm	300mm	tracheostomia
12Fr 4,0mm	300mm	tracheostomia
14Fr 4,7mm	300mm	tracheostomia
16Fr 5,3mm	300mm	tracheostomia

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 19 dotyczy zadania Nr 5 poz. 3

Czy zamawiający wymaga gąbki pokrytej dwuwęglanem sodu?

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 20 dotyczy zadania Nr 5 poz. 4

Czy Zamawiający wydzieli poz. 4 z zadania Nr 5?

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 21 dotyczy zadania Nr 5 poz. 5

Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny zestaw do 24- godzinnej o następujących parametrach:

2x Szczoteczka do zębów z możliwością odsysania z możliwością regulacji siły odsysania

2x Płyn bezalkoholowy do płukania jamy ustnej z 0,12% roztworem chlorheksydu

4x Roztwór płynu do płukania z 1,5% nadtlenu wodoru

4x Gąbka z funkcją odsysania z możliwością regulacji siły odsysania z zagiętą końcówką

6x Aplikator gąbkowy do nawilżania

6x Żel nawilżający do ust na bazie wodnej

Zestaw do kompleksowej toalety jamy ustnej przez 24 godziny. Specjalne opakowanie w formie dyspensera, który umożliwia pobieranie zestawów we właściwej kolejności, można postawić na szafce pacjenta?

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 22 dotyczy zadania Nr 5 poz. 5

Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny zestaw do 24- godzinnej o następujących parametrach:

2x Szczoteczka do zębów z możliwością odsysania

6x Roztwór 1,5% nadtlenu wodoru (10 ml)

4x Gąbka z funkcją odsysania i zagiętą końcówką

6x Aplikator gąbkowy do nawilżania

6x Żel nawilżający jamę ustną (3 ml)

Zestaw do kompleksowej toalety jamy ustnej przez 24 godziny. Specjalne opakowanie w formie dyspensera, który umożliwia pobieranie zestawów we właściwej kolejności, można postawić na szafce pacjenta?

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 23 dotyczy zadania Nr 5 poz. 5

Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny zestaw do 24- godzinnej o następujących parametrach:

2x Szczoteczka do zębów z możliwością odsysania

6x Roztwór 0,12% roztworem chlorheksydu

4x Gąbka z funkcją odsysania i zagiętą końcówką

6x Aplikator gąbkowy do nawilżania

6x Żel nawilżający jamę ustną (3 ml)

Zestaw do kompleksowej toalety jamy ustnej przez 24 godziny. Specjalne opakowanie w formie dyspensera, który umożliwia pobieranie zestawów we właściwej kolejności, można postawić na szafce pacjenta?

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 24 dotyczy zadania Nr 5 poz. 6

Czy Zamawiający wydzieli poz. 6 z zadania Nr 5?

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 25 dotyczy zadania Nr 5 poz. 7

Czy Zamawiający wydzieli poz. 7 z zadania Nr 5?

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 26 dotyczy zadania Nr 5 poz. 7

Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny zamknięty system do odsysania w układzie zamkniętym dla rurek tracheotomijnych oraz intubacyjnych o następujących parametrach :

- posiada zintegrowany podwójnie obrotowy łącznik 15 mm o kącie 45° do podłączenia rurki i respiratora
- posiada obrotowy port do przepłukiwania cewnika (port do irygacji) o długości ok 8 cm zamykany kapturkiem zamocowanym do portu kompatybilny z fiolką 10 ml NaCl
- posiada zamykany port do podawania leków z końcówką Luer (MDI)
- posiada przezroczystą komorę pozwalającą na obserwację wydzieliny pacjenta, która izoluje drobnoustroje i jest uszczelniona próżniowo co zmniejszająca ryzyko VAP oraz infekcji krzyżowej
- posiada zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka zamocowanego do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu
- regulacja podciśnienia następuje poprzez zawór kontroli siły ssania znakowany rozmiarem cewnika oraz informacją „OPEN”
- blokada zaworu regulacji siły ssania następuje poprzez jego obrót o 90° lub 180°
- posiada suwak umożliwiający pełne zamknięcie/otwarcie przepływu bez konieczności rozmontowania całości systemu
- system wyposażony w klips pozwalający na bezpieczne rozmontowanie systemu z rurką intubacyjną bez uszkodzenia elementów
- cewnik zakończony atraumatycznie niebieską miękką obwódką, zaokrąglony, bez ostrych krawędzi, wyposażony w czarną obwódkę pozwalającą na jego wizualizację podczas przepłukiwania
- cewnik wyposażony w dwa otwory boczne ułożone naprzemianlegle oraz znaczniki głębokości skalowane co 1 cm
- oznaczenie rozmiaru cewnika widoczne na końcu cewnika, na zaworze kontroli siły ssania oraz kolorystycznie (zgodnie z standardem ISO) na obwódce łączącej pozostałe elementy systemu z rękawem ochronnym
- w zestawie kolorowe naklejki do oznaczenia daty wymiany zestawu w języku angielskim
- system stanowi integralną całość i jest gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania bez konieczności montażu dodatkowych akcesoriów
- sterylne, sterylizowany tlenkiem etylenu
- jednorazowego użytku z możliwością stosowania do 72 godzin
- pakowany w rękaw papierowo-foliowy

Rozmiar	Długość cewnika	Przeznaczenie
10Fr 3,3mm	600mm	intubacja
12Fr 4,0mm	600mm	intubacja
14Fr 4,7mm	600mm	intubacja
16Fr 5,3mm	600mm	intubacja
10Fr 3,3mm	300mm	tracheostomia

12Fr 4,0mm	300mm	tracheostomia
14Fr 4,7mm	300mm	tracheostomia
16Fr 5,3mm	300mm	tracheostomia

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 27 dotyczy zadania Nr 9 poz. 1

Czy zamawiający a na myśli 50 sztuk czy 50 kpl (najmniejsza ilość w opakowaniu to 1 kpl =2 sztuki?

Odp.: Zamawiający ma na myśli 50 sztuk.

Pytanie Nr 28 dotyczy zadania Nr 9 poz. 1

Czy zamawiający dopuści powierzchnię elektrody 83 cm²?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 29 dotyczy zadania Nr 4 poz. 2,3,4

Czy Zamawiający w pozycji 2,3,4 dopuści zaoferowanie zestawów z popychaczem o długości 45 cm?

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 30 dotyczy zapisów SIWZ

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, **który nie należy do żadnej grupy kapitałowej**, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?

Odp.: Tak.

Pytanie Nr 31 dotyczy zadania Nr 2 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści cewnik do przeskrórnej nefrotomii o przekroju 12Fr i długości 30cm, wykonany z poliuretanu przez co zapewnia wygodę pacjentowi. Boczne otwory zapewniają maksymalny odpływ. Zestaw dostarczany jest z elementami niezbędnymi, dostosowanymi do siebie i ułatwiającymi bezpieczne stosowanie produktu. W skład zestawu wchodzi między innymi: cewnik typu Pigtail, przewodnik Lunderquista 0,035 o długości 80cm z zakończeniem typu 'J' który zapewnia elastyczność i zabezpiecza prze pęknięciem, dren łączący, trokar do nakłuwania (kaniula), igła punkcyjna 18G oraz igła Chiba 22G, rozszerzacz powięzi w rozmiarach 6Fr- 14Fr, skalpel #11 oraz skrzydełka mocujące cewnik?

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 32 dotyczy zadania Nr 2 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści cewnik do przeskrórnej nefrotomii o przekroju 10Fr i długości 30cm, wykonany z poliuretanu przez co zapewnia wygodę pacjentowi. Boczne otwory zapewniają maksymalny odpływ. Zestaw dostarczany jest z elementami niezbędnymi, dostosowanymi do siebie i ułatwiającymi bezpieczne stosowanie produktu. W skład zestawu wchodzi między innymi: cewnik typu Pigtail, przewodnik Lunderquista 0,035 o długości 80cm z zakończeniem typu 'J' który zapewnia elastyczność i zabezpiecza prze pęknięciem, dren łączący, trokar do nakłuwania (kaniula), igła punkcyjna 18G oraz igła Chiba 22G, rozszerzacz powięzi w rozmiarach 6Fr- 14Fr, skalpel #11 oraz skrzydełka mocujące cewnik?

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 33 dotyczy zadania Nr 2 poz. 3,4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 3 oraz pozycji 4 z Zadania nr 2 i stworzy osobny pakiet dla tych pozycji?

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 34 dotyczy zadania Nr 4 poz. 1-4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1-4 z Zadania nr 4 i stworzy osobny pakiet z tych pozycji?

Odp.: Zgodnie z siwz.

Powyższe wyjaśnienia udzielone przez Zamawiającego modyfikują zapisy siwz postępowania o udzielenie zamówienia na „Dostawę sprzętu specjalistycznego jednorazowego użytku dla SP ZZOZ w Kozienicach (II)”, Nr sprawy: 18/PN/ND.ZP/2020.

ZATWIERDZAM: