

Wykonawca:

.....

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Kozienicach

Al. Wł. Sikorskiego 10

26 – 900 Kozienice

tel./fax: (48) 679 72 00/ (48) 679 59 30

tel./ fax.:

.....

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (UMOWY)**Zadanie Nr 6 - Artroskopia**

L.p	Nr . katalogowy	Przedmiot umowy	J.m	Ilość	Cena jedn. netto* zł; gr.	Wartość netto zł; gr.	VAT %	Wartość brutto zł; gr.
1		Rekonstrukcja ACL: mocowanie udowe - Implant typu endobutton: ostro zakończona 13mm płytką tytanową połączoną z samozaciskową, regulowaną i bezwężłową pętlą polietylenową. Płytką z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału udowego. Oparcie czoła przeszczepu o strop kanału udowego. W zestawie nić prowadząca implant.	szt.	30				
2		Rekonstrukcja ACL: mocowanie udowe wersja BTB- Implant typu endobutton: ostro zakończona 13mm płytką tytanową połączoną z samozaciskową, regulowaną i bezwężłową pętlą polietylenową, dodatkowa bezwężłowa pętla do błoczek kostny. Płytką z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału udowego. Oparcie czoła przeszczepu o strop kanału udowego. W zestawie nić prowadząca implant.	szt.	30				
3		Rekonstrukcja ACL: mocowanie udowe wydłużone Implant typu endobutton: ostro zakończona, wydłużona - 20mm, płytką tytanową połączoną z samozaciskową, regulowaną i bezwężłową pętlą polietylenową. Płytką z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału udowego. Oparcie czoła przeszczepu o strop kanału udowego. W zestawie nić prowadząca implant.	szt.	9				

4		Rekonstrukcja ACL: mocowanie udowe lub piszczelowe - śruba kompozytowa: PLDLA i betaTCP, średnica 7-11mm, długość 20-35mm, zakres odpowiednio dla średnicy.	szt.	15				
5		Rekonstrukcja ACL: mocowanie udowe lub piszczelowe. Śruba interferencyjna tytanowa. Gwint półokrągły dla ochrony przeszczepu. Średnica 7-11mm, długość 20-35mm, zakres odpowiednio dla średnicy. Pakowane pojedynczo, sterylne.	szt.	15				
6		Implant do szycia łątki: dwie igły o długości 25,4cm połączone taśmą o szerokości 1mm	szt.	9				
7		Dwa miękkie, poliestrowe implanty do szycia łątki, połączone nicią 2-0 z UHMWPE. System bezwęzłowy, mocowanie typu ziploop. Podajnik ołówkowy z ogranicznikiem głębokości penetracji igły 10-18mm. Prowadnica metalowa wygięta 14st zakończona igłą o śr.1,6mm.	szt.	9				
8		Miękka uniwersalna kotwica z igłami, wykonana z plecionki poliestrowej, na sterylnym podajniku. Średnica 1,4mm, krótki podajnik. 1op 10szt	szt.	30				
9		Miękka uniwersalna kotwica z igłami, wykonana z plecionki poliestrowej, na sterylnym podajniku. Średnica 1,4mm, krótki podajnik, prowadnica, wiertło 1,4mm	szt.	9				
10		Wiertło short 1,4mm	szt.	9				
11		Jednorazowa prowadnica short 1.4mm z wiertłem.	szt.	30				
12		Miękka uniwersalna kotwica z igłami tnącymi, wykonana z plecionki poliestrowej, na sterylnym podajniku. Średnica 2.9mm.Dwie różnokolorowe, wzmocnione nici. Krótki podajnik. 1op 10szt.	szt.	3				
13		Wiertło short 2.9mm	szt.	10				
14		Kotwica tytanowa 5mm ze dwiema wzmocnionymi nićmi z igłami lub bez, na sterylnym podajniku	szt.	10				
RAZEM							X	

*/ Cena jednostkowa zawiera wszystkie koszty i opłaty dodatkowe

Cena netto /wartość/ zadania Nr 6, ze wszystkimi kosztami i opłatami dodatkowymizł.
/słownie zł: /.

Cena brutto /wartość/ zadania Nr 6, ze wszystkimi kosztami i opłatami dodatkowymi z % podatkiem VAT zł.
/słownie zł: /.

L. p.	Przedmiot zamówienia	Jednostka/ Wartość minimalna wymagana	Wartość oceniana/ punktacja	Parametr oferowany: Tak – należy potwierdzić
1.	Użyczenie instrumentarium do wykonywania planowych zabiegów kostnych	Tak	X	
2.	Użyczenie instrumentarium koniecznego przy zabiegach nagłych i niezaplanowanych	Tak	X	
3.	Bezpłatne szkolenie personelu medycznego Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonego instrumentarium i implantów	Tak	X	
4.	Bezpłatny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dostarczonego instrumentarium medycznego	Tak	X	

.....
Miejscowość

.....
Data

.....
podpis i pieczęć Wykonawcy