



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
W KOZIENICACH**

26-900 Kozienice
Al. Wł. Sikorskiego 10
Tel.: 48/ 679 72 00
Fax: 48/ 679 59 30
e-mail: sekretariat@szpitalkozienice.pl

Regon: 670146450
NIP: 812-16-45-639

SP ZZOZ ND.DZPiZ/2020

Kozienice, 11.12.2020r.

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „ Dostawę asortymentu do sterylizacji dla SP ZZOZ w Kozienicach” Nr sprawy: 29/PN/ND.ZP/2020

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. 2019r., poz. 1843), Zamawiający informuje że zwrócono się do niego z prośbą o wyjaśnienie n/w zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie nr 1 dotyczy zapisów SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 2 dotyczy zapisów SIWZ

Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 3 dotyczy zapisów Umowy § 6 ust. 1:

Prosimy o zastąpienie słowa „opóźnienia” słowem „zwłoki”.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 4 dotyczy zadania nr 1 poz. 13

Z opisu Zamawiającego wynika że można zaproponować torebki 160 x 360. Czy Zamawiający dopuści torebki foliowo-papierowe z fałdą o wymiarach 200 x 400 x 50cm (szerszy rozmiar zrekompensuje niższą fałdę torebki), służące do sterylizacji parowej, zawierają wskaźnik sterylizacji parowej, zamykane za pomocą zgrzewarki rolowej, zgrzew łatwy do otwierania? Na torebce znajduje się wycięcie na kciuk. Wszystkie rodzaje torebek zawierają jedną temperaturę zgrzewu.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Powyższe wyjaśnienia udzielone przez Zamawiającego modyfikują zapisy SIWZ postępowania o udzielenie zamówienia na „Dostawę asortymentu do sterylizacji dla SP ZZOZ w Kozienicach” Nr sprawy: 29/PN/ND.ZP/2020.

ZATWIERDZAM

Dyrektor
SP ZZOZ w Kozienicach
R. Wysocki
mgr Roman Wysocki