



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
W KOZIENICACH**

26-900 Koziencice
Al. Wł. Sikorskiego 10
Tel.: 48/ 679 72 00
Fax: 48/ 679 59 30
e-mail: sekretariat@szpitalkoziencice.pl

Regon: 670146450
NIP: 812-16-45-639

SP ZZOZ DZPiZ/...../2022

Koziencice, dnia 21.10.2022 r.

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę sprzętu medycznego i folii chirurgicznej jednorazowego użytku dla SP ZZOZ w Koziencicach”, Nr sprawy: 06/PN/ND.ZP/2022
Działając na podstawie art. 135 ust 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 2019), Zamawiający informuje że zwrócono się do niego z prośbą o wyjaśnienie n/w zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie nr 1 dotyczy zadania nr 6 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o podanie czy powyższy papier ma być z nadrukiem czy gładki.?

Odp.: Papier ma być z nadrukiem.

Pytanie nr 2 dotyczy zadania nr 6 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści papier do defibrylatora Lifepak 12 o szerokości 107mm?

Odp.: Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3 dotyczy zadania nr 6 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści papier kompatybilny do videoprintera Mitsubishi ze względu na zmianę klasyfikacji tego papieru przez producenta firmę Mitsubishi.?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4 dotyczy zadania nr 6 poz. 13

Czy zamawiający potwierdza informację że, w opisie wkradł się błąd i powinno być: „o wymiarach 110-111 mm x 30m”?

Odp.: Tak, Zamawiający potwierdza. Zamawiający poprawi oczywista omyłkę pisarska.

Pytanie nr 5 dotyczy zadania nr 6 poz. 14

Czy Zamawiający dopuszcza papier kompatybilny do videoprintera Mitsubishi ze względu na zmianę klasyfikacji tego papieru przez producenta firmę Mitsubishi.?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6 dotyczy zadania nr 6 poz. 16

Czy Zamawiający oczekuje papieru oryginalnego producenta Philips 50 mm x 30 m chemo-termoczułego, stosowanego do defibrylatora Efficia DFM-który posiada nadruk w postaci szarej kratki czy też odstępuje od wymogu chemo-termoczuły i oczekuje papieru do drukarki laboratoryjnej 50x30mm bez nadruku kompatybilnego z defibrylatorem Efficia?

Odp.: Tak, Zamawiający wymaga papieru oryginalnego.

Pytanie nr 7 dotyczy zadania nr 6 poz. 19

Zwracamy się z prośbą o podanie czy powyższy papier ma być z nadrukiem czy gładki.?

Odp.: Papier ma być z nadrukiem.

Pytanie nr 8 dotyczy zadania nr 6 poz. 22 i 23

Czy Zamawiający dopuszcza papierów kompatybilnych- tańszych odpowiedników, innego producenta niż producent aparatów Sony.?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 9 dotyczy Wzoru Umowy § 4 pkt. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu : „Jeżeli opóźnienie przekracza 14 dni od terminu płatności wystawionej faktury, wówczas Wykonawca ma prawo wstrzymać realizację kolejnej dostawy”?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 10 dotyczy Wzoru Umowy § 6 pkt. 1.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy § 6 pkt. 1.1 z:

„w wysokości 5% wynagrodzenia umownego, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.”

na:

„w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.”

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 11 dotyczy Wzoru Umowy §6 pkt. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy § 6 pkt. 2 z:

„Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne 5% wynagrodzenia umownego przedmiotu umowy w razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający.,,

na:

„Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne 5% wartości niezrealizowanej części umowy w razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający.,,

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 12 dotyczy Wzoru Umowy §6 pkt. ust. 1.2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów § 6 pkt. 1.2 Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne z:

„w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za daną część dostawy nie dostarczonego w terminie przedmiotu umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,,”

na:

„w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za daną część dostawy nie dostarczonego w terminie przedmiotu umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,,”

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 13 dotyczy zadania nr 27 poz. 3

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania taśmę o szerokości 10cm ?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 14 dotyczy zadania nr 27 poz. 3

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania taśmę o szerokości 15cm ?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 15 dotyczy zadania nr 5 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemników na odpady medyczne o pojemności 0,7 l , o kształcie wiaderka tzn. okrągłych, które mają średnicę dolną mniejszą od górnej, o wymiarach : wysokość 115 mm; średnica górna/dolna 140/102 mm.?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ, pojemniki posiadają za dużą średnicę.

Pytanie nr 16 dotyczy zadania nr 5 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemników na odpady medyczne o pojemności 1,0 l , o kształcie wiaderka tzn. okrągłych, które mają średnicę dolną mniejszą od górnej, o wymiarach : wysokość 125 mm; średnica górna/dolna 140/102 mm.?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ, pojemniki posiadają za dużą średnicę.

Pytanie nr 17 dotyczy zadania nr 5 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemników na odpady medyczne o pojemności 5,0 l , o kształcie wiaderka tzn. okrągłych, które mają średnice dolną mniejszą od górnej, o wymiarach : wysokość 210 mm; średnica górna/dolna 240/195 mm.?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 18 dotyczy zadania nr 5 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemników na odpady medyczne o pojemności 10,0 l , o kształcie wiaderka tzn. okrągłych, które mają średnice dolną mniejszą od górnej, o wymiarach : wysokość 300 mm; średnica górna/dolna 240/200 mm.?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 19 dotyczy zadania nr 71 poz. 2

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wyceny kieliszków za opakowanie 75 szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości na opakowania tj. 1334 opakowań po 75 szt.?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 20 dotyczy zadania nr 30

Prosimy Zamawiającego o informację jaką kwotę Zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w pakiecie numer 30.?

Odp.: Zamawiający będzie działał zgodnie z dyspozycją art. 222 ust. 4 Prawo Zamówień Publicznych tj. najpóźniej przed otwarciem ofert.

Pytanie nr 21 dotyczy zadania nr 39 poz. 1-4

Czy Zamawiający dopuści Zestaw do szynowania moczowodów JJ z popychaczem standardowym oraz przewodnikiem stalowym pokrytym teflonem,?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 22 dotyczy zadania nr 39 poz. 15

Czy Zamawiający dopuści koszulkę dostępu moczowodowego o kształcie umożliwiającym płynne poszerzanie (pozbawiona rowkowania), pokryta zewnętrznie powłoką hydrofilną oraz wewnętrznie powłoką teflonową, rozmiar kanału roboczego 10 i 12 Fr,?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 23 dotyczy zadania nr 39 poz. 16

Czy Zamawiający dopuści Okluzyjny cewnik do połączenia miedniczkowo-moczowodowego zawierający silikonowy balon o rozmiarze 5 Fr i długości 75 cm,?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 24 dotyczy zadania nr 39 poz. 17

Czy Zamawiający dopuści zestaw rozszerzadeł neforstomijnych typu Amplatz zawierający: cieniodajny cewnik z PTFE o rozmiarze 8 Fr, trzy cieniodajne rozszerzacze od 6 do 10 Fr stożkowe pasujące do przewodnika 0.038", 10 rozszerzaczy od 12 do 30 Fr pasujące do cewnika z PTFE o rozmiarze 8 Fr, cieniodajne koszulki typu Amplatz z czterema największymi rozszerzaczami.?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 25 dotyczy zadania nr 23 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści ręczniki 40x50cm?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 26 dotyczy zadania nr 36 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw:

- 1 x serweta na stolik instrumentariuszki 75x75 cm bez otworu, wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56g/m² odporność na przenikanie płynów min. 250 cm H₂O, (służy jako owinięcie zestawu);
 - 1 x jednorazowe narzędzie typu Pean w kształcie nożyczek wykonane z tworzywa sztucznego, długość całkowita zamkniętego narzędzia min. 13 cm, ramiona ząbkowane, narzędzie posiada regulowaną blokadę otwarcia.
 - nerka plastikowa 25 x 10,5 x 5cm
 - 5 x kompres z włókniny 40g/m² 7.5 x 7,5 cm
1. Sterylizacja gazowa, tlenkiem etylenu.
 2. Termin ważności min. 2 lata od daty produkcji.
 3. Opakowanie zestawu papier-folia, karton wewnętrzny do magazynowania i karton zewnętrzny do transportu.
 4. Etykieta zestawu posiada min. 2 naklejki do wklejenia w karcie dokumentacji medycznej, która posiada nazwę producenta, nr katalogowy, nr serii, datę ważności, kod kreskowy.

Odp.: Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 27 dotyczy zadania nr 36 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw:

- 1 x serweta na stolik instrumentariuszki 75x45 cm bez otworu, wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56g/m², odporność na przenikanie płynów min. 250 cm H₂O, (służy jako owinięcie zestawu);
 - 1 x jednorazowe narzędzie typu Pean w kształcie nożyczek wykonane z tworzywa sztucznego, długość całkowita zamkniętego narzędzia min. 19 cm, ramiona zakończone owalnymi ząbkowanymi chwytakami, narzędzie posiada regulowaną blokadę otwarcia.
 - nerka plastikowa 25 x 10,5 x 5cm
 - 5 x kompres z gazy 7.5 x 7,5 cm
1. Sterylizacja gazowa, tlenkiem etylenu.
 2. Termin ważności min. 2 lata od daty produkcji.
 3. Opakowanie zestawu papier-folia, karton wewnętrzny do magazynowania i karton zewnętrzny do transportu.

4. Etykieta zestawu posiada min. 2 naklejki do wklejenia w karcie dokumentacji medycznej, która posiada nazwę producenta, nr katalogowy, nr serii, datę ważności, kod kreskowy..

Odp.: Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 28 dotyczy Wzoru Umowy § 6 pkt. ust. 1.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów § 6 pkt. ust. 1.1 z :

„W wysokości 5% wynagrodzenia umownego, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.”

na:

„W wysokości 5% niezrealizowanej części umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.”

Odp.: Patrz odpowiedź na pytanie nr 10.

Pytanie nr 29 dotyczy Wzoru Umowy § 6 pkt. ust. 1.2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów § 6 pkt. ust. 1.2 z :

„W wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za daną część dostawy nie dostarczonego w terminie przedmiotu umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki”

na:

„W wysokości 0,2 % nierealizowanej części umowy za daną część dostawy nie dostarczonego w terminie przedmiotu umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki”

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 30 dotyczy Wzoru Umowy § 6 pkt. ust. 1.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów § 6 pkt. ust. 1.1 z :

„W wysokości 5% wynagrodzenia umownego, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.”

na:

„W wysokości 5% niezrealizowanej części wynagrodzenia umownego, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.”

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 31 dotyczy Wzoru Umowy § 6 pkt. ust. 1.2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów § 6 pkt. ust. 1.2 z :

„W wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za daną część dostawy nie dostarczonego w terminie przedmiotu umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki”

na:

„W wysokości 0,2 % nierealizowanej części umowy za daną część dostawy nie dostarczonego w terminie przedmiotu umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wynagrodzenia brutto, należnego za daną część dostawy nie dostarczonego w terminie przedmiotu umowy

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 32 dotyczy Wzoru Umowy § 6 pkt. ust. 1.3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów § 6 pkt. ust. 1.3 z :

„ w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za daną część dostawy za dostarczenie niezgodnego z umową przedmiotu umowy chyba że Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym zobowiąże się do wymiany przedmiotu umowy w ciągu 3 dni.”

na:

„ w wysokości **0,1 %** wynagrodzenia umownego za daną część dostawy za dostarczenie niezgodnego z umową przedmiotu umowy chyba że Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym zobowiąże się do wymiany przedmiotu umowy w ciągu 3 dni.”

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 33 dotyczy Wzoru Umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę o uzupełnienie projektu umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 34 dotyczy zadania nr 54 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści szczotkę do czyszczenia kanałów endoskopowych z włosiem o średnicy 6 mm?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 35 dotyczy zadania nr 54 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści jednorazową szczotkę do czyszczenia kanałów endoskopowych, dwustronna z kulkami, średnica włosia 5mm z jednej strony i 10 mm z drugiej strony, długość wyciora 30 mm i 20 mm, średnica rdzenia 1,7 mm, do kanału roboczego o średnicy 2,8mm; długość narzędzia 2300 mm?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 36 dotyczy zadania nr 54 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści igłę do ostrzykiwań jednorazowego użytku, w osłonce PTFE, o grubości igły 21 G i 23 G mm, o głębokości nakłucia 4 mm lub 6 mm (do wyboru przez Zamawiającego); średnica narzędzia 2,4mm; igła kompatybilna z kanałem roboczym 2,8mm; długość narzędzia 2300mm; zablokowanie igły słyszalne wyraźnym kliknięciem; rękojeść igły z czterema plastikowymi wypustkami

dla precyzyjnego uchwytu; ostrze igły szlifowane pod podwójnym kątem dla zwiększenia ostrości narzędzia?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 37 dotyczy zadania nr 54 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści pętla do polipektomii jednorazowego użytku, sterylna, owalna, z możliwością cięcia z użyciem elektrokoagulacji lub bez, pleciona, drut o średnicy 0,30 mm dla średnicy otwarcia 10mm i 15mm oraz 0,41mm dla średnicy otwarcia pętli 25mm i 32mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 38 dotyczy zadania nr 54 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści pułapkę z 5 ponumerowanymi komorami?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 39 dotyczy zadania nr 50 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści, w miejsce pierwotnych parametrów, balonu do poszerzania zwężeń przełykowych, balon o zmiennej średnicy z możliwością inflacji za pomocą kontrastu lub jego roztworu, elastyczna i atraumatyczna końcówka pozwala na gładkie przechodzenie, zwłaszcza przez ciasne zwężenia, dwa widoczne w promieniach RTG znaczniki, długość balonu - 8 cm, wymagane średnice balonu 8 - 9 - 10 mm; długość robocza -180 cm, współpracujące z kanałem endoskopu o śr. 2,8 mm, średnica cewnika - 7 Fr ?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 40 dotyczy zadania nr 50 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści, w miejsce pierwotnych parametrów, balonu do poszerzania zwężeń przełykowych, balon o zmiennej średnicy z możliwością inflacji za pomocą kontrastu lub jego roztworu, elastyczna i atraumatyczna końcówka pozwala na gładkie przechodzenie, zwłaszcza przez ciasne zwężenia, dwa widoczne w promieniach RTG znaczniki, długość balonu - 8 cm, wymagane średnice balonu 10 -11 - 12 mm; długość robocza -180 cm, współpracujące z kanałem endoskopu o śr. 2,8 mm, średnica cewnika - 7 Fr ?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 41 dotyczy zadania nr 50 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści, w miejsce pierwotnych parametrów, balonu do poszerzania zwężeń przełykowych, balon o zmiennej średnicy z możliwością inflacji za pomocą kontrastu lub jego roztworu,

elastyczna i atraumatyczna końcówka pozwala na gładkie przechodzenie, zwłaszcza przez ciasne zwężenia, dwa widoczne w promieniach RTG znaczniki, długość balonu - 8 cm, wymagane średnice balonu 12 -13.5 – 15 mm; długość robocza -180 cm, współpracujące z kanałem endoskopu o śr. 2,8 mm, średnica cewnika - 7 Fr ?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 42 dotyczy zadania nr 38 poz. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji nr 9 - trener - do oddzielnego pakietu co pozwoli naszej firmie złożyć ofertę?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 43 dotyczy Wzoru Umowy § 4 pkt. ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów § 4 pkt. ust. 2 z :

„Opóźnienie zapłaty należności za dostarczony towar nie upoważnia Wykonawcy do wstrzymania wydania kolejnych partii towaru.”

na:

„Opóźnienie zapłaty należności za dostarczony towar nie upoważnia Wykonawcy do wstrzymania wydania kolejnych partii towaru, chyba że opóźnienie zapłaty przekracza 60 dni.”

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 44 dotyczy SWZ

Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi?

Odp.: Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 45 dotyczy zadania nr 24

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gotowych do użycia testów do wykrywania pozostałości białkowych, gdzie substancja testowa zmienia kolor z przezroczystej na fioletową od 1 minuty i wykrywa pozostałości białkowe na poziomie 20 ug, spełniających pozostałe wymagania SWZ?

Odp.: Zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie nr 46 dotyczy zadania nr 10 poz. 20

Czy Zamawiający dopuszcza filtry oddechowe p/c bakteryjnych i p/c wirusowych z wymiennikiem ciepła i wilgoci. ? Skuteczność filtracji >99,998%, zwrot wilgoci 32,3mg H2O. Sterylne.

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 47 dotyczy zadania nr 60 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści czapeczki z paskowym mocowaniem układu pacjenta, dużych, w rozmiarze 5 (32 - 34 cm), rozmiarze 6 (34 - 36 cm) i rozmiarze 7 (36 - 38 cm) do wyboru Użytkownika.?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 48 dotyczy zadania nr 2 poz. 2-4

Czy zamawiający wydzieli poz. 2-4 do osobnego pakietu ?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 49 dotyczy zadania nr 2 poz. 2-3

Czy zamawiający dopuści strzykawkę 50/60 ml o długość 15,3 cm, w stanie rozłożonym 25 cm, ?

Odp.: Zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie nr 50 dotyczy zadania nr 2 poz. 4

Czy zamawiający dopuści skalę co 1 ml lub co 2 ml?

Odp.: Zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie nr 51 dotyczy zadania nr 4 poz. 3-4

Czy zamawiający wydzieli poz. 3-4 do osobnego pakietu, ?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 52 dotyczy zadania nr 4 poz. 3

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania z komorą kroplową wykonaną z bezpiecznego, medycznego PVC.?

Odp.: Zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie nr 53 dotyczy zadania nr 4 poz. 3

Czy zamawiający wymaga zaofiarowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Odp.: Zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie nr 54 dotyczy zadania nr 4 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Odp.: Zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie nr 55 dotyczy zadania nr 4 poz. 3

Czy zamawiający dopuści przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie.?

Odp.: Zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie nr 56 dotyczy zadania nr 4 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści IS o długości całkowitej komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm?

Odp.: Zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie nr 57 dotyczy zadania nr 4 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści przyrządy z ostrą igłą biorczą dwukanałową, trójpłaszczyznową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS?

Odp.: Zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie nr 58 dotyczy zadania nr 4 poz. 3

Czy zamawiający wymaga opakowania papier-folia?

Odp.: Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 59 dotyczy zadania nr 4 poz. 3

Czy zamawiający odstąpi od wymogu dołączenia karty charakterystyki chemicznej produktu celem potwierdzenia braku zawartości ftalanów, gdyż oferent dostarczy oświadczenie producenta o braku zawartości ftalanów w niniejszym produkcie?

Odp.: Zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie nr 60 dotyczy zadania nr 4 poz. 4

Czy Zamawiający dopuszcza przyrządy do przetaczania krwi z komorą kroplową wykonaną z bezpiecznego, medycznego PVC.?

Odp.: Zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie nr 61 dotyczy zadania nr 4 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z zaczepem na zacisku rolkowym, bez miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Odp.: Zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie nr 62 dotyczy zadania nr 4 poz. 4

Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS o dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przezroczystej, a całkowita długość komory ok. 9,5 cm ?

Odp.: Zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie nr 63 dotyczy zadania nr 4 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie.?

Odp.: Zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie nr 64 dotyczy zadania nr 4 poz. 4

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania krwi bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Odp.: Zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie nr 65 dotyczy zadania nr 4 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści przyrządy z ostrą igłą biorcza dwukanałową, trójpłaszczyznową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS?

Odp.: Zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie nr 66 dotyczy zadania nr 4 poz. 4

Czy zamawiający wymaga opakowania papier-folia?

Odp.: Tak, Zamawiający wymaga

Pytanie nr 67 dotyczy zadania nr 4 poz. 4

Czy zamawiający odstąpi od wymogu dołączenia karty charakterystyki chemicznej produktu celem potwierdzenia braku zawartości ftalanów, gdyż oferent dostarczy oświadczenie producenta o braku zawartości ftalanów w niniejszym produkcie?

Odp.: Zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie nr 68 dotyczy zadania nr 7 poz. 5-6, 9-11, 15-20, 27

Czy zamawiający wydzielili poz. 5-6,9-11,15-20,27 do osobnego pakietu,?

Odp.: Zamawiający podtrzymują zapisy SWZ.

Pytanie nr 69 dotyczy zadania nr 7 poz. 5

Czy zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne dla dzieci o długości 170 mm , pole opisu 1,5 cm x 5,5 cm, , długość części regulacyjnej 9 cm, 13 zakresów regulacji, opaska zaopatrzona w kartonik do opisu danych pacjenta, pakowane po 100 szt, dostępne w kolorze białym, różowym, niebieskim, w części opisowej szerokość opaski 1,8 (+/- 1 mm), szerokość opaski w części służącej do zapięcia 1,2(+/-1 mm)?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 70 dotyczy zadania nr 7 poz. 6

Czy zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne dla dorosłych o długości 245 mm ,rozmiar kartonika 13 mm x 104 mm (z perforacją do oderwania części kartonika po wpisaniu danych), pole opisu 13 mm x 80 mm, długość części regulacyjnej 13,5 cm, 13 zakresów regulacji, opaska zaopatrzona w kartonik do opisu danych pacjenta, pakowane po 100 szt, dostępne w kolorze białym, w części opisowej szerokość opaski 1,8 (+/- 1 mm), szerokość opaski w części służącej do zapięcia 1,2(+/-1 mm)?

Odp.: Zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie nr 71 dotyczy zadania nr 7 poz. 11

Czy zamawiający oczekuje wyceny za 1 szt. = 1 opakowanie zawierające 25 szt. odcinków?

Odp.: Patrz odpowiedź na pytanie Nr 72.

Pytanie nr 72 dotyczy zadania nr 7 poz. 11

Czy zamawiający oczekuje wycenę za 1 szt.=1 odcinek o dł. Ok. 45 cm?

Odp.: Tak, Zamawiający oczekuje.

Pytanie nr 73 dotyczy zadania nr 7 poz. 16-20

Czy zamawiający dopuści opakowanie papier-folia?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 74 dotyczy zadania nr 8 poz. 4

Czy zamawiający wydzieli poz. 4 do osobnego pakietu,?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 75 dotyczy zadania nr 8 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 76 dotyczy zadania nr 61 poz. 1-2

Czy zamawiający oczekuje wyceny 1 szt.=1 rolkę podkładu?

Odp.: Tak, Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 77 dotyczy zadania nr 71 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 75 szt. lub 80 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 78 dotyczy zadania nr 71 poz. 2

Czy zamawiający wydzieli poz. 2 do osobnego pakietu, ?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 79 dotyczy zadania nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe z 10% rozszerzeniem skali nominalnej?

Odp.: Zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie nr 80 dotyczy zadania nr 2 poz. 1a-1b

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek 5ml i 10ml w opakowaniu a100szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 81 dotyczy zadania nr 2 poz. 1c

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawki 20ml w opakowaniu a'50szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 82 dotyczy zadania nr 2 poz. 1-4

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z jednostronną skalą pomiarową?

Odp.: Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 83 dotyczy zadania nr 3 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści pęsetę o długości 13cm?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 84 dotyczy zadania nr 3 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści szczoteczkę o średnicy włosa 15mm, długości całkowitej 23cm, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 85 dotyczy zadania nr 3 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści port bezigłowy o przepływie 350ml/min, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 86 dotyczy zadania nr 4 poz. 2-3

Czy Zamawiający dopuści przyrządy z komorą wykonaną z wysokiej jakości medycznego PCV, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odp.: Zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie nr 87 dotyczy zadania nr 5 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na odpady 0,7l o wysokości 93mm i średnicy góra/dół 109/97mm?

Odp.: Zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie nr 88 dotyczy zadania nr 5 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na odpady 1l o wysokości 92,5mm i średnicy góra/dół 109/140mm?

Odp.: Zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie nr 89 dotyczy zadania nr 5 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na odpady 5l o wysokości 145mm i średnicy góra/dół 242/230mm?

Odp.: Zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie nr 90 dotyczy zadania nr 5 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na odpady 10l o wysokości 258mm i średnicy góra/dół 242-230mm?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 91 dotyczy zadania nr 6 poz. 15

Czy Zamawiający dopuści papier do EKG Cardiovit FT-1 w rozmiarze 114x150x75?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 92 dotyczy zadania nr 7 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę do tuberkuliny z dołączoną igłą 0,45x13 skala co 0,05ml?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 93 dotyczy zadania nr 7 poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści wycenę igieł w opakowaniu a'100szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 94 dotyczy zadania nr 7 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści igłę do punkcji lędźwiowych w roz. 1,1x90, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 95 dotyczy zadania nr 7 poz. 5-6

Czy Zamawiający dopuści wycenę opasek w opakowaniu a'100szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 96 dotyczy zadania nr 7 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści wycenę szpatułki w opakowaniu a'100szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 97 dotyczy zadania nr 7 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści wycenę stazy bezlateksowej w opakowaniu a'25szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 98 dotyczy zadania nr 7 poz. 15

Czy Zamawiający dopuści wycenę osłonek w opakowaniu a'144szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 99 dotyczy zadania nr 7 poz. 16-20

Czy Zamawiający dopuści wziernik ginekologiczny z blokada położenia łyżek poprzez wykonanie ćwierć obrotu szpilki blokującej (bez konieczności wkręcania śruby)?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 100 dotyczy zadania nr 7 poz. 16

Czy Zamawiający dopuści zgłębnik żołądkowy bez zmrożonej powierzchni i bez zatyczek?

Odp.: Zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie nr 101 dotyczy zadania nr 8 poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści wycenę kaniul w opakowaniu a'100szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 102 dotyczy zadania nr 8 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści wycenę kaniul w opakowaniu a'50szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 103 dotyczy zadania nr 8 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści wycenę koreczków w opakowaniu a'250szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 104 dotyczy zadania nr 9 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kranik trójdrożny o objętości wypełnienia 0,3ml?

Odp.: Zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie nr 105 dotyczy zadania nr 11 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści szczotki o wymiarach 9x4,3x2,5cm, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 106 dotyczy zadania nr 19 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw z igłą Verresa 15G, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 107 dotyczy zadania nr 19 poz. 2-3

Czy Zamawiający dopuści zestaw z trzema igłami o średnicach 14G/16G/19G i długości 40cm?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 108 dotyczy zadania nr 19 poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści zestawy z drenem o długości 125cm?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 109 dotyczy zadania nr 20 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu min. 0,35 mm, pozbawione ołowiu, nietoksyczne, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 110 dotyczy zadania nr 26 poz. 1-4

Czy Zamawiający dopuści folię z przyklepnymi brzegami, które można pozostawić bez przyklejenia, w zależności od potrzeb?

Odp.: Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 111 dotyczy zadania nr 26 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 42x42cm o powierzchni lepnej 42x36cm?

Odp.: Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 112 dotyczy zadania nr 26 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 80x60cm o powierzchni lepnej 80x54cm?

Odp.: Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 113 dotyczy zadania nr 26 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 70x80cm o powierzchni lepnej 70x74cm?

Odp.: Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 114 dotyczy zadania nr 26 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 60x52cm o powierzchni lepnej 60x46cm?

Odp.: Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 115 dotyczy zadania nr 26 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 70x80cm o powierzchni lepnej 70x74cm?

Odp.: Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 116 dotyczy zadania nr 26 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 90x80cm o powierzchni lepnej 90x74cm?

Odp.: Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 117 dotyczy zadania nr 36

Czy Zamawiający dopuści serwetę o gramaturze 60g/m² i odporności na przenikanie płynów 196cm H₂O?

Odp.: Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 118 dotyczy zadania nr 36

Czy Zamawiający dopuści chwytak plastikowy typu Korcang przy zachowaniu pozostałych wymagań?

Odp.: Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 119 dotyczy zadania nr 36

Czy Zamawiający dopuści miskę nerkową PVC, rozmiar 12cm x 18cm x 3cm?

Odp.: Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 120 dotyczy zadania nr 36

Czy Zamawiający dopuści opakowanie zestawu do transportu w karton wyłożony dodatkowo workiem foliowym w ramach kartonu wewnętrznego do magazynowania?

Odp.: Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 121 dotyczy zadania nr 71 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę nakłuwaczy w opakowaniu a'100szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 122 dotyczy zadania nr 71 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków w opakowaniu a'90szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 123 dotyczy zadania nr 14

Czy Zamawiający zgodzi się na wyłączenie do osobnego pakietu pozycji 1,2,3,4,6,7,8?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 124 dotyczy zadania nr 14 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści monofilamentowy szew haczykowy do bezwęzłowego, kontrolowanego zamykania ran wykonany z kopolimeru glikolidu i e-kaprolaktonu, wchłaniający się między 90 a 120 dniem, o sile podtrzymania tkankowego ok. 62% po 7 dniach i ok. 27% po 14 dniach od implantacji; zaopatrzony w igłę, min. 16 haczyków na cm nitki ułożonych spiralnie oraz regulowaną pętlę eliminującą konieczność zakładania węzłów chirurgicznych.?

USP 0, dł. 30cm, igła okrągła, ½ koła, 26mm

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 125 dotyczy zadania nr 14 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści monofilamentowy szew haczykowy do bezwęzłowego, kontrolowanego zamykania ran wykonany z kopolimeru glikolidu i e-kaprolaktonu, wchłaniający się między 90 a 120 dniem, o sile podtrzymania tkankowego ok. 62% po 7 dniach i ok. 27% po 14 dniach od implantacji; zaopatrzony w igłę, min. 16 haczyków na cm nitki ułożonych spiralnie oraz regulowaną pętlę eliminującą konieczność zakładania węzłów chirurgicznych.?

USP 0, dł 20cm, igła okrągła, ½ koła, 26mm

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 126 dotyczy zadania nr 14 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści monofilamentowy szew haczykowy do bezwęzłowego, kontrolowanego zamykania ran wykonany z kopolimeru glikolidu i e-kaprolaktonu, wchłaniający się między 90 a 120 dniem, o sile podtrzymania tkankowego ok. 62% po 7 dniach i ok. 27% po 14 dniach od implantacji; zaopatrzony w igłę, min. 16 haczyków na cm nitki ułożonych spiralnie oraz regulowaną pętlę eliminującą konieczność zakładania węzłów chirurgicznych.?

USP 0, dł 15cm, igła okrągła, ½ koła, 26mm

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 127 dotyczy zadania nr 14 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści monofilamentowy szew haczykowy do bezwęzłowego, kontrolowanego zamykania ran wykonany z kopolimeru glikolidu i e-kaprolaktonu, wchłaniający się między 90 a 120 dniem, o sile podtrzymania tkankowego ok. 62% po 7 dniach i ok. 27% po 14 dniach od implantacji; zaopatrzony w igłę, min. 16 haczyków na cm nitki ułożonych spiralnie oraz regulowaną pętlę eliminującą konieczność zakładania węzłów chirurgicznych.?

USP 2-0, dł 30cm, igła okrągła, ½ koła, 26mm

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 128 dotyczy zadania nr 14 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści monofilamentowy szew haczykowy do bezwęzłowego, kontrolowanego zamykania ran wykonany z poliestru p-dioksanonu, wchłaniający się między 120 a 180 dniem, o sile podtrzymania tkankowego min 80% po 4 tygodniach dla rozmiaru 3/0 i większych; zaopatrzony w igłę, min. 16 haczyków na cm nitki ułożonych spiralnie oraz regulowaną pętlę eliminującą konieczność zakładania węzłów chirurgicznych.?

USP 0, dł 30cm, igła okrągła ½ koła 26mm

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 129 dotyczy zadania nr 14 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści monofilamentowy szew haczykowy do bezwęzłowego, kontrolowanego zamykania ran wykonany z poliestru p-dioksanonu, wchłaniający się między 120 a 180 dniem, o sile podtrzymania tkankowego min 80% po 4 tygodniach dla rozmiaru 3/0 i większych; zaopatrzony w igłę, min. 16 haczyków na cm nitki ułożonych spiralnie oraz regulowaną pętlę eliminującą konieczność zakładania węzłów chirurgicznych.?

USP 2-0, dł 20cm, igła okrągła ½ koła 26mm

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 130 dotyczy zadania nr 14 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści monofilamentowy szew haczykowy do bezwęzłowego, kontrolowanego zamykania ran wykonany z poliestru p-dioksanonu, wchłaniający się między 120 a 180 dniem, o sile podtrzymania tkankowego min 80% po 4 tygodniach dla rozmiaru 3/0 i większych; zaopatrzony w igłę, min. 16 haczyków na cm nitki ułożonych spiralnie oraz regulowaną pętlę eliminującą konieczność zakładania węzłów chirurgicznych.

USP 2-0, dł 30cm, igła okrągła ½ koła 26mm

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 131 dotyczy zadania nr 7 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 4.1, 4.2 i 4.3 z pakietu 7 oraz utworzenie odrębnego zadania?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 132 dotyczy zadania nr 71 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1 z pakietu 71 oraz utworzenie odrębnego zadania.?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 133 dotyczy zadania nr 53 poz. 1

Czy zamawiający dopuści wzierniki do otoskopu w rozmiarze 2,5 ?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 134 dotyczy zadania nr 53 poz. 2

Czy zamawiający dopuści wzierniki do otoskopu w rozmiarze 4,0?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 135 dotyczy zadania nr 52 poz. 3

Proszę o doprecyzowanie do jakiego otoskopu oczekują Państwo ustników?

Odp.: Nastąpiła omyłka pisarska, są to ustniki do spirometru. Zamawiający poprawi oczywistą omyłkę pisarską.

Pytanie nr 136 dotyczy zadania nr 46 poz. 1

Proszę o doprecyzowanie do jakiego modelu defibrylatora Philipsa, oczekują Państwo elektrody?

Odp.: EURODEFIPADS adult F 7960 Philips.

Pytanie nr 137 dotyczy zadania nr 54 poz. 1

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować jednorazową szczotkę do czyszczenia kanałów endoskopowych, średnica włosia 6mm, średnica rdzenia 1,8 mm; długość narzędzia 2300 mm; wszystkie pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 138 dotyczy zadania nr 54 poz. 2

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować jednorazową szczotkę do czyszczenia kanałów endoskopowych, średnica włosia 5mm z jednej strony i 11 mm z drugiej strony, długość wyciora ok. 20 mm, do kanału roboczego o średnicy 2,8mm; długość narzędzia 2300 mm?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 139 dotyczy zadania nr 54 poz. 3

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować jednorazowe igły endoskopowe, iniekcyjne, ergonomiczna rękojeść, końcówka dystalna metalowa dla bezpiecznego operowania igłą. osłonka igły do kanału roboczego o średnicy od 2.8mm, długość 1600 lub 2300 mm, dostępne w średnicach 22G oraz długościach igły 4 i 6 mm?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 140 dotyczy zadania nr 54 poz. 4

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować owalna pętla do polipektomii z drutu plecionego, jednorazowego użytku, kształt owalny, do kanału roboczego od Ø 2,8 mm, długość narzędzia 2300 mm. Dostępne średnice pętli 10,15,25,35 mm?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 141 dotyczy zadania nr 54 poz. 5

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować pętle z siatką do usuwania polipów, jednorazowego użytku, średnica korpusu 2,3mm; wszystkie pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 142 dotyczy zadania nr 54 poz. 6

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować kleszczyki biopsyjne jednorazowego użytku, powlekane na całej długości, łyżeczki owalne z okienkiem z igłą do kolonoskopii i gastroskopii, łyżeczki standardowe, średnica korpusu 2,3 mm, do kanału roboczego o średnicy min 2,8mm, o długościach 160cm i 230cm; dostępne w wersji gładkiej i aligator?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 143 dotyczy zadania nr 54 poz. 7

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować kleszczyki biopsyjne jednorazowego użytku, powlekane na całej długości, łyżeczki owalne z okienkiem bez igły do kolonoskopii i gastroskopii, łyżeczki standardowe, średnica korpusu 2,3 mm, do kanału roboczego o średnicy min 2,8mm, o długościach 160cm i 230cm; dostępne w wersji gładkiej i aligator?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 144 dotyczy zadania nr 54 poz. 8

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować jednorazowy ustnik endoskopowy dla dorosłych, posiadający anatomiczną strefę zgryzu, z regulowanym umocowaniem bezlateksowy, przeznaczony dla dorosłych. Jeden otwór główny na endoskop w rozmiarze 20mm na 25mm, dwa otwory boczne haczyki do mocowania opaski uciskowej (pasek z regulacją) z paskiem wstępnie zamontowany po jednej stronie, otwory w pasku umożliwiające dopasowanie do każdego rozmiaru, wypustki plastikowe na części wewnętrznej ustnika zapobiegające przesuwaniu się produktu podczas badania?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 145 dotyczy zadania nr 54 poz. 10

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować jednorazową szczoteczkę do zaworów, dwustronną, szczoteczki o przekroju 5 mm z jednej strony i 12 mm z drugiej?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 146 dotyczy zadania nr 54 poz. 11

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować jednorazową szczoteczkę do zaworów, dwustronną, szczoteczki o przekroju 5 mm z jednej strony i 12 mm z drugiej?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 147 dotyczy zadania nr 54 poz. 15

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować płytkę (elektrodę pacjenta) neutralna jednorazowa, hydrożel, dzielona, dla dorosłych i dzieci dorosłych, opak. 5 szt.?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 148 dotyczy zadania nr 54 poz. 16

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować jednorazowy „łatwy” klips do hemostazy endoskopowej, z możliwością wielokrotnego otwierania i zamykania przed ostatecznym uwolnieniem, z funkcją płynnej rotacji 360 stopni, rozpiętość ramion 11mm, 13mm 16mm (do wyboru Zamawiającego), osłonka klipsownicy powlekana, panczerzu zabezpieczającym przed otwarciem w trakcie transportu?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 149 dotyczy Wzoru Umowy § 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu i wprowadzenie go do umowy:

„W przypadku opóźnienia w płatności powstałej z winy Zamawiającego, zastrzega on sobie możliwość negocjacji ugodowego rozwiązania tej kwestii poprzez zawarcie porozumienia lub ugody w sprawie odroczenia terminu płatności z Wykonawcą.”

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 150 dotyczy Wzoru Umowy § 4 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu i wprowadzenie go do umowy:

„W przypadku zwłoki w płatnościach powyżej 30 dni od terminu wskazanego na fakturze i braku ugodowego rozwiązania tej kwestii, Wykonawca ma prawo wstrzymać realizację usług bądź realizować zobowiązania umowne w formie: za pobraniem.”

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 151 dotyczy Wzoru Umowy § 5 ust. 3

Czy w Przypadku stwierdzenia wad przedmiotu umowy, Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu wymiany przez Wykonawcę towaru na wolny od wad z 3 dni roboczych na 5 dni roboczych od dnia uznania przez niego reklamacji za zasadną?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 152 dotyczy Wzoru Umowy § 6 ust. 1.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych w § 6 pkt. ust. 1.1 z :

„W wysokości 5% wynagrodzenia umownego, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.”

na:

„W wysokości 2,5% wynagrodzenia umownego, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.”

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 153 dotyczy Wzoru Umowy § 6 ust. 1.2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych w § 6 pkt. 1.2 z:

„w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za daną część dostawy nie dostarczonego w terminie przedmiotu umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,”

na:

„w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za daną część dostawy nie dostarczonego w terminie przedmiotu umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,”

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 154 dotyczy Wzoru Umowy § 6 ust. 1.3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych w § 6 pkt. ust. 1.3 z :

„ w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za daną część dostawy za dostarczenie niezgodnego z umową przedmiotu umowy chyba że Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym zobowiąże się do wymiany przedmiotu umowy w ciągu 3 dni.”

na:

„ w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za daną część dostawy za dostarczenie niezgodnego z umową przedmiotu umowy chyba że Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym zobowiąże się do wymiany przedmiotu umowy w ciągu 3 dni.”

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 155 dotyczy Wzoru Umowy § 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu i wprowadzenie go do umowy:

„W przypadku wycofania, bądź chwilowego zaprzestania produkcji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu produktu zastępczego o tych samych, bądź zbliżonych parametrach technologicznych - przy cenie nie większej niż określono w niniejszej umowie”?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 156 dotyczy zadania nr 33

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie masek wykonanych z polipropylenu, poliwęglanu oraz silikonu.?

Odp.: Zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie nr 157 dotyczy zadania nr 2 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania strzykawki cewnikowej 100 ml z logo producenta na cylindrze w celu jego łatwej identyfikacji?

Odp.: Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 158 dotyczy zadania nr 8 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kaniule z cewnikiem wykonanym z PTFE, widocznym w USG, bez pasków radiocieniujących, bez portu bocznego, zezdemowalnym uchwytem umożliwiającym wprowadzenie, zatyczka odpowietrzająca zgodna z normą ISO 10555-5, przepływ 13ml/min. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.?

Odp.: Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 159 dotyczy zadania nr 8 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści kaniule dożylnie z cewnikiem wykonanym z PTFE, widocznym w RTG – 4 paski, zatyczka odpowietrzająca zgodna z normą ISO 10555-5, zabezpieczającą przed wypływem krwi po wprowadzeniu do naczynia. Skrzydełka bezbarwne – koreczek barwiony zgodnie z kodem kolorystycznym pozwalającym zidentyfikować rozmiar. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.?

Odp.: Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 160 dotyczy zadania nr 8 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul dożylnych bezpiecznych z cewnikiem wykonanym z PTFE, widocznym w RTG – 4 paski, zatyczka odpowietrzająca zgodna z normą ISO 10555-5, zabezpieczającą przed wypływem krwi po wprowadzeniu do naczynia. Skrzydełka bezbarwne – koreczek barwiony zgodnie z kodem kolorystycznym pozwalającym zidentyfikować rozmiar. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.?

Odp.: Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 161 dotyczy zadania nr 9 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kranik o nieznacznej różnicy w parametrach, wypełnienie 0,26ml ?

Odp.: Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 162 dotyczy zadania nr 9 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści kranik o nieznacznej różnicy w parametrach, długość drenu 10cm.?

Odp.: Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 163 dotyczy zadania nr 9 poz. 1-2

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje, aby kraniki trójdrożne miały podwójne zabezpieczenie pozycji otwarty-zamknięty, tj. – optyczny i wyczuwalny identyfikator położenia, co gwarantuje precyzyjne i lekkie ustawianie wartości przepływów oraz minimalizuje ryzyko niezamierzonego wlewu czy przypadkowego dostania się powietrza do systemu.?

Odp.: Zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie nr 164 dotyczy zadania nr 9 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje, aby kranik trójdrożny wyposażony był w przedłużacz o średnicy 4,1 x 2,9 mm, co umożliwi osiągnięcie wyższych przepływów podczas terapii płynowo-lekowej.?

Odp.: Zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie nr 165 dotyczy zadania nr 9 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania koreczków pakowanych pojedynczo(z odpowiednim przeliczeniem ilości) w blister ułatwiający jego aplikację?

Odp.: Zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie nr 166 dotyczy zadania nr 55 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przewodnicy o długości 80cm z zagiętym miękkim końcem na długości 5cm. ?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 167 dotyczy zadania nr 55 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw do nefrostomii wielostopniowej.? Zestaw umożliwiający założenie przezskórnej przetoki nerkowej pod kontrola USG techniką wielostopniową. Skład zestawu: 2 igły typu Chiba 2częściowe 18G (1.3mm) oraz 22G (0.7mm), długość 20cm - igły o wysokiej echogeniczności w USG, skalowanie co 1cm; cewnik typu pigtail wykonany z materiału dwuwarstwowego innego niż poliuretan z pamięcią kształtu o długości 29 cm, z silikonową szpulką mocującą, przewodnica Seldingera z powłoką teflonową o średnicy 0.038” (0.97mm) o długości 80cm z miękkim bezpiecznym zakończeniem typu J; zestaw rozszerzadeł dopasowanych do rozmiaru cewnika z rozrywalną koszulką na ostatnim rozszerzadle; kranik Luer-Lock; bezlateksowy łącznik/reduktor do worka na mocz wykonany z PCV z momentem obrotowym, o długości całkowitej minimum 25cm. Elementy zestawu pakowane indywidualnie. Zestaw sterylny jednorazowego użytku w rozmiarach 8Ch, 10Ch i 12Ch do wyboru przez Zamawiającego.

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 168 dotyczy zadania nr 55 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw do nefrotomii wielostopniowej.? Zestaw umożliwiający założenie przezskórnej przetoki nerkowej pod kontrola USG techniką wielostopniową. Skład zestawu: 2 igły typu Chiba 2częściowe 18G (1.3mm) oraz 22G (0.7mm), długość 20cm - igły o wysokiej echogeniczności w USG, skalowanie co 1cm; cewnik typu pigtail wykonany z materiału dwuwarstwowego innego niż poliuretan z pamięcią kształtu o długości 29cm (dla CH14 dł. 32cm), z silikonową szpulką mocującą, prowadnica Seldingera z powłoką teflonową o średnicy 0.038” (0.97mm) o długości 80cm z miękkim bezpiecznym zakończeniem typu J; zestaw rozszerzadeł dopasowanych do rozmiaru cewnika; kranik Luer-Lock; bezlateksowy łącznik/reduktor do worka na mocz wykonany z PCV z momentem obrotowym, o długości całkowitej minimum 25cm. Elementy zestawu pakowane indywidualnie. Zestaw sterylny jednorazowego użytku w rozmiarach 6Ch, 8Ch, 10Ch, 12Ch, 14Ch do wyboru przez Zamawiającego.

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 169 dotyczy zadania nr 55 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw do nefrostomii wielostopniowej. ? Zestaw umożliwiający założenie przezskórnej przetoki nerkowej pod kontrola USG techniką wielostopniową. Skład zestawu: 2 igły typu Chiba 2częściowe 18G (1.3mm) oraz 22G (0.7mm), długość 20cm - igły o wysokiej echogeniczności w USG, skalowanie co 1cm; cewnik typu pigtail wykonany z materiału dwuwarstwowego innego niż poliuretan z pamięcią kształtu o długości 29 cm, z silikonową szpulką mocującą, prowadnica Seldingera z powłoką teflonową o średnicy 0.038” (0.97mm) o długości 80cm z miękkim bezpiecznym zakończeniem typu J; zestaw rozszerzadeł dopasowanych do rozmiaru cewnika z rozrywalną koszulką na ostatnim rozszerzadle; kranik Luer-Lock; bezlateksowy łącznik/reduktor do worka na mocz wykonany z PCV z momentem obrotowym, o długości całkowitej minimum 25cm. Elementy zestawu pakowane indywidualnie. Zestaw sterylny jednorazowego użytku w rozmiarach 8ch, 10Ch i 12Ch do wyboru przez Zamawiającego.

Odp.: Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 170 dotyczy zadania nr 55 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw do nefrotomii wielostopniowej.? Zestaw umożliwiający założenie przezskórnej przetoki nerkowej pod kontrola USG techniką wielostopniową. Skład zestawu: 2 igły typu Chiba 2częściowe 18G (1.3mm) oraz 22G (0.7mm), długość 20cm - igły o wysokiej echogeniczności w USG, skalowanie co 1cm; cewnik typu pigtail wykonany z materiału dwuwarstwowego innego niż poliuretan z pamięcią kształtu o długości 29cm (dla CH14 dł. 32cm), z silikonową szpulką mocującą, prowadnica Seldingera z powłoką teflonową o średnicy 0.038” (0.97mm) o długości 80cm z miękkim

bezpiecznym zakończeniem typu J; zestaw rozszerzeń dopasowanych do rozmiaru cewnika; kranik Luer-Lock; bezlateksowy łącznik/reduktor do worka na mocz wykonany z PCV z momentem obrotowym, o długości całkowitej minimum 25cm. Elementy zestawu pakowane indywidualnie. Zestaw sterylny jednorazowego użytku w rozmiarach 6Ch, 8Ch, 10Ch, 12Ch, 14Ch do wyboru przez Zamawiającego

Odp.: Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 171 dotyczy zadania nr 55 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści cewnik wymiennego typu pigtail, wykonanego z materiału dwuwarstwowego innego niż poliuretan (wewnętrzna warstwa sztywna ułatwiająca wprowadzanie, zewnętrzna warstwa miękka redukująca dolegliwości u pacjentów), z pamięcią kształtu.? Cewnik dostarczany w zestawie z bezlateksowym łącznikiem do worka na mocz z mechanizmem obrotowym oraz silikonową tulejką fiksującą. Długość 27 cm (wyjątek CH14: 30 cm). Rozmiary - CH6/7/8 dostarczane bez mandrynu, CH8/9/10/12/14 dostarczane z mandrynem. Produkt sterylny.

Odp.: Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 172 dotyczy zadania nr 55 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści cewnik wymiennego typu pigtail, wykonanego z materiału dwuwarstwowego innego niż poliuretan (wewnętrzna warstwa sztywna ułatwiająca wprowadzanie, zewnętrzna warstwa miękka redukująca dolegliwości u pacjentów), z pamięcią kształtu. ? Cewnik dostarczany w zestawie z bezlateksowym łącznikiem do worka na mocz z mechanizmem obrotowym oraz silikonową tulejką fiksującą. Długość 27 cm (wyjątek CH14: 30 cm). Rozmiary - CH6/7/8 dostarczane bez mandrynu, CH8/9/10/12/14 dostarczane z mandrynem. Produkt sterylny.

Odp.: Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 173 dotyczy zadania nr 23

Czy Zamawiający dopuści ręcznik sterylny z włókniny celulozowej w op. a' 2 szt. z przeliczeniem wymaganej ilości?

Odp.: Zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie nr 174 dotyczy zadania nr 23

Czy Zamawiający dopuści ręcznik w rozmiarze 30cm x 40cm?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 175 dotyczy zadania nr 53

Czy nie zaszła omyłka i Zamawiający miał na myśli wziernik w rozmiarze 2,5?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 176 dotyczy zadania nr 71 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści cenę za op. a'200 szt. z przeliczeniem wymaganej ilości?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 177 dotyczy zadania nr 71 poz. 2

Czy Zamawiający dopuszcza cenę za op. a'75 szt. z przeliczeniem wymaganej ilości?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 178 dotyczy SWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu wniesienia wadium.?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 179 dotyczy zadania nr 63 poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ostrza shavera ząbkowane, z energią bipolarną na końcówce dystalnej, proste, średnica 4 mm, jednorazowe i sterylne?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 180 dotyczy SWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na określenie terminu dostaw częściowych w dniach roboczych ?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 181 dotyczy zadania nr 49 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowania zestawu do usunięcia szwów o następującym składzie:

3 x tampon włókninowy (tupfer), wielkość jaja

1 x pęseta anatomiczna metalowa 12 cm

1 x pęseta plastikowa 12,5 cm

1 x ostrze skalpela 6,5 cm (zapakowane)

Opakowanie typu sztywny blister

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 182 dotyczy Wzoru Umowy § 6 pkt. ust. 1.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy w § 6 pkt. ust. 1.1 z :

„W wysokości 5% wynagrodzenia umownego, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.”

na:

„do kwoty 5% wartości niezrealizowanej części umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.”

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 183 dotyczy Wzoru Umowy § 6 pkt. ust. 1.2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy w § 6 pkt. 1.2 z:

„w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za daną część dostawy nie dostarczonego w terminie przedmiotu umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,”

na:

„do kwoty 0,2 % wartości niedostarczonej partii zamówienia, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,”

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 184 dotyczy Wzoru Umowy § 6 pkt. ust. 1.3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy § 6 pkt. ust. 1.3 z :

„ w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za daną część dostawy za dostarczenie niezgodnego z umową przedmiotu umowy chyba że Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym zobowiąże się do wymiany przedmiotu umowy w ciągu 3 dni.”

na:

„do kwoty 0,2% wartości niezgodnej partii zamówienia z przedmiotu umowy chyba że Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym zobowiąże się do wymiany przedmiotu umowy w ciągu 3 dni.”

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 185 dotyczy Wzoru Umowy § 6 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy § 6 ust. 2 z :

„Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne 5% wynagrodzenia umownego przedmiotu umowy w razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający.”

na:

„Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne do kwoty 5% wartości niezrealizowanej części umowy w razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający.”

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 186 dotyczy zadania nr 2 poz. 1

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki z pojedynczą skalą pomiarową, gdyż nie ma to medycznego uzasadnienia?

Odp.: Zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie nr 187 dotyczy zadania nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści strzykawki 20 ml pakowanej po 80 szt. z możliwością przeliczenia w formularzu asortymentowo cenowym.?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 188 dotyczy zadania nr 4 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści IS z komorą kroplową wykonana z bezpiecznego medycznego PVC z igłą ściętą trójplaszczynowo z logo identyfikującym przyrząd ?

Odp.: Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 189 dotyczy zadania nr 4 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę odstąpienie od wymogu kraty charakterystyki.?

Odp.: Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 190 dotyczy zadania nr 4 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści TS z komorą kroplową wykonana z bezpiecznego medycznego PVC z logo identyfikującym przyrząd ?

Odp.: Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 191 dotyczy zadania nr 8 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonanej z podwójnie czyszczonego teflonu PTFE. z filtrem hydrofobowym pełniącym rolę zastawki ?

Odp.: Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 192 dotyczy zadania nr 8 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonanej z podwójnie czyszczonego teflonu PTFE?

Odp.: Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 193 dotyczy zadania nr 9 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści kranik bez portu do dodatkowej iniekcji?

Odp.: Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 194 dotyczy SWZ

Czy zamawiający dopuści odbiór przedmiotu zamówienia na podstawie dokumentu WZ dołączonego do dostawy?

Faktura przesłana będzie w dniu dostawy na adres mailowy wskazany przez Zamawiającego lub w wersji papierowej – dostarczona listem poleconym priorytetowym w ciągu 48 h.

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 195 dotyczy SWZ

Zwracamy się z prośbą o podanie dokładnego adresu miejsca dostaw zamówionych towarów –Magazynu Centralnego Zamawiającego.

Odp.: ul. Al. Wł. Sikorskiego 10, 26-900 Kozienice

Powyższe wyjaśnienia udzielone przez Zamawiającego modyfikują zapisy SWZ postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę sprzętu medycznego i folii chirurgicznej jednorazowego użytku dla SP ZZOZ w Kozienicach”.

ZATWIERDZAM