



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
W KOZIENICACH**



26-900 Koziencice
Al. Wł. Sikorskiego 10
Tel.: 48/ 679 72 00
Fax: 48/ 679 59 30
e-mail: sekretariat@szpitalkoziencice.pl

Regon: 670146450
NIP: 812-16-45-639

SP ZZOZ ND. DZPiZ/...../2023

Koziencice, dnia 02.01.2023r.

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „**Dostawę sprzętu specjalistycznego dla Bloku Operacyjnego w SP ZZOZ w Koziencicach**”, Nr sprawy: **01/TP/ND.ZP/2023**

Działając na podstawie art. 275 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022r., poz. 1710), Zamawiający informuje że zwrócono się do niego z prośbą o wyjaśnienie n/w zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie 1 Zadanie nr 2 poz. 4:

Czy Zamawiający dopuści wymiary jednostki sterującej 220x328x206mm ?

Odp.: TAK. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2 Zadanie nr 2 poz. 9:

Czy Zamawiający dopuści moc jednostki sterującej 200W?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 3 Zadanie nr 2 poz. 10:

Czy Zamawiający dopuści możliwość regulacji temperatury w zakresie 33°C - 39° C ze skokiem 0,1?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 4 Zadanie nr 2 poz.11:

Czy Zamawiający dopuści brak wskaźnika słupkowego pokazującego moc grzania oraz informacje w j. angielskim?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 5 Zadanie nr 2 poz.12:

Czy Zamawiający dopuści sterowanie urządzeniem za pomocą ekranu dotykowego?

Odp.: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6 Zadanie nr 2 poz.13:

Czy Zamawiający dopuści zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów za pomocą osobnego elementu na wyświetlaczu?

Odp.: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7 Zadanie nr 2 poz.16:

Czy Zamawiający dopuści komunikaty w języku angielskim?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 8 Zadanie nr 2 poz.18:

Czy Zamawiający dopuści kontrolę temperatury realizowaną za pomocą 7 czujników?

Odp.: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9 Zadanie nr 2 poz.19:

Czy Zamawiający dopuści wymiary koca 166x85 cm?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 10 Zadanie nr 2 poz.24:

Czy Zamawiający dopuści materac z możliwością czyszczenia środkiem zawierającym 75% alkoholu bez dodatkowego pokrowca?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 11 Zadanie nr 2 poz.26 i 27:

Czy Zamawiający dopuści jeden kabel wychodzący z koca do jednostki sterującej o długości 3 m?

Odp.: Tak Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12 Zadanie nr 2 poz.28:

Czy Zamawiający dopuści obudowy wtyków połączeniowych wykonane z plastiku?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 13 Zadanie nr 2 poz.2:

Czy zamawiający dopuści suche grzanie kontaktowe bez udziału wody lub powietrza w technologii polimerów? Brak możliwości poparzenia pacjenta w wyniku uszkodzenia wierzchniej warstwy materaca.

Odp.: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 14 Zadanie nr 2 poz.3:

Czy zamawiający dopuści jednostkę sterującą umożliwiającą obsługę do 5 akcesoriów jednocześnie (maksymalny łączny pobór mocy 170W) i jednoczesnym sterowaniem wszystkich kanałów?

Odp.: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 15 Zadanie nr 2 poz.4:

Czy zamawiający dopuści jednostkę o wymiarze 187x183x144?

Odp.: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 16 Zadanie nr 2 poz.8:

Czy Zamawiający dopuści napięcie zasilania koca max. 26V?

Odp.: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 17 Zadanie nr poz.9:

Czy Zamawiający dopuści moc wejściową jednostki kontrolnej 195W?

Wyżej podana moc jednostki kontrolnej jest ściśle dopasowana do technologii polimerów węglowych i zapewnia wysoce efektywne ogrzewanie pacjenta, spełniając wymagania użytkownika.

Odp.: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 18 Zadanie nr 2 poz.10:

Czy zamawiający dopuści regulację 25-40 °C z krokiem co 0,5°C jednocześnie dla wszystkich kanałów?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 19 Zadanie nr 2 poz.11:

Czy zamawiający dopuści ciekłokrystaliczny dotykowy wyświetlacz informujący o parametrach pracy bez informacji o zużywanym mocy i informacji o podłączonym elemencie grzewczym?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 20 Zadanie nr 2 poz.12:

Czy Zamawiający dopuści sterowanie dotykowym wyświetlaczem i on/off przyciskiem membranowym?

Odp.: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 21 Zadanie nr 2 poz.16:

Czy Zamawiający dopuści PIKTOGRAMY GRAFICZNE?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 22 Zadanie nr 2 poz.18:

Czy zamawiający dopuści element grzewczy z jednorodnej warstwy polimerów, cechą polimerów jest jednakowa temperatura całego elementu grzejącego - 1 czujnik kontroluje całą powierzchnię ?

Odp.: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 23 Zadanie nr 2 poz.19:

Czy zamawiający dopuści koc w technologii polimerów węglowych o wymiarach 1660x800x40 mm; 58 W; 1,5 kg?

Odp.: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 24 Zadanie nr 2 poz.24

Czy zamawiający dopuści polimerowy koc zabezpieczony przed przedostaniem się płynów wielokrotnego użytku? Dezynfekcja ogólnodostępnymi w szpitalu środkami?

Odp.: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 25 Zadanie nr 2 poz.25:

Czy zamawiający dopuści koc z wyraźnymi oznaczeniami graficznymi zewnętrznej strony?

Odp.: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 26 Zadanie nr 2 poz.26:

Czy Zamawiający dopuści przewód zintegrowany z kocem dł. 30cm i przewód łączący jednostkę z kocem o długości 3m?

Odp.: Tak. Zamawiający dopuszcza..

Pytanie nr 27 Zadanie nr 2 poz. 28:

Czy Zamawiający dopuści zabezpieczone przed przypadkowym rozłączeniem konektory z tworzywa sztucznego w celu ochrony przed porażeniem?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 28 Zadanie nr 2 poz.31:

Czy Zamawiający dopuści deklarowany okres użytkowania min. 5 lat?

Elementy grzewcze nie posiadają terminu przydatności do użycia po którym należy je wymienić, bezterminowo do momentu awarii/uszkodzenia.

Odp.: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 29 Zadanie nr 2:

Czy Zamawiający wymaga by system ogrzewania pacjenta wykluczał możliwość poparzenia pacjenta i przerwania operacji/ogrzewania po uszkodzeniu wierzchniej warstwy?

Odp.: Tak. Zamawiający dopuszcza.

ZATWIERDZAM