



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
W KOZIENICACH**

26-900 Koziencice
Al. Wł. Sikorskiego 10
Tel.: 48 614 82 34
Fax: 48 614 81 39
e-mail: sekretariat@szpitalkoziencice.pl

Regon: 670146450
NIP: 812-16-45-639

SPZZOZ.ND.ZP/...../2015

Koziencice, 16.11.2015r.

**Wykonawcy ubiegający się o
udzielenie zamówienia publicznego**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „**Zakup sprzętu wraz z wyposażeniem dla SP ZZOZ w Koziencicach – ambulans sanitarny typu C wraz z wyposażeniem medycznym**”, Nr sprawy: **26/PN/ND.ZP/2015**

Działając na podstawie art. 38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający informuje że zwrócono się do niego z prośbą o wyjaśnienie n/w zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie Nr 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania krzeselko kardiologiczne bez podpórek na łokcie pacjenta, które spełnia wszystkie pozostałe zapisy SIWZ? **Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie Nr 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ssak akumulatorowo sieciowy, który pracuje w temperaturach od 0 do 50 stopni C? Wyjaśniamy, że używania ssaka w temp. poniżej zera nie jest efektywna z powodu zamarzania zasysanej wydzieliny. **Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie Nr 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ssak z czasem pracy do 40 min. Przy maksymalnym obciążeniu, bez podświetlanych klawiszy, oraz bez elektronicznego systemu wyłączania pompy ssącej w przypadku przekroczenia ustawionej siły ssania? **Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Powyższe wyjaśnienia udzielone przez Zamawiającego modyfikują zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup sprzętu wraz z wyposażeniem dla SP ZZOZ w Koziencicach- ambulans sanitarny typu C wraz z wyposażeniem medycznym”, Nr sprawy: 26/PN/ND.ZP/2015.

ZATWIERDZAM:

**mgr Jarosław Pawlik
(podpis i pieczęć na oryginale)**