



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
W KOZIENICACH**

26-900 Kozienice
Al. Wł. Sikorskiego 10
Tel.: 48 614 82 34
Fax: 48 614 81 39
e-mail: zp@szpitalkozienice.pl

Regon: 670146450
NIP: 812-16-45-639

SPZZOZ.ND.ZP/...../2016

Kozienice, 05.01.2016r.

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „**Dostawę rękawiczek dla SP ZZOZ w Kozienicach**”, Nr sprawy: 29/PN/ND.ZP/2015

Działając na podstawie art.38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający informuje że zwrócono się do niego z prośbą o wyjaśnienie n/w zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie Nr 1 dotyczy zadania Nr 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na dłoni 0,07-0,08mm, oraz mankiecie 0,05-0,06mm?

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 2 dotyczy zadania Nr 3 poz. 2

Czy Zamawiający wydzieli z pakietu 3 poz. nr 2 i utworzy dla niej odrębne zadanie np. 3A?

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 3 dotyczy zadania Nr 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice zgodne z normą EN 455 a odstąpi od konieczności zaoferowania rękawic zgodnych z normą ASTM F1671 oraz EN 374-3?

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 4 dotyczy zadania Nr 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu i dłoni 0,07mm ($\pm 0,03$ mm), na mankiecie 0,06mm ($\pm 0,03$ mm)?

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 5 dotyczy zadania Nr 3 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice o czasie przebicia powyżej 14 minut dla isopropanolu 70%, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 6 dotyczy zadania Nr 3 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice o sile zrywania rękawiczki przed starzeniem i po starzeniu min. 6,5N ?

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 7 dotyczy zadania Nr 3 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,08mm, na dłoni 0,07mm, na mankiecie 0,06mm?

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 8 dotyczy zadania Nr 3 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice o rozciągliwości przed starzeniem 580% po starzeniu 540%?

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 9 dotyczy zadania Nr 3 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wykonanie wyceny rękawic za opakowanie a'200szt z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 10 dotyczy zadania Nr 3 poz. 2

Czy Zamawiający odstąpi od konieczności zaoferowania rękawic zgodnych z normą EN 374 a dopuści rękawice zgodne z normą EN 455, ASTM F 1671?

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 11 dotyczy zadania Nr 3 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,21mm, na dłoni 0,17mm, na mankiecie 0,08mm?

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 12 dotyczy zadania Nr 3 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice o sile zrywania rękawiczki przed starzeniem 10N po starzeniu 12 N ?

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 13 dotyczy zadania Nr 3 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,08mm, na dłoni 0,07mm, na mankiecie 0,06mm?

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 14 dotyczy zadania Nr 3 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści rękawice o sile zrywania rękawiczki przed starzeniem i po starzeniu min. 6,5N ?

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 15 dotyczy zadania Nr 3 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści wykonanie wyceny rękawic za opakowanie a'200szt z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 16 dotyczy zadania Nr 4

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości lateksowe rękawiczki do ochrony przed promieniowaniem RTG o poziomie osłabienia promieniowania:

Energia wiązki	Redukcja dawki na skórę
60kV, RQR 4	58%

80kV, RQR 6	44%
100kV, RQR 8	35%
125kV, RQR 9	31%

co jest równe 0,03-0,04mm ekwiwalentu ołowiu, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 17 dotyczy zadania Nr 1

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 1 poz. 1 dopuści rękawice nie lateksowe winylowe bezpudrowe o nieznacznej różnicy w grubości ścianki palca $\leq 0,11$ mm grubość pojedynczej ścianki, spełniające pozostałe wymagania?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 18 dotyczy zadania Nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 2 poz. 1 dopuści rękawice chirurgiczne sterylne, lateksowe, pudrowane mączką kukurydzianą, o długości 285mm +/- 5mm, lepiej zabezpieczającej użytkownika, spełniające pozostałe wymagania?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 19 dotyczy zadania Nr 2 poz. 2

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 2 poz. 2 dopuści rękawice chirurgiczne sterylne, lateksowe, bezpudrowe, o długości min. 295mm, lepiej zabezpieczającej użytkownika, spełniające pozostałe wymagania?

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 20 dotyczy zadania Nr 2 poz. 3

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 2 poz. 3 dopuści rękawice chirurgiczne ortopedyczne do systemu podwójnego bezpudrowe spodnie koloru zielonego, wewnętrzne lateksowe bezpudrowe?

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 21 dotyczy zadania Nr 2 poz. 3

Prosimy o odstąpienie od wymogu załączenia do oferty dla rękawic ortopedycznych badań na przenikanie cytostatyków. Dla tego typu rękawic nie wykonuje się badań na cytostatyki.

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 22 dotyczy zadania Nr 2 poz. 4

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 2 poz. 4 dopuści rękawice chirurgiczne sterylne, wykonane z poliizoprenu o długości min. 290mm +/- 5mm?

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 23 dotyczy zadania Nr 2 poz. 4

Czy nie zaszła pomyłka i Zamawiający powtórzył wymagania dla rękawic w Zadaniu nr 2 poz. 4 z poz. 3?

Odp.: Tak, nastąpiła omyłka prawidłowy opis w zadaniu Nr 2 poz. 4 brzmi: „Rękawice chirurgiczne, poliizoprenowe, bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową lub silikonową, długość od 260 mm do 280 mm, AQL po zapakowaniu $\leq 1,0$, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, mankiet rolowany, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe, badania na przenikliwość substancji chemicznych zgodnie z EN-374-3 (raport z wynikami badań). Na opakowaniu powinny być umieszczone: data produkcji, termin ważności, nr serii, nazwa i adres producenta, informacja w języku polskim oraz znak CE. Wymagane jest aby na opakowaniu jednostkowym oraz zbiorczym występował numer identyfikacyjny i numer lot w celu prawidłowej weryfikacji dostaw lub reklamacji (wystąpienia incydentu medycznego). Rozmiar: 6,0 – 8,5 co 0,5.”

Pytanie Nr 24 dotyczy zadania Nr 2 poz. 4

Prosimy o wyrażenie zgody na potwierdzenie poziomu protein w rękawiczkach ortopedycznych, raportem z badań producenta.

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 25 dotyczy zadania Nr 3 poz. 1

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 3 poz. 1 dopuści rękawice nitrylowe bezpudrowe o nieznacznej różnicy w grubości ścianki palca $\leq 0,10$ mm grubość pojedynczej ścianki, o wytrzymałości na rozerwanie przed starzeniem min. 8,5 N, po starzeniu min. 8,0 N, o długości zgodnej z normą EN 455:2 tj. min. 240mm?

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 26 dotyczy zadania Nr 3 poz. 2

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 3 poz. 2 dopuści rękawice nitrylowe bezpudrowe z czasem przebicia dla 37% Formaldehydu powyżej 239minut?

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 27 dotyczy zadania Nr 3 poz. 2

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 3 poz. 2 dopuści rękawice nitrylowe bezpudrowe z czasem przebicia dla 70% izopropanolu z czasem przebicia 47minut. Pragniemy podkreślić, iż czas przebicia 47 minut i czas przebicia 53 minuty stanowią ten sam poziom ochrony (wg normy EN 374 poziom ochrony 2 obejmuje czas >30 minut do <60 minut)?

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 28 dotyczy zadania Nr 3 poz. 3

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 3 poz. 3 dopuści rękawice nitrylowe bezpudrowe o nieznacznej różnicy w grubości ścianki palca $\leq 0,10$ mm grubość pojedynczej ścianki, o wytrzymałości na rozerwanie przed starzeniem min. 8,5 N, po starzeniu min. 8,0 N?

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 29 dotyczy zadania Nr 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice spełniających normę EN 374-1 z wyłączeniem punktu 5.3.2, EN-374-2?

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 30 dotyczy zadania Nr 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubościach na dłoni, palcu i mankiecie min. 0,06 mm.

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 31 dotyczy zadania Nr 3 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice posiadających badania wg normy EN-374-3 na przenikalność 3 substancji chemicznych takich jak: Formaldehyde 15 %, Sodium Hydroxide 40 %, Sulphuric Acid 47 % - poziom ochrony 6?

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 32 dotyczy zadania Nr 3 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości w strefie palca min. 0,11 mm., dłoni min. 0,07mm?

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 33 dotyczy zadania Nr 3 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice o sile zrywu przed starzeniem min. 7,0 N, po starzeniu min. 6,4 N?

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 34 dotyczy zadania Nr 3 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości min. 245 mm?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 35 dotyczy zadania Nr 3 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice posiadające badania wg normy EN-374-3 na przenikalność 3 substancji chemicznych takich jak: Formaldehyde 15 %, Sodium Hydroxide 40 %, Sulphuric Acid 47 % -

poziom ochrony 6?

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 36 dotyczy zadania Nr 3 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości w strefie palca min. 0,11 mm., dłoni min. 0,07mm?

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 37 dotyczy zadania Nr 3 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice o sile zrywu przed starzeniem min. 7,0 N, po starzeniu min. 6,4 N?

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 38 dotyczy zadania Nr 3 poz. 2

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby rękawice posiadały czas przebicia według normy EN 374-3 dla Formaliny powyżej 239 minut, a dopuszczenie rękawic posiadających czas przebicia > 480 minut dla 3 substancji tj. Formaldehyde 15 %, Sodium Hydroxide 40 %, Sulphuric Acid 47 %?

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 39 dotyczy zadania Nr 3 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości w strefie palca min. 0,11 mm., dłoni min. 0,07mm?

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 40 dotyczy zadania Nr 3 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści rękawice o sile zrywu przed starzeniem min. 7,0 N, po starzeniu min. 6,4 N?

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 41 dotyczy zadania Nr 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość przeliczenia ilości sztuk rękawic na ilości opakowań i podanie ceny jednostkowej za opakowanie. W przypadku rękawic diagnostycznych bowiem zwyczajowo podaje się cenę za całe opakowanie.

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie Nr 42 dotyczy zadania Nr 1

W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie zwracamy się z prośbą o możliwość podania ceny jednostkowej do czterech miejsc po przecinku.

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na podanie ceny jednostkowej do czterech miejsc po przecinku.

Powyższe wyjaśnienia udzielone przez Zamawiającego modyfikują zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę rękawiczek dla SP ZZOZ w Kozienicach ”, Nr sprawy: 29/PN/ND.ZP/2015

ZATWIERDZAM:

**mgr Jarosław Pawlik
Dyrektor SPZZOZ w Kozienicach
(podpis i pieczęć na oryginale)**