



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
W KOZIENICACH**



26-900 Kozienice
Al. Wł. Sikorskiego 10
Tel.: 48/ 679 72 00
Fax: 48/ 679 59 30
e-mail: sekretariat@szpitalkozienice.pl

Regon: 670146450
NIP: 812-16-45-639

SP ZZOZ ND.ZP/...../2020

Kozienice, dnia 10.06.2020r.

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „**Dostawę sprzętu specjalistycznego jednorazowego użytku dla SP ZZOZ w Kozienicach**” : Nr sprawy: **07/PN/ND.ZP/2020**

Działając na podstawie art.38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 1843), Zamawiający informuje że zwrócono się do niego z prośbą o wyjaśnienie n/w zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie Nr 1 dotyczy zadania Nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie szczotek o długości 2300 mm?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 2 dotyczy zadania Nr 2 poz. 2

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie szczotek o długości wyciora minimum 20 mm?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 3 dotyczy zadania Nr 2 poz. 2

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie szczotek o długości narzędzia 2500 mm?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 4 dotyczy zadania Nr 2 poz. 4, 6

Czy Zamawiający w pozycji 4 i 6 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy 0,33 mm, długość narzędzia 2400 mm, maksymalna długość oczka pętli 45,0 mm?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza w poz. 4, poz. 6 nie dotyczy pętli.

Pytanie Nr 5 dotyczy zadania Nr 2 poz. 5

Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści zaoferowanie pętli z siatką o średnicy korpusu 2,3 mm, rozmiar pętli 30 mm i 40 mm?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 6 dotyczy zadania Nr 2 poz. 6, 7

Czy Zamawiający w pozycji 6 i 7 dopuści zaoferowanie kleszczy z końcówką cieniującą w rrtg?

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 7 dotyczy zadania Nr 2 poz. 12

Do jakich endoskopów ma pasować zawór biopsyjny opisany w pozycji 12?

Odp.: Aparat Videogastroskop EG-530FP firmy Fujifilm.

Pytanie Nr 8 dotyczy zadania Nr 2 poz. 16

Czy zamawiający w pozycji 16 dopuści zaoferowanie klipsów bez powłoki teflonowej?

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 9 dotyczy zadania Nr 2 poz. 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,16

Czy Zamawiający wyłączy z pakietu pozycję 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,16?

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 10 dotyczy zadania Nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu Nr 2 poz. 1 długość narzędzia 2300 mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 11 dotyczy zadania Nr 2 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu Nr 2 poz. 3 dostępne w średnicach 19G, 22G i 25G oraz długościach igły 5 mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 12 dotyczy zadania Nr 2 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści w poz. 4 z drutu plecionego o średnicy 0,47? Dostępne średnice pętli 10,15,24,36 mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 13 dotyczy zadania Nr 2 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści w poz. 5 pętlę z siatką do usuwania polipów, jednorazowego użytku, średnica korpusu 2,5mm, rozmiar pętli 30 mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 14 dotyczy zadania Nr 2 poz. 16

Czy Zamawiający dopuści w poz. 16 rozm 2,6 mm x 230 cm 135°? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 15 dotyczy zadania Nr 10

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 10 zestaw do jejunostomii zawierający: silikonowy cewnik, całkowicie kontrastujący w Rtg – 60 cm o średnicy 2,0 x 3,2 mm, wprowadzacz typu desilet, igła typu Alene 10 Fr, końcówka uciskowa, igła punkcyjną 17 G 98mm i dwa łączniki żeńsko – żeńskie?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 16 dotyczy zadania Nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować jednorazową szczotkę do czyszczenia kanałów endoskopowych, średnica włosia 6mm, średnica rdzenia 1,8 mm; długość narzędzia 2300 mm; wszystkie pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 17 dotyczy zadania Nr 2 poz. 2

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować jednorazową szczotkę do czyszczenia kanałów endoskopowych, średnica włosia 5mm z jednej strony i 11 mm z drugiej strony, długość wyciora ok. 20 mm, do kanału roboczego o średnicy 2,8mm; długość narzędzia 2300 mm?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 18 dotyczy zadania Nr 2 poz. 3

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować jednorazowe igły endoskopowe, iniekcyjne, ergonomiczna rękojeść, końcówka dystalna metalowa dla bezpiecznego operowania igłą, osłonka igły do kanału roboczego o średnicy od 2.8mm, długość 1600 lub 2300 mm, dostępne w średnicach 22G oraz długościach igły 4 i 6 mm?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 19 dotyczy zadania Nr 2 poz. 4

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować owalna pętla do polipektomii z drutu plecionego, jednorazowego użytku, kształt owalny, do kanału roboczego od Ø 2,8 mm, długość narzędzia 2300 mm. Dostępne średnice pętli 10,15,25,35 mm?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 20 dotyczy zadania Nr 2 poz. 5

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować pętle z siatką do usuwania polipów, jednorazowego użytku, średnica korpusu 2,3mm; wszystkie pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 21 dotyczy zadania Nr 2 poz. 6

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować kleszczyki biopsyjne jednorazowego użytku, powlekane na całej długości, łyżeczki owalne z okienkiem z igłą do kolonoskopii i gastrokopii, łyżeczki standardowe, średnica korpusu 2,3 mm, do kanału roboczego o średnicy min 2,8mm, o długościach 160cm i 230cm; dostępne w wersji gładkiej i aligator?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 22 dotyczy zadania Nr 2 poz. 7

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować kleszczyki biopsyjne jednorazowego użytku, powlekane na całej długości, łyżeczki owalne z okienkiem bez igły do kolonoskopii i gastrokopii, łyżeczki standardowe, średnica korpusu 2,3 mm, do kanału roboczego o średnicy min 2,8mm, o długościach 160cm i 230cm; dostępne w wersji gładkiej i aligator?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 23 dotyczy zadania Nr 2 poz. 8

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować jednorazowy ustnik endoskopowy dla dorosłych, posiadający anatomiczną strefę zgryzu, z regulowanym umocowaniem bezlateksowy, przeznaczony dla dorosłych. Jeden otwór główny na endoskop w rozmiarze 20mm na 25mm, dwa otwory boczne haczyki do mocowania opaski uciskowej (pasek z regulacją) z paskiem wstępnie zamontowany po jednej stronie, otwory w pasku umożliwiające dopasowanie do każdego rozmiaru, wypustki plastikowe na części wewnętrznej ustnika zapobiegające przesuwaniu się produktu podczas badania?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 24 dotyczy zadania Nr 2 poz. 10

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować jednorazową szczoteczkę do zaworów, dwustronną, szczoteczki o przekroju 5 mm z jednej strony i 12 mm z drugiej?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 25 dotyczy zadania Nr 2 poz. 11

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować jednorazową szczoteczkę do zaworów, dwustronną, szczoteczki o przekroju 5 mm z jednej strony i 12 mm z drugiej?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 26 dotyczy zadania Nr 2 poz. 14

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować jednorazowy serwetę do gastrokopii z kieszenią na płyny (wymiociny), wykonana z wysokiej klasy włókniny?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 27 dotyczy zadania Nr 2 poz. 15

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować płytkę (elektrodę pacjenta) neutralna jednorazowa, hydrożel, dzielona, dla dorosłych i dzieci dorosłych, opak. 5 szt.?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 28 dotyczy zadania Nr 2 poz. 16

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować jednorazowy „łatwy” klips do hemostazy endoskopowej, z możliwością wielokrotnego otwierania i zamykania przed ostatecznym uwolnieniem, z funkcją płynnej rotacji 360 stopni, rozpiętość ramion 11mm, 13mm 16mm (do wyboru Zamawiającego), osłonka klipsownicy powlekana, pancerzu zabezpieczającym przed otwarciem w trakcie transportu?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 29 dotyczy zadania Nr 7 poz. 1

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie bezpiecznych nakłuwaczy pakowanych po 100 sztuk z przeliczeniem na 100 opakowań?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 30 dotyczy zadania Nr 7 poz. 2

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie kieliszków wykonanych z tworzywa sztucznego pakowanych po 90 sztuk z przeliczeniem na 3000 opakowań?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 31 dotyczy zadania Nr 15 poz. 1 – 8

Czy zamawiający dopuści ostrza chirurgiczne z numerem ostrza wygrawerowanym na ostrzu, jednakże bez nazwy producenta wygrawerowanej na ostrzu oraz bez rysunku ostrza na opakowaniu jednostkowym? Nie ma to wpływu na cechy użytkowe produktu.

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 32 dotyczy zadania Nr 15 poz. 1 – 8

Czy zamawiający dopuści ostrza chirurgiczne wykonane ze stali węglowej?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 33 dotyczy zadania Nr 17 poz. 1

Czy zamawiający dopuści haczyk do przebicia błony owodniowej o długości 262 mm zakończony ostrym, 7 mm haczykiem. Przyrząd jednorazowy, sterylny?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 34 dotyczy zadania Nr 21 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści przedłużacze wysokociśnieniowe odporne na ciśnienie 800 PSI (55 bar)?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 35 dotyczy zadania Nr 11

Czy Zamawiający wymaga aby łyżki laryngoskopowe typu Macintosh jednorazowe z oświetleniem światłowodowym w rozm. 1,2,3,4, wykonane były z metalu, a nie tworzywa sztucznego?

Odp.: Zamawiający wymaga łyżek z tworzywa sztucznego, ale dopuszcza łyżki wykonane z metalu.

Pytanie Nr 36 zadania Nr 9 poz. 17

Czy Zamawiający dopuści maskę nadkrtaniową w rozm. 1 pozbawioną kanału gastrycznego? Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 37 dotyczy zapisów SIWZ i wzoru umowy

W związku z występowaniem w okresie realizacji niniejszej umowy okoliczności nadzwyczajnych związanych ze skutkami epidemii wirusa SARS-Cov-2 zwracamy się z wnioskiem wprowadzenie, na podstawie art. 473 §2 KC zastrzeżenia, że do czasu ustania ww. okoliczności łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych), będzie ograniczona wyłącznie do szkody wyrządzonej umyślnie zgodnie z art. 473 §2 KC.

W świetle aktualnych uwarunkowań związanych w sytuacją epidemiologiczną na świecie praktycznie żaden dystrybutor sprzętu medycznego nie może zagwarantować dostawy towarów stanowiących przedmiot zamówienia. Producenci realizują Zamówienia wg określonych priorytetów, wynikających z tendencji i zapotrzebowań ogólnoswiatowych. Ponadto, nawet w przypadku wytworzenia puli jakiegoś asortymentu przeznaczonego na Państwa rzecz może być problem z jego dostarczeniem (importem, procedurami i transportem wewnętrznym). W związku z powyższym zaciąganie zobowiązań w aktualnych warunkach, obarczonych dużym ryzykiem odpowiedzialności kontraktowej, może być niemożliwe, nawet przy dołożeniu maksimum staranności przy ich realizacji. Dlatego wnosimy o dodanie zapisu o następującej treści:

„W związku z występowaniem w okresie realizacji niniejszej umowy okoliczności nadzwyczajnych związanych ze skutkami epidemii wirusa SARS-Cov-2, do czasu ich ustania łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych), ograniczona jest wyłącznie do szkody wyrządzonej umyślnie zgodnie z art. 473 §2 KC.”

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 38 dotyczy zadania Nr 13 poz. 1, 2, 3, 5

Czy zamawiający wydzieli z zadania nr 13 pozycje nr 1, 2, 3 i 5 i utworzy z nich osobne zadanie lub umożliwi składanie ofert na pozycje w obrębie tego zadania?

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 39 dotyczy zadania Nr 13 poz. 1

Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny zamknięty system do odsysania z rurki intubacyjnej i tracheostomijnej o następujących parametrach:

- posiada zintegrowany podwójnie obrotowy łącznik 15 mm o kącie 45° do podłączenia rurki i respiratora
- posiada obrotowy port do przepłukiwania cewnika (port do irygacji) o długości ok 8 cm zamykany kapturkiem zamocowanym do portu kompatybilny z fiolką 10 ml NaCl
- posiada zamykany port do podawania leków z końcówką Luer (MDI)
- posiada przezroczystą komorę pozwalającą na obserwację wydzieliny pacjenta, która izoluje drobnoustroje i jest uszczelniona próżniowo co zmniejszająca ryzyko VAP oraz infekcji krzyżowej
- posiada zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka zamocowanego do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu
- regulacja podciśnienia następuje poprzez zawór kontroli siły ssania znakowany rozmiarem cewnika oraz informacją „OPEN”
- blokada zaworu regulacji siły ssania następuje poprzez jego obrót o 90° lub 180°
- posiada suwak umożliwiający pełne zamknięcie/otwarcie przepływu bez konieczności rozmontowania całości systemu
- system wyposażony w klips pozwalający na bezpieczne rozmontowanie systemu z rurką intubacyjną bez uszkodzenia elementów
- cewnik zakończony atraumatycznie niebieską miękką obwódką, zaokrąglony, bez ostrych krawędzi, wyposażony w czarną obwódkę pozwalającą na jego wizualizację podczas przepłukiwania
- cewnik wyposażony w dwa otwory boczne ułożone naprzemianlegle oraz znaczniki głębokości skalowane co 1 cm

- oznaczenie rozmiaru cewnika widoczne na końcu cewnika, na zaworze kontroli siły ssania oraz kolorystycznie (zgodnie z standardem ISO) na obwódce łączącej pozostałe elementy systemu z rękawem ochronnym
- w zestawie kolorowe naklejki do oznaczenia daty wymiany zestawu w języku angielskim
- system stanowi integralną całość i jest gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania bez konieczności montażu dodatkowych akcesoriów
- sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu
- jednorazowego użytku z możliwością stosowania do 72 godzin
- pakowany w rękaw papierowo-foliowy
- długość cewnika 60 cm
- rozmiary: 10fr, 12fr, 14fr, 16fr?

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 40 dotyczy zadania Nr 13 poz. 5

Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny któryś z zestawów do 24-godzinnej toalety jamy ustnej na 6 procedur. Szczoteczki zawarte w zestawie posiadają 2 otwory odsysające, gładką gąbkę na górnej powierzchni oraz poziomą manualną zastawkę do regulacji siły ssania. Gąbki z odsysaniem - gładkie, pokryte dwuwęglanem sodu, z 2 otworami do odsysania. Zestaw w kartonowym opakowaniu do postawienia na szafce, zestawy wyciągane w kolejności procedury 24h ,przygotowuje się po otwarciu opakowania, które pełni równocześnie funkcję pojemnika na płyn. Wyrób medyczny klasy I

Skład zestawu I:

- 2x Szczoteczka do zębów z możliwością odsysania
- 2x Płyn bezalkoholowy do płukania jamy ustnej z 0,12% roztworem chlorheksydydy
- 4x Roztwór płynu do płukania z 1,5% nadtlenu wodoru
- 4x Gąbka z funkcją odsysania
- 6x Aplikator gąbkowy do nawilżania
- 6x Żel nawilżający do ust na bazie wodnej

Skład zestawu II:

- 2x Szczoteczka do zębów z możliwością odsysania
- 6x Płyn bezalkoholowy do płukania jamy ustnej z 0,12% roztworem chlorheksydydy
- 4x Gąbka z funkcją odsysania
- 6x Aplikator gąbkowy do nawilżania
- 6x Żel nawilżający do ust na bazie wodnej

Skład zestawu III:

- 2x Szczoteczka do zębów z możliwością odsysania
- 6x Roztwór płynu do płukania z 1,5% nadtlenu wodoru
- 4x Gąbka z funkcją odsysania
- 6x Aplikator gąbkowy do nawilżania
- 6x Żel nawilżający do ust na bazie wodnej?

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 41 dotyczy zadania Nr 14

Czy zgodnie z art. 29 ust 3 Pzp, w Zadaniu nr 14 Zamawiający dopuści złożenie oferty na posiadające atest producenta i dopuszczone do eksploatacji na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych, wolne od ftalanów, jednorazowe, sterylne, wkłady do strzykawki automatycznej dwuigłowej DUAL SHOT ALPHA firmy NEMOTO – zestaw A i B:

1. Zestaw A w skład którego wchodzi elementy:

- 1 x wkład o pojemności 200 ml,
- 1 x łącznik wysokociśnieniowy o dł. 150 cm, z trójnikiem Y o wytrzymałości min. 350 PSI z jedną zastawką antyzwrotną, gdzie długość ramion trójnika jest różna i wynosi odpowiednio: dla odgałęzienia po stronie kontrastu 10 cm i dla odgałęzienia po stronie NaCl 25 cm

- 1 x ostrze typu spike
- 1 x złącze szybkiego napełniania typu „J”,
- zestaw wolny od ftalanów

2. Zestaw B w skład którego wchodzi elementy:

- 1 x wkład o pojemności 100 ml,
- ostrze typu spike
- zestaw wolny od ftalanów ?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 42 dotyczy wzoru umowy § 2 ust. 4

Czy Zamawiający dokona modyfikacji treści punktu 4 § 2 wzoru umowy (cyt.):

„4. Odbiór przedmiotu będzie następować w obecności przedstawicieli stron w Magazynie Centralnym Zamawiającego, na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest wnieść dostarczony asortyment do budynku Magazynu Centralnego Zamawiającego.”

i nada mu proponowany zapis:

„4. Odbiór przedmiotu będzie następować w obecności przedstawicieli stron w Magazynie Centralnym Zamawiającego, na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest wnieść dostarczony asortyment do budynku Magazynu Centralnego Zamawiającego.

Dopuszcza się przesłanie faktury VAT do Magazynu Centralnego Zamawiającego mailem lub faksem w dniu dostawy towaru, z zastrzeżeniem niezwłocznego dostarczenia jej oryginału pocztą poleconą.” ?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie Nr 43 dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 1 pkt. 1

Czy Zamawiający dokona modyfikacji treści punktu 1.1 § 6 wzoru umowy (cyt.):

„1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

1) w wysokości 5% wynagrodzenia umownego, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca”

i nada mu proponowane brzmienie:

„1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

1) w wysokości 5% nierealizowanej części wynagrodzenia umownego, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca”?

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 44 dotyczy zadania Nr 6

Czy Zamawiający w zad. 6 dopuści wkłady jednorazowe o poj. 2,5 l lub 1,5l na wydzielinę, posiadające zintegrowaną pokrywę z dwoma portami: portem do pacjenta i portem do połączenia szeregowego, dwa uchwyty przy wkładzie umożliwiające obsługę przez osoby prawo i leworęczne; zabezpieczenie zwrotne przez cofaniem się wydzieliny do pacjenta; posiadające zintegrowany filtr antybakteryjny i przeciwprzelewowy (hydrofobowy); ochrona przeciwbryzgowa zapobiegająca przedwczesnemu zamknięciu filtra; łącznik kątowy zabezpieczający przez zamknięciem światła drenu pacjenta; wymiana wkładów bez konieczności odłączenia źródła ssania?

Wykonawca bezpłatnie dostarczy kanistry kompatybilne do powyższych wkładów.

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 45 dotyczy zadania Nr 20

Czy Zamawiający w zad. 20 dopuści wkłady jednorazowe o poj. 2,5l lub 1,5l na wydzielinę, posiadające zintegrowaną pokrywę z dwoma portami: portem do pacjenta i portem do połączenia szeregowego, dwa uchwyty przy wkładzie umożliwiające obsługę przez osoby prawo i leworęczne; zabezpieczenie zwrotne przez cofaniem się wydzieliny do pacjenta; posiadające zintegrowany filtr antybakteryjny i przeciwprzelewowy (hydrofobowy); ochrona przeciwbryzgowa zapobiegająca przedwczesnemu zamknięciu filtra; łącznik kątowy zabezpieczający przez zamknięciem światła drenu pacjenta; wymiana wkładów bez konieczności odłączenia źródła ssania?

Wykonawca bezpłatnie dostarczy kanistry kompatybilne do powyższych wkładów.

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 46 dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 1

Czy Zamawiający zmieni § 6 ust. 1 poprzez nadanie mu następującej treści:

„W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne.:

1) w wysokości 5% wynagrodzenia umownego, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

2) w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za daną część dostawy nie dostarczonego w terminie przedmiotu umowy, za każdy rozpoczęty roboczy dzień opóźnieniami,

3) w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za daną część dostawy za dostarczenie niezgodnego przedmiotu umowy chyba że Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym zobowiąże się do wymiany przedmiotu umowy w ciągu 3 dni.”?

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 47 dotyczy zadania Nr 15 poz. 1 – 8

Czy Zamawiający dopuści i będzie wymagał ostrzy chirurgicznych jednorazowego użytku, sterylnych, wykonanych ze stali węglowej. Pakowanych pojedynczo z numerem i kształtem ostrza na opakowaniu bezpośrednim w skali 1:1 ?. Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 48 dotyczy zadania Nr 14

Czy Zamawiający wymaga, aby zestawy A i B były spakowane w tzw. „pakiety”- zestaw A i zestaw B w jednym opakowaniu?

Odp.: Tak, Zamawiający wymaga.

Powyższe wyjaśnienia udzielone przez Zamawiającego modyfikują zapisy siwz postępowania o udzielenie zamówienia na „Dostawę sprzętu specjalistycznego jednorazowego użytku dla SP ZZOZ w Koźienicach” , Nr sprawy: 07/PN/ND.ZP/2020.

ZATWIERDZAM:


Dyrektor
SP ZZOZ w Koźienicach
mgr Roman Wysocki