



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
W KOZIENICACH**



26-900 Koźienice
Al. Wł. Sikorskiego 10
Tel.: 48/ 679 72 00
Fax: 48/ 679 59 30
e-mail: sekretariat@szpitalkozienice.pl

Regon: 670146450
NIP: 812-16-45-639

SP ZZOZ ND.ZP/...../2020

Koźienice, dnia 01.06.2020r.

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawa systemu do pobierania krwi dla SP ZZOZ w Koźienicach wraz z dzierżawą wirówki i szkoleniem pracowników” : Nr sprawy: 08/PN/ND.ZP/2020

Działając na podstawie art.38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 1843), Zamawiający informuje że zwrócono się do niego z prośbą o wyjaśnienie n/w zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie Nr 1 dotyczy zapisów SIWZ

Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?

Odp.: Zamawiający wymaga podanie cen jednostkowych za 1 szt. Z dokładnością dwóch miejsc po przecinku.

Pytanie Nr 2 dotyczy zadania Nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści próbki do morfologii o wymiarach 12x75mm?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 3 dotyczy zadania Nr 2 poz. 1

Czy przez określenie „bez nadruku” należy rozumieć, że próbki mają posiadać etykietę?

Odp.: Dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie Nr 4 dotyczy zadania Nr 2 poz. 2

Czy przez określenie „bez nadruku” należy rozumieć, że próbki mają posiadać etykietę?

Odp.: Dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie Nr 5 dotyczy zadania Nr 2 poz. 2

Czy w przypadku próbek do biochemii Zamawiający nie wymaga żadnych nalepek, ani nadruku?

Odp.: Dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie Nr 6 dotyczy zadania Nr 2 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści próbki do OB. na 1,6 ml krwi o wymiarach 12x75mm?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 7 dotyczy zadania Nr 2 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści próbki o wymiarach 13x75mm i pojemności 5 ml?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 8 dotyczy zadania Nr 2 poz. 4

Czy przez określenie „bez nadruku” należy rozumieć, że próbki mają posiadać etykietę?

Odp.: Dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie Nr 9 dotyczy zadania Nr 2 poz. 4

Czy w przypadku próbek do biochemii Zamawiający nie wymaga żadnych nalepek, ani nadruku?

Odp.: Dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie Nr 10 dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu we wzorze umowy w §5 ust. 2 „Przedmiot umowy będący wyrobem medycznym posiada (.....).”?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie Nr 11 dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 4

Czy Zamawiający doprecyzuje zapis we wzorze umowy dotyczącego dostarczenia przedmiotu umowy z terminem ważności nie krótszym niż 12 m-cy, do odpowiedniego zapisu zadania nr 1 pkt. 19 opisu systemu do pobierania krwi?

Odp.: Tak, § 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy o terminie ważności nie krótszy niż 12 m-cy, a w przypadku próbek koagulologicznych nie krótszy niż 6 m-cy. Zamawiającemu przysługuje prawo do zwrotu przedmiotu umowy na koszt Wykonawcy.”

Pytanie Nr 12 dotyczy wzoru umowy § 10 ust. 1 i 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisów w §10 ust. 1 i 2 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 13 dotyczy wzoru umowy § 11 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie uwagi, że zamówienie telefoniczne musi być potwierdzone drogą pisemną (mailem lub faxem)?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie Nr 14 dotyczy zadania Nr 1 parametry urządzenia pkt. 8

Czy Zamawiający uzna za spełnienie wymogu dostarczenie deklaracji zgodności WE dla wirówki

Odp.: Tak, Zamawiający uzna za spełnienie wymogu.

Pytanie Nr 15 dotyczy zadania Nr 2 poz. 1 i 4

Czy Zamawiający dopuści próbówki w poz. 1 i 4, które posiadają nadruk oraz spełniają pozostałe wymagania SIWZ?

Odp.: Zamawiający nie wymaga.

Powyższe wyjaśnienia udzielone przez Zamawiającego modyfikują zapisy siwz postępowania o udzielenie zamówienia na „Dostawa systemu do pobierania krwi dla SP ZZOZ w Kozienicach wraz z dzierżawą wirówki i szkoleniem pracowników” : Nr sprawy: 08/PN/ND.ZP/2020

ZATWIERDZAM:

Dyrektor
SP ZZOZ w Kozienicach

mgr Roman Wysocki

