

Wykonawca:.....

 tel./fax:

Samodzielny Publiczny Zespół
 Zakładów Opieki Zdrowotnej Koźmienicach
 ul. Al. Wł. Sikorskiego 10
26-900 Koźmienice
 tel./fax: (48) 679 72 00/ (48) 679 59 30

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (UMOWY)
Zadanie Nr 1 – Odczynniki lateksowe i testy

L. p.	Producent Nr katalogowy	Przedmiot zamówienia	Maksymaln a wielkość op.	J. m.	Ilość	Cena jedn. netto zł., gr.	Wartość netto zł., gr.	VAT %	Wartość brutto zł., gr.
1		LE odczynnik, lateks + kontrola (+) i (-) Lateksowy, płytkowy test aglutynacyjny do wykrywania przeciw ciał występujących w otoczeniu rumieniowym, układowym (SLE), jednorazowe płytki testowe (min. 100 oznaczeń), jednorazowe mieszadełka, kontrola dodatnia i ujemna – wynik – wyraźna wizualna aglutynacja cząstek lateksu na płycie lub jej brak + zakraplacz do lateksu odmierzający prawidłową jego ilość. Trwałość odczynnika ważna 9 miesięcy od daty dostawy.		test	100				
2		Waalera Rose, lateks + kontrola (+) i (-) Hemoaglutynacyjny test lateksowy do oznaczania jakościowego i ilościowego czynnika reumatoidalnego. Czułość: 4 UI/ml., jednorazowe mieszadełka, kontrola dodatnia i ujemna – wynik – wyraźna wizualna aglutynacja cząstek lateksu na płycie lub jej brak + zakraplacz do lateksu odmierzający prawidłową jego ilość. Trwałość odczynnika ważny 9 miesięcy od daty dostawy.		test	180				
3		Test na Helicobacter pylori, Ag w kale		kasetka	200				
4		Test na lamblie. Test mikropłytkowy do immunoenzymatycznego oznaczenia antygenów Giardia lamblia w kale wykorzystujący technikę ELISA, czas wykonania do 90 min. Możliwość wykonywania testów na próbkach przechowywanych. Odczyt wizualny. Próbkę negatywna przezroczysta, bezbarwna. Próba pozytywna intensywna wyraźna barwa. Trwałość odczynnika min 8 miesięcy od daty dostawy. Kontrola pozytywna. Kontrola negatywna oraz konjugat gotowe do użycia. Wszystkie niezbędne odczynniki w zestawie, czułość i swoistość 100%		test	1500				

5	Odczynniki do oznaczania USR kardiolidopowy lub zastępczy, kontrola (+) i (-). Odczynnik kardiolidopowy do manualnego wykrywania kiły, metoda mikroflokulacji, kontrola dodatnia i ujemna – wynik – wyraźny wizualna aglutynacja cząstek lateksu na płycie lub jej brak. RPR – Carbon. Trwałość odczynnika ważna 11 miesięcy od daty dostawy.		test	1500					
6	Test na krew utajoną w kale. Test chromatologiczny nie wymaga diety bezmięsnej. Trwałość odczynnika ważna 9 miesięcy od daty dostawy.		test	1200					
6	Olejek imersyjny do mikroskopu firmy Olympus (oryginał)		op	20					
7	Kalprotektyna test. Trwałość odczynnika ważna 9 miesięcy od daty dostawy.		test	200					
RAZEM								X	

*/ Cena jednostkowa zawiera wszystkie koszty i opłaty dodatkowe.

Cena netto /wartość/ zadania Nr 1, ze wszystkimi kosztami i opłatami dodatkowymi zł.
 /słownie zł:/.

Cena brutto /wartość/ zadania Nr 1, ze wszystkimi kosztami i opłatami dodatkowymi zpodatkiem VAT zł.
 /słownie zł:/.

.....
 Miejscowość Data Podpis i pieczęć Wykonawcy