

Wykonawca:

 tel./fax: /

Samodzielny Publiczny Zespół
 Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach
 Al. Wł. Sikorskiego 10
 26-900 Kozienice
 tel./fax: (48) 679 72 00/ (48) 679 59 30

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (UMOWY)
Zadanie nr 1 - Rękawiczki nitrylowe, niesterylne, bezpudrowe

| L. p. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent | Jednostka miary | Ilość opak | Cena jednostkowa netto zł.,gr.*/ | Wartość netto zł.,gr. | VAT % | Wartość brutto zł.,gr. |
|--------------|--|-----------|-----------------|------------|----------------------------------|-----------------------|----------|------------------------|
| 1. | <p>Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, z mankietem równomiernie zrolowanym, o lekko teksturowanej powierzchni tylko na opuszkach palców, kształt uniwersalny pasujący na lewą i prawą rękę, współczynnik AQL dla szczelności max 1,5; siła zrywu (mediana) min 7N spełniająca normę EN 455-1-2-4; odporna na przenikanie krwiopochodnych patogenów według En-374 lub ASTM F1671; grubość na palcu 0,10 ±0,02, na dłoni 0,07±0,02 i mankiecie 0,06±0,01 mm, długość min 240 mm.</p> <p>W celu potwierdzenia zgodności z normą EN 455-1,2,4 (minimalne wymagania dla normy) dołączyć badania producenta lub niezależnego laboratorium lub jednostki notyfikowanej. W celu potwierdzenia parametrów zgodności z normą EN 374, dołączyć badania niezależnego laboratorium lub jednostki notyfikowanej. W celu potwierdzenia parametrów do oceny jakościowej dołączyć badania producenta lub niezależnego laboratorium.</p> <p>Rozmiary XS,S, M ,L, XL</p> <p>Wymagane jest aby na opakowaniu jednostkowym oraz zbiorczym występował numer identyfikacyjny (referencyjny, katalogowy) wyrobu medycznego oraz LOT w celu prawidłowej weryfikacji dostaw lub reklamacji (wystąpienia incydentu medycznego), a dodatkowo na opakowaniu jednostkowym umieszczona była informacja o spełnianych normach.</p> | | op/100 szt | 11 000 | | | | |
| RAZEM | | | | | | | X | |

*Cena jednostkowa zawiera wszystkie koszty i opłaty dodatkowe.

W celu potwierdzenia zgodności z norma EN-PN 455-1,2,4, (minimalne wymagania dla normy) dołączyć badania producenta lub niezależnego laboratorium

W celu potwierdzenia zgodności z norma EN-PN 374-3 dołączyć badania niezależnego laboratorium lub jednostki notyfikowanej.

Cena netto /wartość/ zadania Nr 1, ze wszystkimi kosztami i opłatami dodatkowymi zł.
/słownie zł:

Cena brutto /wartość/ zadania Nr 1, ze wszystkimi kosztami i opłatami dodatkowymi z podatkiem VATzł.
/słownie zł:

.....
Miejscowość

.....
Data

.....
Podpis i pieczęć Wykonawcy