



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
W KOZIENICACH**



26-900 Koźienice
Al. Wł. Sikorskiego 10
Tel.: 48/ 679 72 00
Fax: 48/ 679 59 30
e-mail: sekretariat@szpitalkozienice.pl

Regon: 670146450
NIP: 812-16-45-639

SP ZZOZ ND.DZPiZ/...../2021

Koźienice, dnia 11.06.2021r.

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „**Dostawę drobnego sprzętu dla Bloku Operacyjnego SP ZZOZ w Koźienicach**”, Nr sprawy: **01/PN/ND.ZP/2021**

Działając na podstawie art.135 ust 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 2019), Zamawiający informuje że zwrócono się do niego z prośbą o wyjaśnienie n/w zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie Nr 1 dotyczy zadania Nr 7

Czy Zamawiający zezwoli na użyczenie jednego kompletu instrumentarium, zamiast dwóch?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie Nr 2 dotyczy zadania Nr 2 poz. 35

Czy Zamawiający dopuści narzędzie o długości 37 cm, zamiast 47 cm? Reszta parametrów bez zmian.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 3 dotyczy zadania Nr 6 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania elektrodę neutralną jednorazowego użytku, dzieloną po obwodzie każdej z dwóch części, hydrożelową z systemem rozprowadzającym prąd równomiernie na całej powierzchni elektrody, nie wymagającą aplikacji w określonym kierunku w stosunku do pola operacyjnego, skrzydełka zapobiegające przypadkowemu odklejeniu, powierzchnia przewodząca 110cm², powierzchnia całkowita 170cm², wymiary 176x122mm, dla dzieci i dorosłych powyżej 5 kg, bez ograniczenia mocy maksymalnej, pakowana po 5 sztuk, do każdej elektrody dołączona informacja o numerze serii i dacie ważności w postaci samoprzylepnej etykiety, opakowane handlowe 50szt ?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 4 dotyczy zadania Nr 6 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania elektrodę neutralną jednorazowego użytku, dzieloną po obwodzie każdej z dwóch części, hydrożelową z systemem rozprowadzającym prąd równomiernie na całej powierzchni elektrody, nie wymagającą aplikacji w określonym kierunku w stosunku do pola operacyjnego, skrzydełka zapobiegające przypadkowemu odklejeniu, powierzchnia przewodząca 110cm², powierzchnia całkowita 170cm², wymiary 176x122mm, dla dzieci i dorosłych powyżej 5 kg, bez ograniczenia mocy maksymalnej, pakowana po 5 sztuk, do każdej elektrody dołączona informacja o numerze serii i dacie ważności w postaci samoprzylepnej etykiety, opakowane handlowe 50szt ?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 5 dotyczy zadania Nr 6 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania elektrodę neutralną jednorazowego użytku, dzieloną po obwodzie każdej z dwóch części, hydrożelową z systemem rozprowadzającym prąd równomiernie na całej powierzchni elektrody, nie wymagającą aplikacji w określonym kierunku w stosunku do pola operacyjnego, dla noworodków, powierzchnia przewodząca 37cm², wymiary 181x76mm, pakowana po 5 sztuk, do każdej elektrody dołączona informacja o numerze serii i dacie ważności w postaci samoprzylepnej etykiety, opakowane handlowe 50szt ?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 6 dotyczy zadania Nr 6 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania uchwyt elektrod wąski, z dwoma przyciskami, długość 155mm, do elektrod, z trzonkiem 2,4mm, sześciokątnym zabezpieczeniem przed obrotem, z kablem dł. 5m, wtyczka 3-bolcowa, przeznaczenie do 100 cykli sterylizacji? Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga zaferowania uchwytu wraz z elektrodą nożową?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie Nr 7 dotyczy zadania Nr 6 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania elektrodę nożową, prostą, długość 57mm, wymiary 25x3,5mm, trzonek 2,4mm?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie Nr 8 dotyczy zadania Nr 6 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania elektrodę igłową, prostą, długość 55mm, trzonek 2,4mm, długość igły 22mm, Ø igły 0,7mm ?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie Nr 9 dotyczy zadania Nr 6 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania elektrodę pętlową drucianą, długość 52mm, pętla Ø 10mm, trzonek 2,4mm ?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 10 dotyczy zadania Nr 6 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania przedłużkę elektrody, dł. całkowita 180mm, trzonek 2,4mm, do elektrod z trzonkiem Ø 2,4mm ?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 11 dotyczy zadania Nr 6 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania elektrodę nożową przedłużoną, prostą, długość 155mm, trzonek 2,4mm, wymiary noża 3,0 x25mm ?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie Nr 12 dotyczy zadania Nr 6 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania elektrodę kulkową, przedłużoną, prostą, długość 131mm, trzonek 2,4mm, kulka Ø 4mm ?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 13 dotyczy zadania Nr 6 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania elektrodę kulkową, przedłużoną, prostą, długość 133mm, trzonek 2,4mm, kulka Ø 6mm ?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 14 dotyczy zadania Nr 6 poz. 12

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania elektrodę półpętłą przedłużoną, prostą, długość 162mm, trzonek 2,4mm, wymiar pętli 15x20mm lub 20x20mm długość 168mm, lub 20x25mm długość 173mm?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie Nr 15 dotyczy zadania Nr 6 poz. 13

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania uchwyt elektrod jednorazowego użytku, sterylny, z dwoma przyciskami, długość 155mm, do elektrod z trzonkiem 2,4mm, z kablem o dł. 3m, wtyczka 3-bolcowa, uchwyt w komplecie z elektroda nożową, opakowanie 10 szt.?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie Nr 16 dotyczy zadania Nr 6 poz. 14

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania kabel bipolarny do pęset, długość 5m, wtyczka od strony instrumentu 2-pin 29mm, przeznaczenie do 300 cykli sterylizacji, bez kolorowego znacznika wzdłuż przewodu?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie Nr 17 dotyczy zadania Nr 6 poz. 15

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania kabel monopolarny do instrumentów laparoskopowych, długość 5m, wtyczka od strony instrumentu Ø4mm, od strony aparatu 3 pin, przeznaczenie do 300 cykli sterylizacji, bez kolorowego znacznika wzdłuż przewodu?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie Nr 18 dotyczy zadania Nr 6 poz. 16

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania kabel monopolarny do instrumentów laparoskopowych, długość 5m, wtyczka od strony instrumentu Ø4mm, od strony aparatu Ø8mm, przeznaczenie do 300 cykli sterylizacji, bez kolorowego znacznika wzdłuż przewodu ?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 19 dotyczy zadania Nr 6 poz. 17

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania kabel monopolarny do instrumentów laparoskopowych, długość 5m, wtyczka od strony instrumentu Ø4mm, od strony aparatu Ø4mm, przeznaczenie do 300 cykli sterylizacji, bez kolorowego znacznika wzdłuż przewodu ?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie Nr 20 dotyczy zadania Nr 6 poz. 18

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania kabel do elektrod neutralnych, długość 5m, od strony elektrody zakończony klipssem 2,5cm, od strony aparatu wtyczka płaska z bolcem, przeznaczenie do 300 cykli sterylizacji, bez kolorowego znacznika wzdłuż przewodu ?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 21 dotyczy zadania Nr 6 poz. 19

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania kabel do elektrod neutralnych, długość 5m, od strony elektrody zakończony klipssem 2,5cm, od strony aparatu wtyczka 1-bolcowa Ø6,3mm, przeznaczenie do 300 cykli sterylizacji, bez kolorowego znacznika wzdłuż przewodu ?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 22 dotyczy zadania Nr 6 poz. 28

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania szczypce bipolarne, proste z zagiętą końcówką, długość 195mm, końcówka 8mm x 2mm ze stali nierdzewnej, złącze 2-bolcowe płaskie, przeznaczenie do 100 cykli sterylizacji ?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie Nr 23 dotyczy zadania Nr 6 poz. 31 - 34

Czy Zamawiający wydzieli z zadania 6 pozycji 31-34?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie Nr 24 dotyczy zadania Nr 6 poz. 35

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania elektrodę kulkową, prostą, długość całkowita 53mm, długość robocza 40mm, kulka Ø 4mm, trzonek 4mm ?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 25 dotyczy zadania Nr 6 poz. 36 i 37

Czy Zamawiający wydzieli z zadania 6 pozycji 36 i 37?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie Nr 26 dotyczy zadania Nr 6 poz. 39

Prosimy o wyjaśnienie, jakie do jakiej sondy bipolarnej Zamawiający wymaga kabla.

Odp.: Zamawiający wymaga sondy do bipolarnej elektrody prostej igłowej producent Karl Storz.

Pytanie Nr 27 dotyczy zapisów SWZ

W związku z wątpliwościami prosimy o potwierdzenie czy podmiotowe środki dowodowe wskazane w rozdz. X pkt. 1-2 (KRK, oświadczenie zał. 4 do SWZ, KRS, oświadczenie zał. 3) wykonawca ma złożyć z ofertą czy na wezwanie?

Odp.: Zamawiający wymaga złożenia ww dokumentów wraz z ofertą.

Pytanie Nr 28 dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 2

Czy Zamawiający dokona modyfikacji w § 4 ust. 2 projektu umowy i dopuści prawo Wykonawcy do wstrzymania dostaw towaru, w przypadku braku zapłaty zobowiązań Zamawiającego, do czasu uregulowania przez niego płatności?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie Nr 29 dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 1

W związku z zapisem § 4 ust. 1 projektu umowy, wnosimy o przekazanie informacji na temat stanu majątkowego szpitala, albowiem na dzień dzisiejszy Wykonawca takiej wiedzy nie posiada. Prosimy o przekazanie bilansu i rachunku wyników Zamawiającego za 2019 r oraz oświadczenie jeśli stan finansowy Zamawiającego pogorszył się w stosunku do bilansu za ubiegły rok?

Odp.: Załącznik do wyjaśnień będzie zawierał bilans i rachunek wyników Zamawiającego za 2019 r.

Pytanie Nr 30 dotyczy wzoru umowy § 5

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 5 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie Nr 31 dotyczy wzoru umowy

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie Nr 32 dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 1

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust 1:

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne.:

- 1) w wysokości **0,5% wynagrodzenia umownego niezrealizowanej części zamówienia**, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonej części zamówienia**;
- 2) w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za daną część dostawy nie dostarczonego w terminie przedmiotu umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonej części zamówienia**
- 3) w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za daną część dostawy za dostarczenie niezgodnego z umową przedmiotu umowy chyba że Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym zobowiąże się do wymiany przedmiotu umowy w ciągu 3 dni, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonej części zamówienia**
2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne **1 % wynagrodzenia umownego za niezrealizowaną część** przedmiotu umowy w razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający. **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonej części zamówienia**
3. Zamawiający w razie wystąpienia zwłoki w realizacji zamówienia może wyznaczyć dodatkowy termin dostarczenia przedmiotu nie rezygnując z kar umownych.
4. Jeżeli kara umowna nie będzie pokrywać poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.
5. Zakupu przedmiotu umowy u innego Wykonawcy w przypadku niezrealizowania dostaw w terminie na koszt i obciążenie różnicą kosztów Wykonawcy.
6. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzeniem należnym Wykonawcy.
7. Wysokość kar umownych nie może przekroczyć **10 % wynagrodzenia brutto za niezrealizowaną część zamówienia** należnego Wykonawcy.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie Nr 33 dotyczy zadania Nr 7 poz. 13

Czy Zamawiający dopuszcza wykreślenie bądź wyłączenie do osobnego pakietu poz. 13?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Powyższe wyjaśnienia udzielone przez Zamawiającego modyfikują zapisy SWZ postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę drobnego sprzętu dla Bloku Operacyjnego SP ZZOZ w Kozienicach”: Nr sprawy: 01/PN/ND.ZP/2021

ZATWIERDZAM: