



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
W KOZIENICACH**

26-900 Koziernice
Al. Wł. Sikorskiego 10
Tel.: 48/ 679 72 00
Fax: 48/ 679 59 30
e-mail: sekretariat@szpitalkoziernice.pl

Regon: 670146450
NIP: 812-16-45-639

SP ZZOZ ND. DZPiZ /...../2021

Koziernice, dnia 19.07.2021 r.

**Do wykonawców
ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji, o wartości szacunkowej poniżej progów unijnych, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.) którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie „**Dostawa mammografu cyfrowego dla SP ZZOZ w Koziernicach** ” : Nr sprawy: **04/TP/ND.ZP/2021**

Pytanie Nr 1 dotyczy Rozdziału X punkt 7 SWZ

Czy Zamawiający może wskazać na jakim etapie postępowania Wykonawca ma dostarczyć oświadczenie stanowiące załącznik nr 5 do SWZ ?

Odp.: Zamawiający żąda złożenia oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 5 wraz z ofertą.

Pytanie Nr 2 dotyczy Rozdziału XI punkt 2 SWZ

Czy Zamawiający potwierdza, że przez sformułowanie: "Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeżeli potwierdzają że oferowany przedmiot dostawy spełnia określone przez Zamawiającego wymagania, cechy, kryteria." Zamawiający przyjmuje, że równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jak na przykład oświadczenie muszą być potwierdzone przez upoważnionego producenta?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie Nr 3 dotyczy Rozdziału XX punkt 2

Czy Zamawiający potwierdza, że nie planuje dodatkowego przeliczenia i liczbę punktów uzyskanych przez Wykonawcę po ich zsumowaniu w załączniku nr 2 do SIWZ, (Zestawienie parametrów technicznych) będzie traktował, jako liczbę PT, przy czym łączna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu wynosi: C+PT+TG?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ .

Pytanie Nr 4 dotyczy Załącznik nr 1 do SWZ

Czy Zamawiający wyjaśni, w jaki sposób Wykonawcy powinni poprawnie wpisać stawkę podatku vat %, w tabeli formularza ofertowego (Vat (tj.% i PLN), jeżeli przedmiot zamówienia objęty jest dwiema różnymi stawkami podatku VAT tj. 8% i 23% - zgodnie z obowiązującymi Wykonawcę przepisami prawa podatku VAT? Czy wpisanie stawek „8% i 23%” w ww. pozycji będzie wystarczające?

Odp.: Zamawiający wymaga wpisania stawki VAT w formie 8% i 23%.

Pytanie Nr 5 dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ OPZ rozdział V

Czy Zamawiający wyjaśni, czy będzie przyznawał punkty za parametr w Rozdziale 5. Dektor Cyfrowy punkt 3 z Załącznika nr 2 do SWZ OPZ, gdzie wielkość matrycy po wymnożeniu liczby pikseli w obu jej wymiarach? Na przykład wartość graniczna: 2816x3584 pikseli =10.092.544 pikseli, zaś wartość większa, na przykład 3000x4000 pikseli =12.000.000 pikseli?

Odp.: Tak, Zamawiający będzie przyznawał punkty za większą wartość pikseli (iloczyn).

Pytanie Nr 6 dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ OPZ rozdział VIII. STANOWISKO OBRAZOWO-OPISOWE RADIOLOGA, p. 2.

Czy Zamawiający dokona skorygowania omyłki pisarskiej: Jest: - kąt widzenia (prawy-lewy, góra dół) Min.1700/1700. Powinno być: kąt widzenia (prawy-lewy, góra dół) Min.170 stopni/170 stopni.

Odp.: Zamawiający poprawi omyłkę pisarską, winno być: kąt widzenia (prawy-lewy, góra dół) Min.170 stopni/170 stopni.

Pytanie Nr 7 dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ OPZ rozdział VIII. STANOWISKO OBRAZOWO-OPISOWE RADIOLOGA, p. 2.

Czy Zamawiający potwierdza, że wymaga w tym parametrze matowej powłoki antyrefleksyjnej, typ AR (anti-reflective) przystosowanej specjalnie do pracy w jaśniejszych pomieszczeniach?

Odp.: Tak, Zamawiający wymaga powłoki AR.

Pytanie Nr 8 dotyczy Załącznika nr 6 do SWZ Wzoru Umowy §3 ust 3

Czy Zamawiający dokona modyfikacji odpowiedzialności wykonawcy zgodnie z warunkami realizacji zamówienia, które przewidują inny termin realizacji dostawy urządzenia niż termin wykonania całości przedmiotu zamówienia.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie Nr 9 dotyczy Załącznika nr 6 do SWZ Wzoru Umowy §3 ust 7

Czy Zamawiający usunie z postanowień umowy przewidzianych w par. 3 ust. 7. Do momentu dostawy zamawiający ponosi odpowiedzialność za przedmiot umowy, zatem dodatkowe ubezpieczenie towaru w transporcie nie stanowi żadnego zabezpieczenia Zamawiającego, a jedynie nakłada na wykonawcę dodatkowe koszty, które finalnie poniesie zamawiający.

Odp.: Zamawiający odstąpi od zapisów umowy w §3 ust 7.

Pytanie Nr 10 dotyczy Załącznika nr 6 do SWZ Wzoru Umowy §3 ust 11

Czy Zamawiający dokona modyfikacji par. 3 ust. 11 lub potwierdzeni, iż Zamawiający przez pełną gotowość do pracy rozumie uzyskanie pełnej diagnostycznej zdolności urządzenia, jednak z wyłączeniem uzyskania zgody Sanepidu na używanie tego urządzenia, która jest niezbędna do rozpoczęcia udzielania świadczeń medycznych

Odp.: Zamawiający samodzielnie złoży wniosek do SANEPIDU.

Pytanie Nr 11 dotyczy Załącznika nr 6 do SWZ Wzoru Umowy §4 ust 1

Czy Zamawiający wyjaśni co rozumie pod pojęciem "pełnej odnawialnej gwarancji" na dostarczony przedmiot umowy?

Odp.: Termin gwarancji zgodnie ze złożoną ofertą.

Pytanie Nr 12 dotyczy Załącznika nr 6 do SWZ Wzoru Umowy §4 ust 7

Czy Zamawiający usunie postanowienia z §4 ust 7 Umowy? .

Odp.: Zamawiający odstąpi od zapisów Umowy w §4 ust 7.

Pytanie Nr 13 dotyczy Załącznika nr 6 do SWZ Wzoru Umowy §4 ust 8

Czy Zamawiający usunie postanowienia § 4 ust. 8?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje terminy zgodnie z SWZ w oparciu o zawartą umowę dotacyjną na zakup mammografu.

Pytanie Nr 14 dotyczy Załącznika nr 6 do SWZ Wzoru Umowy §5 ust 3, 4

Czy Zamawiający dokona modyfikacji wskazanych postanowień gdyż wskazują one raczej na właściwe odniesienie do dostaw innych towarów czy produktów niż objęty przedmiotem zamówienia mammograf ? Wskazana procedura reklamacyjna jest sprzeczna z postanowieniami par. 3.

Odp.: Zamawiający odstąpi od zapisów Umowy w §5 ust 3,4.

Pytanie Nr 15 dotyczy Załącznika nr 6 do SWZ Wzoru Umowy §6 ust 1 pkt 3 i 4

Czy zamawiający we wskazanych postanowieniach ma na myśli odpowiednio 0,2 i 0,1 wartości wynagrodzenia, czyli odpowiednio 20% i 10%, czy do wzoru umowy wkradła się oczywista omyłka pisarska i prawidłowe brzmienie to odpowiednio 0,2% i 0,1%?

Odp.: Nastąpiła omyłka pisarska, Zamawiający dokona zmian w Umowie na zapis odpowiednio 0,2% i 0,1 %.

Pytanie Nr 16 dotyczy Załącznika nr 6 do SWZ Wzoru Umowy §6 ust 5

Czy Zamawiający wyjaśni czy wskazane postanowienie zostało wprowadzone omyłkowo, gdyż z jego brzmienia wynika raczej powiązanie do z sukcesywnymi dostawami, a nie realizacją przedmiotu niniejszego postępowania?

Odp.: Zamawiający odstąpi od zapisów Umowy w §6 ust 5.

Pytanie Nr 17 dotyczy Załącznika nr 6 do SWZ Wzoru Umowy §6 ust 7

Czy Zamawiający odstąpi od wymiaru kary umownej wynikającego z zapisów Wzoru umowy i ograniczy je do maksymalnego wymiaru kar umownych do 10% ?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie Nr 18 dotyczy Załącznika nr 6 do SWZ Wzoru Umowy §7 ust 3

Czy Zamawiający dokona modyfikacji lub usunięcia postanowienia?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie Nr 19 dotyczy Załącznika nr 6 do SWZ Wzoru Umowy §8 ust 4

Czy Zamawiający odstąpi od terminu złożenia informacji o zaistnieniu siły wyższej - 14 dni od ustania przeszkody uniemożliwiającej wykonanie umowy w całości lub części ?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Zamawiający uzupełnia informację w Załączniku nr 2 do SWZ – OPZ o dodatkowy wymóg w Rozdziale X, pkt 14 (inne wymagania) o montaż elektrozamka do drzwi wejściowych do pracowni.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi do SWZ, stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin udzielenia nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Dlatego też, Zamawiający zawiadamia, iż terminy składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie, jak również godziny oraz miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe wyjaśnienia udzielone przez Zamawiającego modyfikują zapisy w Załączniku nr 2 do SWZ oraz w we Wzorze Umowy stanowiący załącznik nr 6 do SWZ

ZATWIERDZAM

Otrzymują:

- 1.Uczestnicy postępowania**
- 2. Strona internetowa**
- 3. a/a**