



**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W KOZIENICACH**



26-900 Koziernice  
Al. Wł. Sikorskiego 10  
Tel.: 48/ 679 72 00  
Fax: 48/ 679 59 30  
e-mail: sekretariat@szpitalkoziernice.pl

Regon: 670146450  
NIP: 812-16-45-639

SP ZZOZ ND. DZPiZ/...../2022

Koziernice, dnia 12.04.2022r.

**Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia publicznego**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „**Dostawę sprzętu medycznego, rękawic i obłożeń jednorazowego użytku dla SP ZZOZ w Koziernicach**”, Nr sprawy: **01/PN/ND.ZP/2022**

Działając na podstawie art. 135 ust 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 2019), Zamawiający informuje że zwrócono się do niego z prośbą o wyjaśnienie n/w zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

**Pytanie nr 1 dotyczy zadania nr 4, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści sterylną osłonę w rozmiarze 104cm x 188cm ?

**Odp.: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 2 dotyczy zadania nr 4, poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści sterylną osłonę w rozmiarze 15cm x 244cm ?

**Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 3 dotyczy zadania nr 10**

Czy Zamawiający dopuści rękawice o poziomie AQL 1,5 ?

**Odp.: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 4 dotyczy zadania nr 10**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby brak wskazanych dodatków chemicznych potwierdzić oświadczeniem producenta ?

**Odp.: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 5 dotyczy zadania nr 11**

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu i dłoni 0,06 – 0,08 ?

**Odp.: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 6 dotyczy zadania nr 7, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści taśmę do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, jednorazową, jednorodną, sterylną, niewchłaniającą, z polipropylenu monofilamentowego, w plastikowej polietylenowej, dwuczęściowej osłonce zapewniającej sterylność i zapobiegającą zakażeniom, (brak osłonki w środku na odcinku min. 1,5 cm), o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, grubości 0,33 mm, grubości nici 80 µm, gramaturze 48 g/m<sup>2</sup>, porowatości 84%, wielkość porów średnia 0,98 mm, max 2,31 mm, brzegi taśmy zakończone bezpiecznymi pętelkami, symetryczne zwężenia na końcach, wykonaną w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), przeznaczoną do implantacji metodą TOT, TVT?

**Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 7 dotyczy zadania nr 7, poz. 1**

Czy Zamawiający wydzieli pozycję numer 1 z zadania 7 i utworzy z niej odrębny pakiet, bądź pozwoli na startowanie na poszczególne pozycje?

**Odp.: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 8 dotyczy zapisów SWZ**

Czy Zamawiający, w przypadku wezwania do przedstawienia przedmiotowych środków dowodowych, wyrazi zgodę na dostarczenie próbki niesterylnej?

**Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 9 dotyczy zadania nr 8, poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 8 w pozycji 1 serwety operacyjnej jałowej o wymiarach 75x90cm wykonanej z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m<sup>2</sup> ?

**Odp.: Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 10 dotyczy zadania 8, poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 8 w pozycji 2 serwety operacyjnej jałowej o wymiarach 50x60cm wykonanej z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m<sup>2</sup> ?

**Odp.: Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 11 dotyczy zadania nr 8, poz. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 8 w pozycji 3 serwety operacyjnej jałowej o wymiarach 100x150cm wykonanej z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m<sup>2</sup> ?

**Odp.: Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 12 dotyczy zadanie nr 8, poz.4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pakiecie 8 w pozycji 4 serwety operacyjnej jałowej o wymiarach 50x60cm wykonanej z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m<sup>2</sup> z samoprzylepnym otworem 6x8cm ?

**Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 13 dotyczy zadanie nr 8, poz. 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pakiecie 8 w pozycji 5 serwety operacyjnej jałowej o wymiarach 75x90cm wykonanej z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m<sup>2</sup> z samoprzylepnym otworem 6x8cm ?

**Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 14 dotyczy zadania nr 8, poz. 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pakiecie 8 w pozycji 6 serwety operacyjnej jałowej o wymiarach 150x180cm wykonanej z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m<sup>2</sup> z samoprzylepnym otworem 5x15 cm?

**Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 15 dotyczy zadania nr 10**

Czy Zamawiający dopuści Rękawice nitylowe, bezpydrowe, niesterylne, polimeryzowane, kolor niebieski, tekstura na końcach palców, grubość na palcu 0,10mm +/-0,02mm, na dłoni 0,07+/- 0,02 mm, AQL ≤ 1.5. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 oraz przebadane na min. 12 cytostatyków wg. ASTM D6978/EN374 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezależnej. Pakowane po 100 szt. dla wszystkich rozmiarów. Rozmiary XS-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu.

**Odp.: Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 16 dotyczy zadania nr 8**

Czy Zamawiający dopuści serwety o gramaturze 55g/m<sup>2</sup> i odporności na przenikanie płynów min 100 H<sub>2</sub>O ?

**Odp.: Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 17 dotyczy zadania nr 8, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści serwety w rozmiarze 100x150cm?

**Odp.: Tak, zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 18 dotyczy zadania nr 8, poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści serwety w rozmiarze 50x60cm z przylepnym otworem 7 cm?

**Odp.: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 19 dotyczy zadanie nr 8, poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści serwety w rozmiarze 75x75cm z przylepnym otworem 6x8cm?

**Odp.: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 20 dotyczy zadania nr 8, poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści serwety w rozmiarze 120x150cm z przylepnym otworem 7 cm?

**Odp.: Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 21 dotyczy zadania nr 11**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic spełniających normy EN 16523-1 & EN 374-4 w miejsce nieaktualnej EN 374-3 ?

**Odp.: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 22 dotyczy zadania nr 25**

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0.12 mm i w opakowaniu a'200 sztuk z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości. Wyższe ( lepsze) siły zrywu przed starzeniem min 9N – potwierdzone raportem z badań producenta zgodnie z normą EN 455. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

**Odp.: Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 23 dotyczy zapisów umowy**

Wnosimy o wykreślenie § 4 ust. 2 projektu umowy. **UZASADNIENIE:** Zgodnie z art. 552 ustawy Kodeks Cywilny w zw. z art. 8 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Praw zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) celem przepisu zawartego w Kodeksie Cywilnym, który zgodnie z poglądem doktryny stanowi *lex specialis* w stosunku do art. 490 KC (*S. Buczkowski*, w: Komentarz KC, t. II, 1972, s. 1281; *C. Żuławska*, w: Komentarz do KC, Ks. III, t. II, 2011, s. 50–51; *Z. Gawlik*, w: *Kidyba*, Komentarz KC, t. III, cz. 2, 2014, s. 93; *Z. Banaszczyk*, w: *Pietrzykowski*, Komentarz KC, t. II, 2015, s. 298; *J.*

*Jezioro*, w: *Gniewek, Machnikowski*, Komentarz KC, 2014, s. 1112; wyr. SA w Szczecinie z 9.10.2013 r., I ACa 364/13) jest minimalizacja ryzyka po stronie Wykonawcy zobowiązanego do wcześniejszego spełnienia świadczenia, zaś zwłoka Zamawiającego w zapłacie ceny jest efektem naruszenia przez niego podstawowego obowiązku zapłaty ceny, wynikającego z art. 535 KC. Mając powyższe na uwadze niezasadnym wydaje się przystanie przez Wykonawcę na propozycję ograniczenia jego uprawnień

**Odp.: Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 24 dotyczy zapisów umowy**

Wnosimy o modyfikację § 5 ust. 3 projektu umowy poprzez wydłużenie terminu realizacji reklamacji do 5 dni roboczych.

**Odp.: Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 25 dotyczy umowy**

Wnosimy o modyfikację § 5 projektu umowy poprzez dodanie ust. 7 o treści: „*W przypadku zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie wówczas wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga zawarcia aneksu w formie pisemnej.*” **UZASADNIENIE:** Wysokość stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia jest czynnikiem cenotwórczym, niezależnym do swobodnego uznania i woli Stron. Zmiana stawki podatku VAT następuje bowiem w drodze zmiany właściwej ustawy, w dniu oznaczonym przez ustawodawcę, a Strony nie mogą

się uchylać od jej skutków i zobowiązane są ponosić związane z nią koszty w terminach i na zasadach określonych przez ustawodawcę. W ocenie Wykonawcy, w kontekście powyższego, obciążanie Wykonawcy skutkami tejże zmiany lub skutkami ewentualnego opóźnienia w jej wprowadzaniu, tj. brakiem możliwości zmiany ceny brutto w związku ze zmianą stawki VAT, stoi w sprzeczności z przepisami podatkowymi.

**Odp.: Zgodnie z zapisami SWZ.**

#### **Pytanie nr 26 dotyczy umowy**

Wnosimy o modyfikację § 5 projektu umowy poprzez dodanie ust. 8 o treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w drodze zawarcia aneksu w formie pisemnej.” **UZASADNIENIE:** Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążany ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach.

**Odp.: Zgodnie z zapisami SWZ.**

#### **Pytanie nr 27 dotyczy zadania nr 8**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwet o gramaturze 60g/m<sup>2</sup>, o lepszych parametrach technicznych, niż te opisane w SWZ?

**Odp.: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.**

#### **Pytanie nr 28 dotyczy zadania nr 8, poz. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o wymiarach 90x120cm?

**Odp.: Zgodnie z zapisami SWZ.**

#### **Pytanie nr 29 dotyczy zadania nr 8, poz. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o wymiarach 100x150cm?

**Odp.: Tak. Zamawiający wyrazi zgodę.**

#### **Pytanie nr 30 dotyczy zadania nr 8, poz. 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o wymiarach 120x150cm z otworem o średnicy 12cm?

**Odp.: Zgodnie z zapisami SWZ.**

#### **Pytanie nr 31 dotyczy zadania nr 10**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanych rękawic?

Rękawice nitrylowe, bezpydrowe, niesterylne, chlorowane od wewnątrz, kolor niebieski, tekstura na końcach palców, grubość na palcu min. 0,07mm, na dłoni min. 0,06mm, AQL 1.5. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 oraz przebadane na min. 12 cytostatyków wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz deklaracją zgodności. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone oświadczeniem producenta. Pakowane po 100 szt. dla wszystkich rozmiarów.

**Odp.: Zgodnie z zapisami SWZ.**

#### **Pytanie nr 32 dotyczy zadania nr 10**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic w rozmiarach S-XL kodowanych kolorystycznie na opakowaniu?

**Odp.: Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 33 dotyczy zadania nr 8, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści serwety o gramaturze 57g/m<sup>2</sup> (+/- 0,5 g/m<sup>2</sup>) spełniające pozostałe wymagania SWZ?

**Odp.: Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 34 dotyczy zadania nr 8, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści serwety o gramaturze 57g/m<sup>2</sup> (+/- 0,5 g/m<sup>2</sup>) o wymiarach 50x750cm, przylepne, spełniające pozostałe wymagania SWZ?

**Odp.: Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 35 dotyczy zadania nr 8, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści serwety o wymiarach 45 cm x 75 cm, o gramaturze min. 40g/m<sup>2</sup>, spełniające pozostałe wymagania SWZ?

**Odp.: Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 36 dotyczy zadania nr 8, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści serwety o gramaturze 57g/m<sup>2</sup> (+/- 0,5 g/m<sup>2</sup>) o wymiarach 100 x 150 cm, spełniające pozostałe wymagania SWZ?

**Odp.: Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 37 dotyczy zadanie nr 8, poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści serwety o wymiarach 50 x 60 cm z otworem samoprzylepnym o średnicy 6 cm, o gramaturze 57g/m<sup>2</sup> (+/- 0,5 g/m<sup>2</sup>) spełniające pozostałe wymagania SWZ?

**Odp.: Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 38 dotyczy zadania nr 8, poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści serwety o wymiarach 75 x 90 cm z otworem samoprzylepnym o średnicy 8 cm, o gramaturze 57g/m<sup>2</sup> (+/- 0,5g/m<sup>2</sup>) spełniające pozostałe wymagania SWZ?

**Odp.: Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 39 dotyczy zadania nr 8, poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści serwety o wymiarach 150 x 200 cm z otworem okrągłym samoprzylepnym o średnicy 12 cm, o gramaturze 57g/m<sup>2</sup> (+/- 0,5 g/m<sup>2</sup>) spełniające pozostałe wymagania SWZ?

**Odp.: Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 40 dotyczy zadania nr 4, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na aparaturę w rozmiarze 70x80cm?

**Odp.: Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 41 dotyczy zadania nr 4, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści osłonę na ramię C uniwersalną 3 częściową:  
górną z elastyczną gumką 100 x 160 cm,  
dolną z elastyczną gumką 80x150cm,  
2 taśmy przylepne 3 x 100 cm?

**Odp.: Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 42 dotyczy zadania nr 8, poz. 1 - 6**

Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 60g/m<sup>2</sup>?

**Odp.: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 43 dotyczy zadania nr 8, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 100x150cm?

**Odp.: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 44 dotyczy zadania nr 8, poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 120x150cm z otworem o średnicy 10cm?

**Odp.: Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 45 dotyczy zadania nr 8, poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 120x170cm z otworem o średnicy 12cm?

**Odp.: Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 46 dotyczy zadania nr 9, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw pościeli z włókniny polipropylenowej, poszewka 80x 70cm, poszwa 210cm x 160cm, prześcieradło 210cm x 150cm?

**Odp.: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 47 dotyczy zadania nr 9, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści zestaw pościeli z włókniny polipropylenowej, poszewka 80x 70cm, poszwa 210cm x 160cm, prześcieradło 210cm x 150cm?

**Odp.: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 48 dotyczy zadania nr 9, poz. 1 -2**

Czy Zamawiający dopuści zestaw pościeli w kolorze zielonym?

**Odp.: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 49 dotyczy zadania nr 9, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec w kolorze zielonym?

**Odp.: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 50 dotyczy zadania nr 9, poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści podkład w rozmiarze 80cm x 210cm?

**Odp.: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 51 dotyczy zadania nr 9, poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści podkład w rozmiarze 60cm x 90cm?

**Odp.: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 52 dotyczy zadania nr 9, poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na zwłoki wykonany z folii polietylenowej w rozmiarze 90x220 cm?

**Odp.: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 53 dotyczy zadania nr 9, poz. 9**

Czy Zamawiający dopuści fartuch występujący w rozmiarze L i XL?

**Odp.: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 54 dotyczy zadania nr 9, poz. 11**

Czy Zamawiający dopuści koszulę operacyjną w rozmiarze uniwersalnym?

**Odp.: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 55 dotyczy zadania nr 9, poz. 11**

Czy Zamawiający dopuści koszulę operacyjną wykonaną z włókniny typu SMS?

**Odp.: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 56 dotyczy zadania nr 9, poz. 13**

Czy Zamawiający dopuści spodenki wykonane z antystatycznej włókniny SMS w rozmiarze uniwersalnym i XL?

**Odp.: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 57 dotyczy zadania nr 9, poz. 13**

Czy Zamawiający dopuści spodenki wykonane z włókniny polipropylenowej 40g/m<sup>2</sup> w rozmiarze uniwersalnym, bez nałożonej warstwy antyelektrostatycznej?

**Odp.: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 58 dotyczy zadania nr 9, poz. 14,15**

Zwracamy się z wnioskiem o doprecyzowanie jakiej długości rolki Zamawiający oczekuje, aby wycenić?

**Odp.: Długość rolki 50m.**

**Pytanie nr 59 dotyczy zadania nr 14**

Czy Zamawiający dopuści wycenę pokrycia na kozetkę za rolkę o długości 50 metrów z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odp.: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 60 zadanie nr 15**

Czy Zamawiający dopuści wycenę pokrycia na kozetkę za rolkę o długości 80 metrów z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odp.: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.**



**Pytanie nr 61 zadania nr 9, poz. 16**

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na buty z wytrzymałej folii o grubości 18µm?

**Odp.: Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 62 do zadania nr 9, poz. 17**

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło z gumką o gramaturze 35g/m<sup>2</sup> lub 45g/m<sup>2</sup>?

**Odp.: Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 63 do zadania nr 11, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu min. 0,10mm, na dłoni min. 0,08mm, na mankiecie min. 0,06mm?

**Odp.: Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 64 do zadania nr 11, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści rękawice zgodne z EN 16523-1 jako normą równoważną do EN 374-3?

**Odp.: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 65 do zadania nr 4, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści osłony w rozmiarze 104cm x 188cm?

**Odp.: Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 66 do zadania nr 4, poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści osłony w rozmiarze 13cm x 235cm?

**Odp.: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 67 do zadania nr 4, poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści osłony w rozmiarze 15cm x 244cm?

**Odp.: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 68 do zadania nr 9, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści poszwę w rozmiarze 200x150cm?

**Odp.: Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 69 do zadania 9, poz.1**

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rozmiarze 210x150cm?

**Odp.: Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 70 do zadania 9, poz.1**

Czy Zamawiający dopuści komplet w kolorze białym?

**Odp.: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 71 do zadania 9, poz.11**

Czy Zamawiający dopuści koszulę z włókniny SMMS?

**Odp.: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 72 do zadania 9, poz.13**

Czy Zamawiający dopuści spodenki w rozmiarze uniwersalnym?

**Odp.: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 73 do zadania 10, poz.1**

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,08mm +/-0,01mm?

**Odp.: Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 74 do zadania 10, poz.1**

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na dłoni 0,05mm?

**Odp.: Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 75 do zadania nr 12**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga pojemnika ze sterylną wodą o dwukomorowej budowie zabezpieczającej przed osadzaniem się cząsteczek wody wewnątrz drenu tlenowego?

**Odp. : Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 76 do zadania 12**

Czy Zamawiający oczekuje, aby na etykiecie umieszczonej na pojemniku znalazły się informacje takie jak: data ważności, LOT i kod GTIN, co ułatwia identyfikację produktu i okresu jego przydatności do użycia?

**Odp. : Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 77 do zadania nr 10**

Czy Zamawiający dopuści rękawice mikroteksturowane z dodatkową mikroteksturą na końcach palców, dzięki czemu rękawica jest wyjątkowo chwytana?

**Odp. : Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 78 do zadania nr 10**

Czy Zamawiający dopuści rękawice o niewielkiej różnicy w parametrach, grubość ścianki na palcu min 0,07mm, na dłoni min 0,05mm?

**Odp. Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 79 do zadania 10**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje, aby otwór dozujący był pokryty dodatkową folią chroniącą zawartość przed kontaminacją oraz ułatwiający wyjmowanie pojedynczej rękawicy?

**Odp. Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 80 do zadania nr 10**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje rękawic nie zawierających szkodliwych substancji chemicznych jak: tiuramy, DPG, MBT, ZMBT potwierdzone badaniem TLC?

**Odp. Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 81 do zadania 11**

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości ścianki na dłoni min 0,08mm?

**Odp. Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 82 do zadania nr 11**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy zamawiający oczekuje rękawic odpornych na działanie związków chemicznych, w tym izopropanolu 70% i czwartorzędowych środków czyszczących?

**Odp. Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 83 do zadania nr 11**

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcach, min. 0,06 mm, na dłoni 0,06 mm, na mankiecie min. 0,04 mm. Badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3, badania na wirusy zgodnie z ASTM F 1671. Bez zawartości DEHP (DOP) – fabrycznie oznakowane na opakowaniu?

**Odp. Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 84 do zadania nr 25**

Czy Zamawiający dopuści rękawice mikroteksturowanych z dodatkową mikroteksturą na końcach palców, dzięki czemu rękawica jest wyjątkowo chwytana?

**Odp. Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 85 do zadania nr 25**

Czy Zamawiający dopuści rękawice o niewielkiej różnicy w parametrach, grubość ścianki na palcu min 0,07mm, na dłoni min 0,05mm na mankiecie min 0,045mm?

**Odp. Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 86 do zadania nr 25**

Czy Zamawiający oczekuje, aby otwór dozujący był pokryty dodatkową folią chroniącą zawartość przed kontaminacją oraz ułatwiający wyjmowanie pojedynczej rękawicy?

**Odp. Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 87 do Zadania nr 25**

Czy zamawiający oczekuje rękawic nie zawierających szkodliwych substancji chemicznych jak: tiuramy, DPG, MBT, ZMBT potwierdzone badaniem TLC?

**Odp. Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 88 do zadania nr 25**

Czy Zamawiający dopuści rękawice pakowane po 100szt z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odp. Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 89 do zadania nr 25**

Czy Zamawiający dopuści rękawice pakowane po 200szt z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odp. Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 90 do zadania nr 25**

Czy zamawiający dopuści rękawice pakowane po 100szt dla rozmiaru XS-L, dla rozmiaru XL po 90 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odp. Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 91 do zadania nr 3, poz.1**

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu min 0,20mm na dłoni 0,17mm na mankiecie min 0,15mm, siła zrywania 14N, poziom protein lateksowych <20ug/g, długość 260-280 dostosowana do rozmiaru, rozmiary 5,5-9. Sterylizowane radiacyjnie ?

**Odp. Tak. Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 92 do zadania nr 3, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści rękawice bezpydrowe o grubości na palcu min 0,24mm na dłoni 0,19mm na mankiecie min 0,17mm, siła zrywania 16N, poziom protein lateksowych <10ug/g, długość 260-280 dostosowana do rozmiaru, rozmiary 5,5-9, sterylizowane radiacyjnie?

**Odp. Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 93 do zadania nr 3, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści rękawice bezpudrowe o grubości na palcu min 0,22mm na dłoni 0,19mm na mankiecie min 0,17mm, siła zrywania 16N, poziom protein lateksowych <10ug/g, długość 289mm dostosowana do rozmiaru, rozmiary 5,5-9, sterylizowane radiacyjnie?

**Odp. Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 94 do zadania nr 3, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne, ortopedyczne, lateksowych bezpudrowych z wewnętrzną warstwą polimerową hydrożelową ułatwiająca zakładanie, wewnątrz silikonowane, pokryte przeciwdrobnoustrojowym CPC. AQL po zapakowaniu 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, brązowe, poziom protein < 50 µg/g rękawicy, średnia grubość: na palcu 0,34 mm, na dłoni 0,24 mm, na mankiecie 0,21 mm, długość min. 280-295 mm (w zależności od rozmiaru), średnia siła zrywania min. 34 N?

**Odp. Tak. Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 95 do zadania nr 3, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne długość min. 270-285 mm w zależności od rozmiaru? Średnia grubość rękawicy spodniej na palcu 0,20 mm, na dłoni 0,20 mm, na mankiecie 0,17 mm, średnia grubość rękawicy wierzchniej na palcu max. 0,27 mm, na dłoni 0,21 mm, na mankiecie 0,18 mm?

**Odp. Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 96 do zadania nr 3, poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne, lateksowe bezpudrowe z syntetyczną wielowarstwową powłoką polimerową, z poliakrylanem i surfaktantem, zewnątrz antypoślizgowe. Średnia grubość: na palcu 0,23 mm, na dłoni 0,21 mm, na mankiecie 0,18 mm. AQL po zapakowaniu 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, poziom protein <50ug/g rękawicy, długość min. 275 mm, siła zrywania (przed i po starzeniu) min. 14 N? Mankiet rolowany z taśmą adhezyjną?

**Odp. Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie 97 do zadania nr 3, poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne lateksowe bezpudrowe z syntetyczną powłoką polimerową, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, mankiet rolowany? Zgodne z normą EN 455-1,2,3,4, średnia grubość na palcu 0,22 mm, na dłoni 0,19 mm, na mankiecie 0,17 mm; AQL maks. 0,65, długość rękawicy min. 289 mm, sterylizowane radiacyjnie? Siła zrywania (przed i po starzeniu) min. 16 N? Poziom protein alergenny  $\leq 10$  ug/g rękawicy?

**Odp. Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 98 do zadania nr 3, poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne, średnia grubość na palcu 0,24 mm, na dłoni 0,19 mm, na mankiecie 0,17 mm, średnia siła zrywania przed starzeniem 16 N, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, poziom protein <10 ug/g rękawicy (badania niezależnego laboratorium wg EN 455-3 z podaną nazwą rękawic, których ono dotyczy), mankiet rolowany, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe z wycięciem w listku ułatwiającym otwieranie. Długość min. 260-280 mm dopasowana do rozmiaru, rozmiary od 5,5 do 9?

**Odp. Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 99 do zadania nr 3, poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści rękawice poliizoprenowe bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, Modulus 50% max.0,5N/mm<sup>2</sup>. Średnia grubość na palcu max. 0,27 mm, na dłoni 0,21 mm, na mankiecie 0,21 mm, długość min. 270-285 mm w zależności od rozmiaru? Wygodne i elastyczne, moduł 500% < 2,5 N?

**Odp. Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 100 do zadania nr 3, poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne, syntetyczne (Isolex) bezpudrowe z syntetyczną wielowarstwową powłoką polimerową z poliakrylanem i surfaktantem, powierzchnia zewnętrzna antypoślizgowa? Średnia grubość: na palcu 0,23 mm, dłoń 0,20 mm, na mankiecie 0,17 mm, AQL 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, kremowe, długość min. 289 mm? Mankiet rolowany z taśmą adhezyjną, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie?

**Odp. Tak. Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 101 do zadania nr 3, poz 6**

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne, syntetyczne (Isolex) bezpudrowe z syntetyczną wielowarstwową powłoką polimerową z poliakrylanem i surfaktantem, powierzchnia zewnętrzna antypoślizgowa? Przeznaczone do zabiegów wymagających precyzji, mikrochirurgii? Średnia grubość: na palcu 0,20 mm, dłoń 0,18 mm, na mankiecie 0,15 mm, AQL 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, kremowe, długość min. 290 mm? Mankiet rolowany z taśmą adhezyjną, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie?

**Odp. Tak. Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 102 do zadania nr 3, poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne syntetyczne (Isolex), poliizoprenowo (60%) – neoprenowe (40%) bezpudrowe z syntetyczną, wielowarstwową powłoką polimerową z poliakrylanem i surfaktantem, powierzchnia zewnętrzna antypoślizgowa? Średnia grubość: na palcu 0,20 mm, dłoń 0,16 mm, na mankiecie 0,14 mm, AQL 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, kremowe, długość min. 275 mm? Mankiet rolowany z taśmą adhezyjną, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie?

**Odp. Tak. Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 103 do zadania 9, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści poszwy o wymiarach: na kołdrę 210 cm x 160 cm, na poduszkę 70 cm x 80 cm, prześcieradło 150 cm x 210 cm, o gramaturze 25 g/? m<sup>2</sup>, wykonana z włókniny polipropylenowej jednowarstwowej, z etykietą zgodną z przepisami regulującymi oznakowanie wyrobów medycznych?

**Odp. : Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 104 do zadania 9, poz.9**

Czy Zamawiający dopuści długi rękaw zakończony mankietem ze ściągaczem?

**Odp. : Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 105 do zadania 9, poz. 9**

Czy Zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny, mniejszy niż standardowy rozmiar L?

**Odp. : Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 106 do zadania nr 9, poz.16**

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na obuwiu wykonane z niebieskiej folii teksturowej, z gumką, w rozmiarze uniwersalnym – długość ochraniacza w stanie rozciągniętym ok. 40cm, głębokość 16 cm, o grubości 2 g?

**Odp. : Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 107 do zadania nr 9, poz. 1,6-10,12,16**

Czy Zamawiający wydzieli poz.1,6-10,12,16 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferantów stwarza większe możliwości wyboru ?

**Odp. : Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 108 do zadania nr 8, poz. 1 – 6**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwet chirurgicznych wykonanych z laminatu 2-warstwowego o minimalnej gramaturze 55 g/m<sup>2</sup>? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odp. Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 109 do zadania nr 8, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 45x75?

**Odp. Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 110 do zadania nr 8, poz.4-5**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwet z otworem samoprzylepnym o średnicy 7 cm?

**Odp. Tak. Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 111 do projektu umowy**

§ 6, ust. 1-2- Czy Zamawiający dokona zmiany zapisów umowy dotyczących zastrzeżenia kar umownych i obniżenie ich wysokości w następującym zakresie:

- § 6, ust. 1, pkt 1- do kwoty 5% wartości niezrealizowanej części umowy;
- § 6, ust. 1, pkt 2 – do kwoty 0,2% wartości niedostarczonej partii zamówienia;
- § 6, ust.1, pkt 3 do kwoty 0,2% wartości niezgodnej partii zamówienia;
- § 6, ust. 2 – do kwoty 5% wartości niezrealizowanej części umowy.

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy w projekcie umowy . Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 112 do zadania nr 6, poz. 1-8**

Czy Zamawiający dopuści ostrza posiadający wygrawerowany numer ostrza, nazwę producenta oraz stali, z której są wykonane?

**Odp. Tak. Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 113 do zadania nr 6, poz. 1-8**

Czy Zamawiający dopuści ostrza bez wygrawerowanego kraju producenta na ostrzu. Oznaczenie z jakim typem rękojeści ostrza mogą być stosowane znajduję się na opakowaniu indywidualnym. Brak oznaczenia kolorystycznego.

**Odp. Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 114 do zadania nr 6, poz. 1-8**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a' 100 szt. z przeliczeniem wymaganej ilości?

**Odp. Tak. Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 115 do zadania nr 8, poz.1-6**

Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min 60 g/m<sup>2</sup>, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ?

**Odp. Tak. Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 116 do zadania nr 8, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 100cm x150cm?

**Odp. Tak. Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 117 do zadania nr 8, poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarze 90 x 150 cm z otworem przylepnym o średnicy 8 cm?

**Odp. Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 118 do zadania nr 8, poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarze 150 x 200 cm bez otworu?

**Odp. Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 119 do zadania nr 9, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści poszwę oraz prześcieradło w rozmiarze 210 x 160 cm?

**Odp. Tak. Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 120 do zadania nr 9, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści pościel w kolorze zielonym?

**Odp. Tak. Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 121 do zadania nr 9, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści poszwę oraz prześcieradło w rozmiarze 210 x 160 cm?

**Odp. Tak. Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 122 do zadania nr 9, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści pościel w kolorze zielonym?

**Odp. Tak. Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 123 do zadania nr 9, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec w rozmiarze 80cm x 220?

**Odp. Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 124 do zadania nr 9, poz. 6, 7, 8**

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100 sztuk?

**Odp. Tak. Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 125 do zadania nr 9, poz. 9**

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym?

**Odp. Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 126 do zadania nr 9, poz. 9**

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze L i XL ?

**Odp. Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 127 do zadania nr 9, poz. 10**

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100 sztuk z przeliczeniem wymaganej ilości?

**Odp. Tak. Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 128 do zadania nr 9, poz. 11**

Czy Zmawiający dopuści koszule w rozmiarze uniwersalnym?

**Odp. Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 129 do zadania nr 9, poz. 11**

Czy Zmawiający dopuści koszule w rozmiarze L, XL?

**Odp. Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 130 do zadania nr 9, poz. 13**

Czy Zamawiający dopuści spodenki w rozmiarze uniwersalnym?

**Odp. Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 131 do zadania nr 9, poz. 13**

Czy Zamawiający ma na myśli spodenki do koloskopii z rozcięciem z tyłu?

**Odp. Tak. Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 132 do zadania nr 9, poz. 14-15**

Czy Zamawiający ma myśli podkład o długości 50 mb?

**Odp. Tak. Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 133 do zadania nr 9, poz. 14-15**

Czy Zamawiający ma myśli podkład o długości 80 mb?

**Odp. Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 134 do zadania nr 9, poz. 17**

Czy Zamawiający ma na myśli prześcieradło wykonane z włókniny polipropylenowej?

**Odp. Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 135 do zadania nr 10**

Czy Zamawiający dopuści rękawice zgodne z poniższym opisem:

Rękawice nitrylowe, bezpydrowe, niesterylne, chlorowane od wewnątrz, kolor niebieski, tekstura na końcach palców, grubość na palcu 0,08mm +/-0,03mm, na dłoni 0,06+/- 0,02 mm, AQL 1.5. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-4, EN 374-5, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 oraz przebadane na min. 12 cytostatyków wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezależnej. Materiał bez lateksu i akceleratorów chemicznych. Pakowane po 100 szt. dla wszystkich rozmiarów. Rozmiary S-L kodowane kolorystycznie na opakowaniu?

**Odp. Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 136 do zadania nr 10**

Czy Zamawiający dopuści rękawice zgodne z poniższym opisem:

Rękawice nitrylowe, bezpydrowe, niesterylne, chlorowane od wewnątrz, kolor niebieski, tekstura na końcach palców, grubość na palcu 0,08mm +/-0,03mm, na dłoni 0,06+/- 0,02 mm, AQL 1.5. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-4, EN 374-5, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 oraz przebadane na min. 12 cytostatyków wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezależnej. Materiał bez lateksu i akceleratorów chemicznych. Pakowane po 100 szt. dla wszystkich rozmiarów. Rozmiary S-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu?

**Odp. Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 137: Dotyczy wadium**

Zwracam się z prośbą o odstąpienie przez Zamawiającego od wymogu wniesienia wadium. Rozwiązanie to, uwzględniając fakt pogorszenia się sytuacji ekonomicznej przedsiębiorców działających na rynku zamówień publicznych, przyczyni się do ograniczenia po stronie wykonawców kosztów uzyskania zamówienia publicznego, a przez to zwiększy dostępność rynku zamówień publicznych dla wykonawców w okresie występowania epidemii COVID-19 oraz pobudzi koniunkturę gospodarczą.

Zamawiający winien rozważyć zasadność sięgania po rozwiązania fakultatywne, nieobligatoryjne, takie jak właśnie żądanie wniesienia wadium w ramach postępowania. Jako przesłanki mogące przemawiać za możliwością żądania wniesienia wadium (o którym mowa w art. 97 ust. 1 ustawy Pzp) wskazuje się okoliczności skutkujące poważnym zakłóceniem postępowania przetargowego, w tym mogące wpłynąć na jego wynik (np. ryzyko wystąpienia zmowy wykonawców, udziału w postępowaniu niesolidnego wykonawcy). Ponieważ charakter i zakres niniejszego postępowania nie wskazuje na występowanie ww. ryzyk, to żądanie wniesienia wadium w tym przypadku wydaje się bezcelowe.

**Odp. Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 138 do zadania nr 10**

Czy Zamawiający dopuści nowoczesne rękawice nitrylowe o lepszych parametrach użytkowych niż opisane, tj. cieńszych (grubość max. 0,10 mm), co gwarantujące najlepsze czucie, ale jednocześnie bardziej odpornych na penetrację alkoholi używanych w środkach do dezynfekcji takich jak: etanol 20% oraz izopropanol 70% (Poziom 6). Nowoczesna formuła chemiczna oferowanych rękawic zapewnia, że odporność na wszystkie substancje chemiczne użyte do oznakowania typu wskazane w normie EN ISO 374-1 i umieszczone na opakowaniu jest na poziomie min. 4. Obniżona grubość Zapewnia także, że rękawice są miękkie i elastyczne, przez co łatwo się zakładają i są lepiej dopasowane do dłoni a praca w nich jest bardziej komfortowa. Jednocześnie zgodna z normą EN 455-2 wytrzymałość na zrywanie zapewnia odpowiednią wytrzymałość do nakładania i pracy, rękawice nie rwą się przy zakładaniu i w trakcie wykonywania procedur medycznych?

**Odp. Zgodnie z zapisami SWZ.**



**Pytanie nr 139 do zadania nr 10**

Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe gwarantujące łatwe i pojedyncze wyciąganie z opakowania dzięki automatycznemu, warstwowemu układaniu (informacja fabrycznie nadrukowana na opakowaniu), o grubości na palcu min. 0,08 mm, na dłoni i mankiecie min. 0,05 mm, niezrywające się podczas zakładania (wytrzymałość  $\geq 6N$  zg. z EN 455-2). Oznakowane jako wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony osobistej Kategorii III, Typ min. B, zgodnie z obowiązującymi normami z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu. Odporne na penetrację min. 3 substancji chemicznych na poziomie co najmniej 2 w tym 37% Formaldehyd – poziom 5), potwierdzone certyfikatem jednostki notyfikowanej. AQL 1.0. Instrukcja zakładania i zdejmowania rękawic umieszczona bezpośrednio na opakowaniu. Otwór dozujący zabezpieczony dodatkową folią chroniącą zawartość przed kontaminacją. Pakowane po 100 szt.

**Odp. Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 140 do zadania nr 10**

Czy w związku z posiadaniem przez Zamawiającego certyfikatem ISO potwierdzającym wysoką jakość wykonywanych usług medycznych Zamawiający będzie oczekiwał, aby producenci oferowanych rękawic posiadali wdrożony i certyfikowany stosem zarządzania jakością ISO 13485 obejmujący produkcję oferowanych rękawic?

**Odp. Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 141 do zadania nr 10**

Czy Zamawiający dopuści rękawice pakowane po 100szt dla rozmiaru XS-L, dla rozmiaru XL po 90sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odp. Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 142 do zadania nr 10**

Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne, winylowe, bezpudrowe, powierzchnia gładka, AQL 1,5 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu), oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii I z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu. Grubość na palcach, min. 0,06 mm, na dłoni 0,06 mm, na mankiecie min. 0,04 mm. Badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3, badania na wirusy zgodnie z ASTM F 1671. Bez zawartości DEHP (DOP) – fabrycznie oznakowane na opakowaniu. Rozmiary S-XL, oznaczone minimum na 5-ciu ściankach dyspensera kolorystycznie w zależności od rozmiaru, pakowane 100 sztuk?

**Odp. Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 143 do zadania nr 25**

Czy Zamawiający dopuści rękawice o niewielkiej różnicy w parametrach, grubość ścianki na palcu min 0,08mm, na dłoni min 0,06 mm na mankiecie min 0,05 mm, siła zrywania min. 6N? pakowane po 100 sztuk dla rozmiaru XS-XL z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. Pozostałość zgodnie z SWZ.

**Odp. Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 144 do zadania nr 10**

Czy Zamawiający dopuści niejałowe jednorazowe rękawice diagnostyczne, nitrylowe, bezpudrowe z wewnętrzną warstwą łagodząco - nawilżająco – natłuszczającą z koloidalnego roztworu mączki owsianej, jasno zielone. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń. Mankiet równomiernie rolowany. Powierzchnia teksturowana na końcach palców. Grubość podwójnie mierzona palec: min. 0,10 mm; dłoń: 0,10 mm; mankiet: 0,09 mm, długość min 245 mm, AQL = 1.0, wytrzymałość na zrywanie przed i po starzeniu > 6N. Otwór podawczy zabezpieczony folią o właściwościach antybakteryjnych potwierdzonych badaniami. Opakowanie 250 szt. (XL 230szt.) Wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony osobistej kat. III, typ B wg EN ISO 374-1?

**Odp. Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 145 do zadania nr 5, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści torby na płyny 51x56 cm z filtrem z folii PE, portem do ssaka z zatyczką, z taśmą przylepną 5x46 cm, z kształtką usztywniającą, pakowana we włókninę zabezpieczającą 45x45 cm i wentylowaną torbę foliową do sterylizacji. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Opakowanie jednostkowe zawiera 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę

producenta. Tolerancja rozmiarów +/- 2 cm. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem?

**Odp. Tak. Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 146 do zadania nr 5, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy, biały koc do przykrycia pacjenta z możliwością podgrzania do 60 stopni wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 28g/m<sup>2</sup> (warstwa zewnętrzna) i poliestrowego wypełnienia o gramaturze 88g/m<sup>2</sup>, z przeszyciami na całej powierzchni zapobiegającymi przemieszczaniu się elementów warstw. Szwy zgrzewane ultradźwiękowo. Rozmiar 110x210 cm. I klasa palności, niepyłący (pylenie ≤1,9<sub>log10</sub>). Produkt higieniczny o podwyższonej czystości mikrobiologicznej. Producent spełnia wymogi Systemu Zarządzania Jakością dla Wyrobów Medycznych ISO 13485 oraz normy środowiskowej ISO14001 potwierdzone certyfikatami. Próżniowe opakowanie jednostkowe minimalizujące zajmowaną powierzchnię, opakowanie zbiorcze karton zawierający 30 szt.

**Odp. Tak. Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 147 do zadania nr 5, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści sterylną torbę na narzędzia 33x41cm z przylepcem 41x5cm, 2 komory - jedna komora o szerokości 14 cm, druga 27 cm, dodatkowe usztywnienie na końcu. Torba wykonana jest z mocnej, przezroczystej folii polietylenowej o grubości 60µm. Produkt bez zawartości lateksu. Opakowanie jednostkowe typu peel pouch zaopatrzone 4 etykiety samoprzylepne posiadające indeks wyrobu, numer lot, datę ważności, nazwę producenta. Produkt jednostkowy pakowany zbiorczo po 100 szt. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem.

**Odp. Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 148 do zadania nr 5, poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści sterylną torbę na narzędzia 33x41cm z przylepcem 41x5cm, 2 komory - jedna komora o szerokości 14 cm, druga 27 cm, dodatkowe usztywnienie na końcu. Torba wykonana jest z mocnej, przezroczystej folii polietylenowej o grubości 60µm. Produkt bez zawartości lateksu. Opakowanie jednostkowe typu peel pouch zaopatrzone 4 etykiety samoprzylepne posiadające indeks wyrobu, numer lot, datę ważności, nazwę producenta. Produkt jednostkowy pakowany zbiorczo po 100 szt. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem.

**Odp. Tak. Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 149 do zadania nr 5, poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści torbę na płyny 51x56 cm z filtrem z folii PE, portem do ssaka z zatyczką, z taśmą przylepną 5x46 cm, z kształtką usztywniającą, pakowana we włókninę zabezpieczającą 45x45 cm i wentylowaną torbę foliową do sterylizacji. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Opakowanie jednostkowe zawiera 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Tolerancja rozmiarów +/- 2 cm. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem.

**Odp. Tak. Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 150 do zadania nr 4, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści sterylną, uniwersalną, jednoczęściową osłonę ramienia C mini wykonaną z folii PE, utrzymywaną na miejscu za pomocą elastycznej gumki z tyłu oraz trzech przylepnych pasków do mocowania. Rozmiar 137x216cm, długość pasków min.45cm. Osłona posiada 10 piktogramów pozwalających na intuicyjne zamocowanie na sprzęcie. Opakowanie jednostkowe- rozrywana torebka papierowo foliowa zaopatrzona w 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta, w tym 2 dodatkowo z kodem kreskowym. Sterylizacja EO. Opakowanie zbiorcze: worek foliowy zawierający 20 szt osłon, następnie karton.

**Odp. Tak. Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 151 do zadania nr 4, poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści sterylny jednorazowy pokrowiec na przewody o szer. 13 cm oraz dł. 240 cm, wykonany z mocnej folii PE (50µ, gramatura 46g/m<sup>2</sup>), z perforowaną jedną końcówką zwężającą się, złożony teleskopowo, z taśmą lepnią do mocowania o długości min. 18 cm i szerokości 1,8 cm, odporną na przemakanie oraz z kartonikiem

ułatwiający aplikację. Opakowanie jednostkowe typu peel pouch zaopatrzone w 4 etykiety samoprzylepne posiadające indeks wyrobu, numer lot, datę ważności, nazwę producenta. Osłony pakowane zbiorczo po 25 szt. w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem.

**Odp. Tak. Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 152 do zadania nr 4 poz. 4**

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje zaoferowania osłon z perforowaną końcówką zaopatrzonych w kartonik i taśmę mocującą w celu ułatwienia aplikacji?

**Odp. Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Powyższe wyjaśnienia udzielone przez Zamawiającego modyfikują zapisy SWZ postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę sprzętu medycznego, rękawic i obłożeń jednorazowego użytku dla SP ZZOZ w Kozienicach”.**

**ZATWIERDZAM**