



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
W KOZIENICACH**



26-900 Koziencice
Al. Wł. Sikorskiego 10
Tel.: 48/ 679 72 00
Fax: 48/ 679 59 30
e-mail: sekretariat@szpitalkozienice.pl

Regon: 670146450
NIP: 812-16-45-639

SP ZZOZ ND. DZPiZ/...../2022

Koziencice, dnia 12.05.2022r.

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawa sprzętu specjalistycznego dla bloku operacyjnego SP ZZOZ w Koziencicach”, Nr sprawy: 02/PN/ND.ZP/2022

Działając na podstawie art. 135 ust 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 2019), Zamawiający informuje że zwrócono się do niego z prośbą o wyjaśnienie n/w zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie nr 1 dotyczy zadania nr 2, poz. 45

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat rtg z ramieniem C, który posiada monitor 27” medyczny dotykowy LCD o rozdzielczości 1920x1080 pikseli, który spełnia pozostałe parametry: kontrast 1000:1 luminacja 600cd/m2. ?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 dotyczy zadania nr 2, poz. 45

Czy Zamawiający przyzna za takie rozwiązanie najwyższą ilość punktów?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 3 dotyczy zadania nr 2, poz. 64

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy nie popełnił oczywistej omyłki pisarskiej w pkt. 64 tabeli i przyzna punkty za dotykowy tablet 10” z możliwością obrotu o rozdzielczości 1280 x 800?

Odp.: Tak, Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 4 dotyczy zadania nr 2, poz. 74

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie jaki jest minimalny wymagany okres gwarancji na aparat RTG z ramieniem typu C? W tabeli jest wymagana gwarancja 36 miesięcy, natomiast w SWZ 24 miesiące. Okres gwarancji 36 miesięcy jest już dodatkowo punktowany.

Odp.: Zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ.

Pytanie nr 5 dotyczy SWZ

Prosimy Zamawiającego o informację jak wygląda droga transportowa do miejsca posadowień urządzeń.

Odp.: Droga transportowa przebiega po powierzchni płaskiej. Otwory drzwiowe do szpitala są o wymiarach 214x150 (wysokość x szerokość) a do Centralnej sterylizatorni 204x100 (wysokość x szerokość). Nie ma konieczności transportu windą i brak jest schodków na trasie transportowej.

Pytanie nr 6 dotyczy SWZ

Czy w miejscu posadowienia sterylizatora są niezbędne media, czy nie ma potrzeby wykonania dodatkowych prac budowlanych bądź przebudowy istniejących podłączeń?

Odp.: W miejscu posadowienia sterylizatora należy dokonać wymiany wyłącznika nadmiarowo-prądowego S 303 z wartości 25A na 32A. Pozostałe media są dostępne tj. woda i sprężone powietrze.

Pytanie nr 7 dotyczy SWZ rozdział VII

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów z :

1. Termin realizacji zamówienia wynosi: 3 MIESIĄCE OD DATY PODPISANIA UMOWY
na:

1. Termin realizacji zamówienia wynosi: 4 MIESIĄCE OD DATY PODPISANIA UMOWY

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 8 dotyczy SWZ rozdział XV.

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie: podanie nazwy instytucji, na konto której należy wpłacić wadium. W SWZ podany jest numer konta, ale nie wskazana jest nazwa instytucji. W związku z tym rodzi się wątpliwość czy wskazany numer konta jest numerem konta Starostwa Powiatowego w Koźienicach czy jest to numer konta SP ZZOZ w Koźienicach ?

Odp.: Jest to numer konta SP ZZOZ w Koźienicach.

Pytanie nr 9 dotyczy Wzoru Umowy § 4 ust. 1

Czy zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu § 4 ust. 1?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający posiada zabezpieczone środki na zapłatę za dostawę, zapisy odnośnie jakości przedmiotu umowy nie zostaną zmienione z uwagi na fakt, iż są adekwatne do innych przedmiotów objętych postępowaniem.

Pytanie nr 10 dotyczy Wzoru Umowy § 4 ust. 2

Czy zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu § 4 ust. 2?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 11 dotyczy Wzoru Umowy § 4 ust. 3

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę z:

Zapłata należności nastąpi po dostawie przelewem w terminie 60 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury (oryginał i kopia).

na:

Zapłata należności nastąpi po dostawie przelewem w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury (oryginał i kopia).

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 12 dotyczy Wzoru Umowy § 5 ust. 3

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów § 5 ust. 3 na:

„W razie stwierdzenia wad przedmiotu Zamawiający zgłosi Wykonawcy reklamację.

W przypadku nieuwzględnienia reklamacji przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo do zlecenia weryfikacji dostarczonej partii towaru niezależnemu podmiotowi. W przypadku stwierdzenia wad koszty ekspertyzy pokrywa Wykonawca.” ?

Odp.: Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 13 dotyczy Wzoru Umowy § 5 ust. 4 i 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisów § 5 ust. 4 i 6 ?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 14 dotyczy Wzoru Umowy § 6 ust. 2

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów § 6 ust. 2 na:

„Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne:

w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia w terminie płatności faktury”?

Odp.: Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 15 dotyczy Wzoru Umowy § 6 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie § 6 ust. 5?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 16 dotyczy Wzoru Umowy § 7 ust. 1,2 i 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie § 7 ust. 1,2 i 3.?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 17 dotyczy załącznika nr 1 do SWZ: Formularz ofertowy

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wpisanie dwóch stawek podatku VAT w tabeli?

Odp.: Wykonawca sam wpisuje stawkę VAT. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 18 dotyczy zadanie nr 14 poz. 51.

Czy zamawiający doprecyzuje o które materiały chodzi:

1. materiały eksploatacyjne są to: materiały typu uszczelki, smary etc... zużywalne w trakcie przeglądów i powinny być bezpłatne dla Zamawiającego w ramach kontraktu,
2. materiały zużywalne typu: papier do drukarki, kasyty barwiące do drukarki, detergenty do myjni, środki do konserwacji powierzchni urządzeń sterylizujących - koszty tych materiałów nie wliczany jest w przeglądy i koszty te zawsze ponosi Zamawiający

Odp.: Zamawiający miał na myśli materiały eksploatacyjne.

Pytanie nr 19 dotyczy zadania nr 5.

Czy zamawiający potwierdza, że miał na myśli: „Wykonanie narzędzi (...) według norm ISO 9001 lub ISO 13485”.

Odp.: Tak, zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 20 dotyczy zadania nr 2.

Czy Zamawiający dopuści ramię C o mocy 5 kW i z fluoroskopią ciągłą 4mA (fluoroskopią pulsacyjną 30 mA)?

Odp.: Zgodnie z zapisami SWZ, do zabiegów wykonywanych zamawiający nie wymaga generatora o tak dużej mocy.

Pytanie nr 21 dotyczy zadanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści ramię C z pojemnością cieplną anody 47 KHU i pojemnością cieplną kołpaka 867 KHU?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 22 dotyczy zapisów w SWZ

Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 23 dotyczy załącznika nr 6 do SWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji dostawy do 20 tygodni kalendarzowych od podpisania umowy?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. – Patrz odpowiedź na pytanie Nr 7

Pytanie nr 24 dotyczy Wzoru Umowy §2 ust. 1

Prosimy o informację, czy przedmiotem umowy, jest jedynie dostawa, czy również montaż i szkolenie?

Odp.: Przedmiotem umowy jest dostawa, montaż i szkolenie.

Pytanie nr 25 dotyczy Wzoru Umowy §2 ust. 1

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przygotuje miejsce montażu zgodnie z wytycznymi otrzymanymi od Wykonawcy ?

Odp.: Tak, Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 26 dotyczy Wzoru Umowy §5 ust 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów tak, aby pozwalały na usunięcie wady (lub wymianę wadliwego elementu) w zamian za wymiany towaru na wolny od wad. ?

Odp.: Tak, zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 27 dotyczy Wzoru Umowy §5 ust 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów, sprzęty nie mają terminu ważności, tylko termin gwarancji. ?

Odp.: Tak, zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 28 dotyczy Wzoru Umowy §5 ust 6

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie : „Zamawiający konkretnie wskazuje jakiego przedmiotu dostawy oczekuje”

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 29 dotyczy Wzoru Umowy §6 ust 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu: „iż ewentualny zakup przedmiotu umowy u innego Wykonawcy posiadającego autoryzację producenta” ?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 30 dotyczy Wzoru Umowy §7 ust 1 i ust 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu: „Zapisy nie dotyczą dostaw urządzeń wskazanych w załączniku nr 2 zadanie 13 i 14. “ ?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 31 dotyczy Wzoru Umowy §9 ust 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę o dodanie zapisu: „Nie wszystkie zapisy mogą dotyczyć dostawy sprzętu”?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 32 dotyczy Wzoru Umowy § 4 ust 1

Wykonawca wnosi o wskazanie majątku ruchomego i nieruchomości, na których w związku z trudną sytuacją finansową może dokonać stosownego zabezpieczenia roszczeń z tytułu realizacji niniejszej umowy.

Odp.: Zamawiający posiada zabezpieczone środki na realizację zamówienia oraz realizuje zobowiązania publicznoprawne.

Pytanie nr 33 dotyczy Wzoru Umowy § 4 ust 2

Czy Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie zapisów § 4 ust 2 w całości. ?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 34 dotyczy Wzoru Umowy

W jaki sposób Zamawiający będzie procedował rozliczenia w zakresie podatku VAT w sytuacji opóźnienia płatności z tytułu realizacji niniejszej umowy w kontekście art. 89b ust. 4 ustawy o VAT, który określa prawo do odliczenia w przypadku kiedy należność wynikająca z faktury zostanie uregulowana w terminie późniejszym niż w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, który upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności wynikającego z faktury?

Odp. : Zamawiający posiada zabezpieczone środki na realizację zamówienia oraz realizuje zobowiązania publicznoprawne.

Pytanie nr 35 dotyczy zadania nr 13, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie urządzenia o wymiarach nieznacznie odbiegających od wymaganych tj. (S/D/W) 700 x 989 x 1537 mm?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 36 dotyczy zadania nr 13, poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie urządzenia o wymiarach komory nieznacznie odbiegających od wymaganych (S/D/W) 380 x 700 x 340 mm oraz pojemności 90,4 l?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 37 dotyczy zadania nr 13, poz. 5

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie do postępowania urządzenia z komorą wykonaną ze stali kwasoodpornej całkowicie odporną na utleniające działanie nadtlenu nawet w przypadku zarysowań. ?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 38 dotyczy zadania nr 13, poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie urządzenia z programem, przy użyciu którego, sprawdzane jest prawidłowe działanie podzespołów, a w którego skład wchodzi badanie ciśnienia w komorze w próżni?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 39 dotyczy zadania nr 13, poz. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie urządzenia, które nie posiada systemu umożliwiającego otwarcie komory sterylizatora podczas załadunku wsadu bez użycia rąk?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 40 dotyczy zadania nr 13, poz. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie urządzenia współpracującego z jednorazowymi nabojami sterylizacyjnymi o stężeniu środka sterylizującego 50%?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 41 dotyczy zadania nr 13, poz. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie urządzenia współpracującego z jednorazowymi nabojami sterylizacyjnymi o stężeniu środka sterylizującego 50%?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 42 dotyczy zadania nr 13, poz. 11

Czy Zamawiający dopuści sterylizator, w którym sam nabój posiada podwójne opakowanie zabezpieczające przed kontaktem z nadtlakiem wodoru w związku z czym nie wymaga automatycznego usuwania zużytych opakowań?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 43 dotyczy zadania nr 13, poz. 12

Czy Zamawiający dopuści sterylizator w którym sam nabój posiada podwójne opakowanie zabezpieczające przed kontaktem z nadtlakiem wodoru w związku z czym nie wymaga automatycznego usuwania zużytych opakowań.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 44 dotyczy zadania nr 13, poz. 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie urządzenia o przekątnej minimum 6'', z menu w języku polskim?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 45 dotyczy zadania nr 13, poz. 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia z wbudowaną drukarką, umożliwiającą dokumentację procesu bez możliwości wyboru formatu wydruku, z możliwością przesłania danych na system komputerowy?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 46 dotyczy zadania nr 13, poz. 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia z możliwością eksportu danych i parametrach przebiegu cyklu na czytniku zewnętrznym np. karcie SD?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 47 dotyczy zadania nr 13, poz. 20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia z 3 programami sterylizacyjnymi, w tym specjalny cykl przeznaczony do sterylizacji endoskopów elastycznych z czasami procesów 28-53 min?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 48 dotyczy zadania nr 13, poz. 22

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia z systemem pozwalającym na dosuszenie wsadu w trakcie etapu kondycjonowania? W przypadku zbyt dużej ilości wilgoci, program sterylizacji musi zostać powtórzony?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 49 dotyczy zadania nr 13, poz. 29

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia bez konieczności sprawdzenia programu sterylizującego na stronie www producenta sterylizatora?.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 50 dotyczy zadania nr 13, poz. 30

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia bez możliwości wygenerowania, z oficjalnej strony internetowej producenta sterylizatora, dokumentu potwierdzającego możliwość sterylizacji wybranego sprzętu?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 51 dotyczy zadania nr 13, poz. 31

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia bez rekomendacji wiodących światowych producentów, w tym Olympus, Richard Wolf, Stryker, Karl Storz, Hitachi, Intuitive Surgical czy Aesculap?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 52 dotyczy zadania nr 13, poz. 33

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia, w którym w przypadku przerwania cyklu w trakcie etapu kondycjonowania, czynnik sterylizujący nie jest zachowywany w specjalnym rezerwarze do wykorzystania w następnym procesie?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 53 dotyczy zadania nr 13, poz. 34

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia bez potwierdzonej przez niezależną jednostkę notyfikowaną skuteczności inaktywacji prionów w każdym dostępnym programie?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 54 dotyczy zadania nr 13, poz. 35

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia, w którym każdy cykl sterylizacji posiada 2-krotne dozowanie czynnika sterylizującego?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 55 dotyczy zadania nr 13, poz. 38

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie urządzenia, w którym istnieje możliwość wysterylizowania w jednym z programów załadunku o masie do 8 kg?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 56 dotyczy zadania nr 13, poz. 41

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie urządzenia bez konieczności kontroli biologicznej wskaźnikami, dla którego zwolnienie materiału do użycia możliwe jest bezpośrednio po prawidłowym procesie bez oczekiwania na wynik testu biologicznego?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 57 dotyczy zadania nr 13, poz. 42

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie urządzenia bez konieczności kontroli biologicznej wskaźnikami, dla którego zwolnienie materiału do użycia możliwe jest bezpośrednio po prawidłowym procesie bez oczekiwania na wynik testu biologicznego?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 58 dotyczy zadania nr 13, poz. 47

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie urządzenia bez pisemnej referencji wystawionej przez użytkownika zaferowanego modelu sterylizatora dotycząca instalacji, pracy oferowanego urządzenia oraz autoryzowanego przez producenta serwisu oferenta?

Odp.: Tak, zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 59 dotyczy zadania nr 14, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie urządzenia, w którym komora wykonana jest ze stali nierdzewnej 316L wg AISI, z powierzchnią wewnętrzną gładką poddaną procesowi kuleczkowania w celu zwiększenia powierzchni oddawania ciepła do materiału?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 60 dotyczy zadania nr 14, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie urządzenia o lekkiej i energooszczędnej konstrukcji komory o grubości ścian nie przekraczającej 5 mm?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 61 dotyczy zadania nr 14, poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie urządzenia o wymiarach komory nieznacznie odbiegających od wymaganych tj. 660 x 660 x 1350 mm?

Odp.: Tak, zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 62 dotyczy zadania nr 14, poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie urządzenia o wymiarach zewnętrznych niewiele odbiegających od wymaganych tj. (szer x wys x głęb) 990 x 1970 x 1775 mm ?

Odp.: Tak, zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 63 dotyczy zadania nr 14, poz. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie sterylizatora fabrycznie wyposażonego we własną wytwornicę pary o mocy 45 kW?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 64 dotyczy zadania nr 14, poz. 9

Czy Zamawiający zamiast parametru z pkt 9 dopuści urządzenie, w którym wartości ciśnienia wskazywane są na ekranie sterownika po stronie załadowniczej?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 65 dotyczy zadania nr 14, poz. 10

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z dotykowym panelem sterowania z kolorowym ekranem 5,7" po stronie załadowniczej oraz ekranem graficznym po stronie wyładowniczej pozwalającym wyświetlenie minimum 4 linii tekstu?

Odp.: Tak, zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 66 dotyczy zadania nr 14, poz. 11

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z dotykowym panelem sterowania z kolorowym ekranem 5,7" po stronie załadowniczej oraz ekranem graficznym po stronie wyładowniczej pozwalającym wyświetlenie minimum 4 linii tekstu bez manometrów (wartości ciśnienia wskazane na ekranie sterownika po stronie załadowniczej)?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 67 dotyczy zadania nr 14, poz. 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia z 5 programami zwalidowanymi przez producenta maszyny oraz możliwością wgrania dodatkowych programów z bazy programów?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 68 dotyczy zadania nr 14, poz. 19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia z wbudowaną drukarką termiczną o trwałości wydruku ponad 10 lat?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 69 dotyczy zadania nr 14, poz. 20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia z filtrem powietrza sterylnego zatrzymujący nie mniej niż 99,95% cząstek nie większych od 0,30µm?

Odp.: Tak, zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 70 dotyczy zadania nr 14, poz. 24

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pomiar poziomu wody za pomocą czujnika opartego na przewodności, jeżeli czujnik taki posiada szerokie spektrum pomiarowe?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 71 dotyczy zadania nr 14, poz. 24

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia z automatycznym odczytem odczytu wody w wytwornicy przez sterownik bez konieczności stosowania wskaźników zewnętrznych i odczytu przez personel co jest zgodne z PN EN 285?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 72 dotyczy zadania nr 14, poz. 29

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia, w którym :

1. Komora i płaszcz oraz drzwi wykonane całkowicie ze stali kwasoodpornej klasy 1.4404 (AISI316L).
2. Rama sterylizatora, opanelowanie wykonane ze stali nierdzewnej klasy 1.4301 (AISI304).
3. Instalacja parowa sterylizatora wykonana ze stali nierdzewnej klasy co najmniej 1.4404 (AISI316L).
4. Wszystkie połączenia wykonane orurowaniem sztywnym (nie dopuszcza się połączeń elastycznych).
5. Fragmenty instalacji wodnej i parowej wykonane z materiałów innych odpornych na korozję.

Odp. : Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 73 dotyczy zadania nr 14, poz. 32

Czy Zamawiający wymaga, że ciężar drzwi ze względów bezpieczeństwa powinien być równoważony przeciwcieżarem co w przypadku awarii zasilania lub awarii linii sprężonego powietrza nie powoduje nagłego nieprzewidywalnego ruchu drzwi urządzenie oraz pozwala na ich awaryjne otwarcie przez personel w przypadku awarii?

Odp. : Tak, zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 74 dotyczy zadania nr 14, poz. 32

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie by drzwi sterylizatora były przesuwne w płaszczyźnie pionowej, zamykane i ryglowane automatycznie, z napędem elektrycznym?

Odp. : Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 75 dotyczy zadania nr 14, poz. 35

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie by drzwi sterylizatora były przesuwne w płaszczyźnie pionowej, zamykane i ryglowane automatycznie, z napędem elektrycznym?

Odp. : Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 76 dotyczy zadania nr 14, poz. 36

Czy Zamawiający wymaga aby wytrzymałość uszczelki drzwiowej dociskanej powietrzem wynosiła min. 3500 cykli sterylizacji oraz niewymagającej smarowania?

Odp. : Tak, zamawiający wyraża zgodę, ale nie wymaga.

Pytanie nr 77 dotyczy zadania nr. 14, poz. 37

Czy Zamawiający zamiast parametru w pkt 37 wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia z pompą próżniową z wyposażoną w dodatkowy niezależny inżektor powietrzny wzmacniający działanie pompy i zmniejszający zużycie wody?

Odp. : Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 78 dotyczy zadania nr 14, poz. 37

Prosimy o doprecyzowanie czy w celu zapewnienie prawidłowego działania układu próżniowego sterylizatora dla wyższej temperatury wody chłodzącej latem, układ powinien być wyposażony w pompę próżniową dwustopniową wyposażoną dodatkowo w inżektor powietrzny wzmacniający działanie pompy, poprawiający warunki suszenia oraz zmniejszający zużycie wody?

Odp. : Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 79 dotyczy zadania nr 14, poz. 43

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na siedzibę główną autoryzowanego serwisu producenta na terenie innego województwa, z zaznaczeniem iż pracownicy serwisu są dostępni na terenie wszystkich województw, w tym województwa Zamawiającego?

Odp. : Tak, zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 80 dotyczy zadania nr 14

Prosimy o wyjaśnienie dlaczego Zamawiający punktuje komorę cieńszą i słabszą?

Odp.: Zamawiający kierował się ekonomiką użytkowania.

Pytanie nr 81 dotyczy zadania nr 14

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie płaszcza parowego pełnego ułatwiającego równomierne nagrzewanie komory. ?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 82 dotyczy zadania nr 14

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie drukarki termicznej przy możliwości zgrywania cykli na USB i wydruku z drukarki komputerowej. ?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 83 dotyczy zadania nr 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie elektronicznego pomiaru poziomu wody w wytwornicy pary bez potrzeby instalowania wodowskazu na panelu czołowym. ?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 84 dotyczy zadania nr 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie stacji odwróconej osmowy z panelem w postaci wyświetlacza LED oraz klawiszami membranowymi. ?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 85 dotyczy zadania nr 13

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie gabarytów zewnętrznych o nieznacznej różnicy: 680x900x1600mm. (szer x gł x wys) ?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 86 dotyczy zadania nr 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie komory i drzwi wykonanych ze stali nierdzewnej. ?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 87 dotyczy zadania nr 13

Czy Zamawiający dopuści ekran o przekątnej 7 cali.?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 88 dotyczy zadania nr 2, poz. 3

Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej jakości Aparat RTG z generatorem o mocy 5,3 kW i monoblokiem chłodzonym aktywnym powietrzem?

Odp. : Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 89 dotyczy zadania nr 2, poz. 23

Czy Zamawiający dopuści do przetargu szerokość wózka ramienia C 80 cm – 1 cm nie stanowi żadnej różnicy wynika z technologii zastosowanej przez producenta aparatu.?

Odp.: Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 90 dotyczy zadania nr 2, poz. 36

Czy zamawiający dopuści do przetargu rozwiązanie równoważne jakim jest np. hamulec przy podstawie aparatu i rączka do sterowania kołami aparatu?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 91 dotyczy zadania nr 2, poz. 44

Czy Zamawiający dopuści do przetargu rozwiązanie z monitorami umiejscowionymi na oddzielnym wózku, 2 monitory o przekątnej min 19” lub jeden duży o przekątnej 34”? Dodatkowo nadmieniamy, iż nasz system posiada rozwiązanie w postaci dotykowego panel umiejscowionego na ramieniu C do sterowania Aparatem 10.4” z opcją podglądu.

Odp. : Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 92 dotyczy zadania nr 2, poz. 49

Prosimy o określenie jakie punkty swobody ustawienia monitora Zamawiający ma na myśli?

Odp. : Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 93 dotyczy zadania nr 2, poz. 54

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat RTG z Ramieniem C z matrycą obrazu zapamiętanego min. 1k x 1k pikseli, 12 bit?

Odp. : Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 94 dotyczy zadania nr 13 poz. 46

Czy zamawiający dopuści do przetargu firmę, w której pracuje dwóch certyfikowanych inżynierów dla tego zakresu urządzeń?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 95 dotyczy zadania nr 13, poz. 47

Czy zamawiający dopuści do przetargu firmę posiadającą referencję na wartość dostawy sterylizatorów powyżej 1,5 miliona, ale nie na oferowany w przetargu model. ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza dostarczenie referencji na równorzędny przedmiot umowy tj. niskotemperaturowy sterylizator na nadtlenek wodoru.

Pytanie nr 96 dotyczy zadania nr 13, poz. 48

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wykonawcę, który posiada 7 miejsc instalacji urządzeń sterylizatorów niskotemperaturowych.?

Odp.: Tak, zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 97 dotyczy Wzoru Umowy § 5 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie w projekt umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.?

Odp. : Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 98 dotyczy Wzoru Umowy § 6 ust 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dokonanie modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust 1 na:

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:

Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne.

- 1) w wysokości 5% **niezrealizowanej części** wynagrodzenia umownego, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;
- 2) w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego **brutto** za daną część dostawy nie dostarczonej w terminie przedmiotu umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonej części dostawy;**
- 3) w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego **brutto** za daną część dostawy za dostarczenie niezgodnego z umową przedmiotu umowy, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezgodnej części dostawy,** chyba że Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym zobowiąże się do wymiany przedmiotu umowy w ciągu 3 dni.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 99 dotyczy Wzoru umowy §4 ust. 2

Czy Zamawiający dokona modyfikacji projektu umowy i dopuści prawo Wykonawcy do wstrzymania dostaw towaru, w przypadku braku zapłaty zobowiązań Zamawiającego, do czasu uregulowania przez niego płatności?

Odp. : Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 100 dotyczy Wzoru Umowy

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że „na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy”?

Odp. : Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 101 dotyczy Wzoru Umowy §4 ust. 1

Wnosimy o przekazanie informacji na temat stanu majątkowego Zamawiającego, albowiem na dzień dzisiejszy Wykonawca takiej wiedzy nie posiada. Prosimy o przekazanie bilansu i rachunku wyników Zamawiającego za 2021r oraz oświadczenia jeśli stan finansowy Zamawiającego pogorszył się w stosunku do bilansu za ubiegły rok

Odp. : Zamawiający posiada zabezpieczone środki na realizację zamówienia.

Pytanie 102 dotyczy zadania nr 1, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z napędem mieszanym, tj. część funkcji realizowana jest elektrohydraulicznie z pilota lub panelu (zmiana wysokości blatu, przechyły wzdłużne i boczne, blokowanie do podłoża); natomiast inna część elektromechanicznie z pilota lub panelu (zmiana kąta oparcia dolnego segmentu pleców, flex / reflex, kątowa regulacja segmentu nóg w pionie, automatyczne poziomowanie, przesuw wzdłużny blatu)? W oferowanym stole regulacja podglówek oraz podnóżków w płaszczyźnie poziomej (rozchylenie) odbywa się manualnie (podglówek za pomocą zapadek ze sprężynami blokującymi, podnóżki za pomocą klamki blokującej i gniazda rozetkowego). Przy wywołaniu pozycji „zero” stół wykorzystuje oba napędy – elektromechaniczny i elektrohydrauliczny.

Odp. : Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 103 dotyczy zadania nr 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny, w którym pilot nie wyświetla informacji o stanie naładowania baterii w stole?

Odp. : Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 104 dotyczy zadania nr 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół, w którym aktywacja pilota po jego automatycznym przejściu w stan czuwania odbywa się za pomocą dedykowanego klawisza odblokowującego?

Odp. : Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 105 dotyczy zadania nr 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny wyposażony w bezpieczny i skuteczny system antykolizyjny, rozpoznający konfigurację, orientację blatu i zatrzymujący ruchy stołu w momencie zbliżającej się kolizji, informując przy tym sygnałem akustycznym?

Odp. : Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 106 dotyczy zadania nr 1 pkt 17 i inne

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z blatem przeziernym dla promieni X w projekcji AP na całej długości, bez poprzecznych wzmocnień, poza segmentem podglówka, który to segment jest częściowo nieprzezierny ze względu na umiejscowienie w nim mechanizmu podwójnej artykulacji.?

Odp. : Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 107 dotyczy zadania nr 1, poz. 25

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stołu operacyjnego z regulacją wysokości blatu w zakresie 600 – 1060 mm?

Odp.: Tak, zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 108 dotyczy zadania nr 1, poz. 36

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stołu operacyjnego sterowanego za pomocą:

1. oferowanego pilota bezprzewodowego;
2. panelu sterującego umieszczonego na stałe w kolumnie stołu od strony głowy lub nóg pacjenta – w zależności od ustawionej orientacji (bez możliwości odejmowania tegoż panelu)?

Odp. : Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 109 dotyczy zadania nr 1, poz. 38.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu „Możliwość awaryjnej regulacji przechyłów bocznych i wzdłużnych blatu, sekcji pleców oraz wysokości stołu w przypadku awarii głównej pompy elektrycznej lub rozładowania głównego akumulatora za pomocą nożnej pompy hydraulicznej z jednoczesnym wyborem funkcji na awaryjnym panelu na kolumnie stołu”. ?

Odp. : Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 110 dotyczy zadania nr 1, poz. 44.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu możliwości włączenia funkcji powolnego startu ruchów stołu, gdyż oferowany przez nas stół specjalistyczny operacyjny przystosowany jest do obciążeń

bariatrycznych, posiada bardzo precyzyjne ruchy, ponadto wyposażony jest w protokoły ciężkości pacjenta, które spowalniają ruchy blatu.?

Odp. : Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 111 dotyczy zadania nr 1, poz. 47.

Prosimy o wyjaśnienie, czy sekcja nóg dzielona na cztery elementy ma być odrębnym wyposażeniem stołu operacyjnego, tzn. czy stół winien posiadać standardową odedjmowaną sekcję dzieloną na dwa elementy oraz dodatkowo odedjmowaną sekcję nóg dzieloną na cztery, jako wyposażenie dodatkowe?

Odp. : Cztery elementy w standardzie.

Pytanie nr 112 dotyczy zadania nr 1, poz. 44.

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie anestezyjologicznej podpory ręki o długości 510 mm, z dwoma pasami, na przegubie kulowym, ustawianej przy pomocy jednej dźwigni, z własnym zaciskiem do szyny bocznej stołu?

Odp. : Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 113 dotyczy zadania nr 1, poz. 51-53.

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania rozwiązania, które wydaje się być podobne do opisanego, jeśli nie tożsame. Oferujemy rozwiązanie, w którym segment oparcia miednicy wyciągu ortopedycznego wyposażony jest w adaptor z trzpieniami wpuszczanymi w gniazda blatu stołu operacyjnego.?

Odp. : Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 114 dotyczy zadania nr 1, poz. 59.

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wraz z płytą do artroskopii barku hełmu w kształcie litery „U” z miękkimi, odedjmowanymi i regulowanymi poduszkami i paskami do wygodnego i pewnego uchwytu głowy, który to hełm łączony jest z płytą za pomocą dwuprzegubowego łącznika i adaptoru umożliwiającego pełną regulację we wszystkich kierunkach i płaszczyznach?

Odp. : Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 115 dotyczy zadania nr 1, poz. 60.

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania stolika do operacji ręki o wymiarach 810 x 400 mm, montowanego do szyny akcesoryjnej stołu, przeziernego RTG, wykonanego z płyty HPL, posiadającego miękki materac antystatyczny.?

Odp. : Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 116 dotyczy zadania nr 1, poz. 60.

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania stolik do operacji ręki o wymiarach 760 x 380 mm, wykonanego z płyty karbonowej, montowanego do szyny akcesoryjnej stołu, bez podparcia. ?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 117 dotyczy zadania nr 1, poz. 61.

Czy Zamawiający w tym punkcie oczekuje podpory bocznej, umożliwiającej wypozycjonowanie pacjenta na boku do operacji biodra i podpora boczna ma posiadać gruby wałek zaporowy?

Odp. : Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 118 dotyczy zadania nr 1, poz. 68.

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania przystawki do operacji kolana z regulacją pokrętłami a nie korbą.?

Odp. : Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 119 dotyczy zadania nr 1, poz. 71.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu przygotowania Bluetooth?

Odp. : Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 120 dotyczy zadania nr 1, poz. 75.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu dostarczenia przeziernego wałka na trzpieniu 90 st dla operacji neurochirurgicznych.? Zaoferowany stół posiada kompletne oparcie głowy w kształcie podkowy wraz z łącznikiem wielozakresowym i adaptorem DORO.

Odp. : Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 121 dotyczy zadania nr 1, poz. 77.

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie opisu urządzenia pn. „wyciąg rękawowy” lub o rysunek poglądowy tegoż urządzenia bez wskazywania producenta lub modelu.?

Odp.: Operacja ręki z uniesieniem i podtrzymaniem w górze.

Pytanie nr 122 dotyczy zadania nr 1, poz. 83.

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania stół z elektromechaniczną regulacją pionową podnóżków, sterowaną pilotem, jednak bez dodatkowej regulacji sprężynami gazowymi.?

Odp. : Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 123 dotyczy zadania nr 1, poz. 85.

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie anestezyjologicznej podpory ręki o długości 510 mm, z dwoma pasami, na przegubie kulowym, ustawianej przy pomocy jednej dźwigni, z własnym zaciskiem do szyny bocznej stołu?

Odp. : Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 124 dotyczy zadania nr 1, poz. 86.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu przygotowania Bluetooth?

Odp. : Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 125 dotyczy zadania nr 1, poz. 91.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ramki anestezyjologicznej giętkiej z mocowaniem, o długości maks. 1900 mm

Odp. : Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 126 dotyczy zadania nr 1, poz. 95.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania osłonę ramienia o długości 400 mm / wysokości 130 mm?

Odp. : Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 127 dotyczy zadania nr 1, poz. 96.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu dostarczenia osłony plastikowej podstawy stołu?

Odp. : Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 128 dotyczy zadania nr 1, poz. 97-98.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania profesjonalnych podpór barkowych oraz podpór pod stopy o wymiarach innych niż wymagane. Rozmiar oferowanych podpór nie może być kryterium odrzucenia oferty.?

Odp. : Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 129 dotyczy zadania nr 1, poz. 99.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu wyposażenia stołu operacyjnego w system umożliwiający jego uniesienie. ?

Odp. : Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 130 dotyczy zadania nr 1, poz. 100.

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedłużenia sekcji pleców w systemie manualnej regulacji pochyłów, o długości 250 mm?

Odp. : Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 131 dotyczy zadania nr 1, poz. 102.

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pozycjonera uniwersalnego o wymiarach 250 x 125 x 50 mm?

Odp. : Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 132 dotyczy zadania nr. 1, poz. 102.

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie półwałka o wymiarach 300 x 100 x 85 mm?

Odp. : Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 133 dotyczy zadania nr 1, poz. 103.

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materacyka pozycjonującego o wymiarach 140 x 200 x 13 mm?

Odp. : Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 134 dotyczy zadania nr 1, poz. 104.

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie podparcia bocznego szerokiego o wymiarach 200 x 80 mm.?

Odp. : Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 135 dotyczy zadania nr 1, poz. 104.

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie podparcia bocznego szerokiego o wymiarach 200 x 170 mm?

Odp. : Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 136 dotyczy zadania nr 1, poz. 106.

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie podparcia bocznego o wymiarach 280 x 140 mm?

Odp. : Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 137 dotyczy zadania nr 1, poz. 107

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania stołu z elektromechaniczną regulacją pionową podnóżków, sterowaną pilotem, jednak bez dodatkowej regulacji sprężynami gazowymi.?

Odp. : Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 138dotyczy zadania nr 1,poz.109

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie anestetycznej podpory ręki o długości 510 mm, z dwoma pasami, na przegubie kulowym, ustawianej przy pomocy jednej dźwigni, z własnym zaciskiem do szyny bocznej stołu?

Odp. : Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 139 dotyczy zadania nr 1, poz. 110

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu przygotowania Bluetooth?

Odp. : Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 140 dotyczy zadania nr 1, poz. 115

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ramki anestetycznej giętkiej z mocowaniem, o długości maks. 1900 mm?

Odp. : Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 141 dotyczy zadania nr 1, poz. 119

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu dostarczenia osłony plastikowej podstawy stołu?

Odp. : Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 142 dotyczy zadania nr 1, poz. 120

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania miskę urologiczną o wymiarach 352 x 325 x 100 mm z odpływem, mocowaną na ramieniu przegubowym do szyny bocznej?

Odp. : Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 143 dotyczy zadania nr 1, poz. 122

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pozycjonera uniwersalnego o wymiarach 250 x 125 x 50 mm?

Odp. : Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 144 dotyczy zadania nr 1, poz. 122

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie półwałka o wymiarach 300 x 100 x 85 mm?

Odp. : Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 145 dotyczy zadania nr 1, poz. 123

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie podparcia bocznego szerokiego o wymiarach 200 x 80 mm?

Odp. : Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 146 dotyczy zadania nr 1, poz. 123

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie podparcia bocznego szerokiego o wymiarach 200 x 170 mm?

Odp. : Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 147 dotyczy zadania nr 1, poz. 125

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie podparcia bocznego w kształcie wałka o wymiarach wysokość 300 mm, średnica 80 mm

Odp. : Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 148 dotyczy zadania nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza materiały informacyjne – katalogi, foldery Autoryzowanego Dystrybutora?

Odp. : Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 149 dotyczy zadania nr 14 poz. 45

Czy Zamawiający wymaga aby posiadał on atest PZH zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 26 marca 2019r. a stosowny dokument należy dołączyć c do oferty.?

Odp. : Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 150 dotyczy zadania nr 14 poz. 44

Czy Zamawiający wymaga, by kosze o pojemności ½ STE – 6 szt. stanowiące wyposażenie załadowcze sterylizatora były klasyfikowane jako wyrób medyczny i w związku z tym należy dołączyć do oferty stosowne dokumenty na potwierdzenie tego faktu.?

Odp. : Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 151 dotyczy zadania nr 1, poz. 2

Czy w zadaniu nr 1 STOŁY OPERACYJNE OGÓLNOCHIRURGICZNE, pkt 2, nie popełniono błędu podając sprzeczną punktację w stosunku do wymaganych parametrów techniczno-funkcjonalnych.?

Odp. : Tak, zamawiający poprawi oczywistą omyłkę pisarską.

Pytanie nr 152 dotyczy zadania nr 1, poz. 12

Czy w zadaniu nr 1 STOŁY OPERACYJNE OGÓLNOCHIRURGICZNE, pkt 12, nie popełniono błędu podając sprzeczną punktację w stosunku do wymaganych parametrów techniczno-funkcjonalnych.?

Odp. : Tak, zamawiający poprawi oczywistą omyłkę pisarską.

Pytanie nr 153 dotyczy zadania nr 1, poz. 16

Czy w zadaniu nr 1 STOŁY OPERACYJNE OGÓLNOCHIRURGICZNE, pkt 16, nie popełniono błędu podając sprzeczną punktację w stosunku do wymaganych parametrów techniczno-funkcjonalnych.?

Odp. : Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 154 dotyczy zadania nr 1, poz. 24

Czy w zadaniu nr 1 STOŁY OPERACYJNE OGÓLNOCHIRURGICZNE, pkt 24, nie popełniono błędu podając sprzeczną punktację w stosunku do wymaganych parametrów techniczno-funkcjonalnych.?

Odp. : Tak, zamawiający poprawi oczywistą omyłkę pisarską.

Pytanie nr 155 dotyczy zadania nr 1, poz. 35

Czy Zamawiający anuluje punktację ponieważ zapis parametrów techniczno-funkcjonalnych wymaga jednego rozwiązania w którym nie da się punktować dwóch rozwiązań ?

Odp. : Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 156 dotyczy zadania nr 1, poz. 42

Czy w zadaniu nr 1 STOŁY OPERACYJNE OGÓLNOCHIRURGICZNE, pkt 42, nie popełniono błędów podając sprzeczną punktację w stosunku do wymaganych parametrów techniczno-funkcjonalnych.?

Odp. : Tak, zamawiający poprawi oczywistą omyłkę pisarską.

Pytanie nr 157 dotyczy zadania nr 1, poz. 43

Czy w zadaniu nr 1 STOŁY OPERACYJNE OGÓLNOCHIRURGICZNE, pkt 43, nie popełniono błędów podając sprzeczną punktację w stosunku do wymaganych parametrów techniczno-funkcjonalnych.?

Odp. : Tak, zamawiający poprawi oczywistą omyłkę pisarską.

Pytanie nr 158 dotyczy zadania nr 1, Lampy operacyjne 2 czasowe typu LED poz. 3

Czy Zamawiający anuluje punktację ponieważ zapis parametrów techniczno-funkcjonalnych wymaga jednego rozwiązania w którym nie da się punktować dwóch rozwiązań ?

Odp. : Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 159 dotyczy zadania nr 1, poz. 4

Czy w zadaniu nr 1-Lampy operacyjne 2 czasowe typu LED, pkt 4, nie popełniono błędów podając sprzeczną punktację w stosunku do wymaganych parametrów techniczno-funkcjonalnych.?

Odp. : Tak, zamawiający poprawi oczywistą omyłkę pisarską.

Pytanie nr 160 dotyczy zadania nr 1, Lampy operacyjne 2 czasowe typu LED poz. 5

Czy Zamawiający anuluje punktację ponieważ zapis parametrów techniczno-funkcjonalnych wymaga jednego rozwiązania w którym nie da się punktować dwóch rozwiązań ?

Odp. : Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 161 dotyczy zadania nr 1, poz. 10

Czy w zadaniu nr 1-Lampy operacyjne 2 czasowe typu LED, pkt 10, nie popełniono błędów podając sprzeczną punktację w stosunku do wymaganych parametrów techniczno-funkcjonalnych.?

Odp. : Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 162 dotyczy zadania nr 1, poz. 11

Czy w zadaniu nr 1-Lampy operacyjne 2 czasowe typu LED, pkt 11, nie popełniono błędów sprzeczną punktację w stosunku do wymaganych parametrów techniczno-funkcjonalnych.?

Odp. : Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 163 dotyczy zadania nr 1, poz. 12

Czy w zadaniu nr 1-Lampy operacyjne 2 czasowe typu LED, pkt 12, nie popełniono błędów podając sprzeczną punktację w stosunku do wymaganych parametrów techniczno-funkcjonalnych.?

Odp. : Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 164 dotyczy zadania nr 1, poz. 13

Czy w zadaniu nr 1-Lampy operacyjne 2 czasowe typu LED, pkt 13, nie popełniono błędów sprzeczną punktację w stosunku do wymaganych parametrów techniczno-funkcjonalnych.?

Odp. : Tak, zamawiający poprawi oczywistą omyłkę pisarską.

Pytanie nr 165 dotyczy zadania nr 1, poz. 15

Czy w zadaniu nr 1-Lampy operacyjne 2 czasowe typu LED, pkt 15, nie popełniono błędów podając sprzeczną punktację w stosunku do wymaganych parametrów techniczno-funkcjonalnych.?

Odp. : Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 166 dotyczy zadania nr 1, poz. 16

Czy w zadaniu nr 1-Lampy operacyjne 2 czaszowe typu LED, pkt 16, nie popełniono błędu podając sprzeczną punktację w stosunku do wymaganych parametrów technicznofunkcjonalnych.?

Odp. : Tak, zamawiający poprawi oczywistą omyłkę pisarską.

Pytanie nr 167 dotyczy zadania nr 1, Lampy operacyjne 2 czaszowe typu LED poz. 24

Czy Zamawiający, dopuści lampę operacyjną, w której pozycjonowanie każdej z czasz odbywa się za pomocą wielorazowego uchwytu sterylizowanego (umieszczonego w punkcie centralnym lampy) oraz dodatkowo 2 uchwytami tzw. „brudnymi” umieszczonymi na obwodzie czaszy?

Odp. : Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 168 dotyczy Wzoru Umowy § 2 pkt. 3 oraz § 7 pkt. 1,2,3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na określenie rodzaju, terminu i ilości dostaw z min 35 dniowym wyprzedzeniem.?

Odp. : Patrz odpowiedź na pytanie Nr 7.

Pytanie nr 169 dotyczy Wzoru Umowy § 7 pkt. 1,2,3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zapisu do umowy, określającego minimalną wartości jej wykorzystania, w zakresie zadania nr 8.?

Odp. : Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 170 dotyczy SWZ

Czy Zamawiający wymaga by przedłożenie próbek, opisów lub fotografii dostarczanych produktów odbyło się na etapie złożenia oferty, celem potwierdzenia parametrów oferowanych, zwłaszcza parametrów technicznych podlegających ocenie punktowej w kryterium oceny ofert.?

Odp. : Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 171 dotyczy SWZ

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie że zapis w/w punktu dotyczy tylko wyrobów, które producent sklasyfikował jako wyroby medyczne, a Zamawiający będzie wymagał w zakresie zadania 8:

dla poz. poz. 1-9

- Certyfikat producenta dla Systemu Zarządzania wg PN-EN ISO 13485 (lub równoważny)

- Certyfikat producenta dla Systemu Zarządzania wg PN-EN ISO 9001 (lub równoważny)

- Deklaracja zgodności CE

dla poz. 1-3

- Atest higieniczny dla mebli medycznych przeznaczonych do pomieszczeń szpitalnych, placówek służby zdrowia

dla poz. 7-9

- Wpis lub zgłoszenie do URW MiPB.

Odp. : Tak, zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 172 dotyczy zadania nr 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na o dopuszczenie i uznanie za równoważny wysokiej klasy aparat do znieczulania renomowanego producenta o następujących parametrach:?

Lp	PARAMETR
1	Parametry ogólne
2	Aparat na podstawie jezdnej, hamulec centralny
3	Fabryczne uchwyty na dwie 10 litrowe butle rezerwowe, reduktory do butli O ₂ i N ₂ O niewbudowane
4	Aparat przystosowany do pracy przy ciśnieniu sieci centralnej dla: O ₂ , N ₂ O, Powietrza od 2,7 kPa x 100
5	Podgrzewany system oddechowy, możliwe wyłączenie/ włączenie podgrzewania przez użytkownika w konfiguracji systemu
6	Awaryjne zasilanie elektryczne całego systemu z wbudowanego akumulatora na co najmniej 100 minut

7	Blat roboczy. Wbudowane, regulowane oświetlenie blatu
8	Szuflada na akcesoria z trwałym zamknięciem (typu: zamek na klucz, blokada mechaniczna); wysokość szuflady pozwala na pionowe ustawienie butelki z anestetykiem wziewnym
9	Prezentacja ciśnień gazów w sieci centralnej i w butlach rezerwowych na ekranie głównym respiratora
10	System bezpieczeństwa zapewniający co najmniej 25% udział O ₂ w mieszaninie z N ₂ O
11	Elektroniczny mieszalnik: zapewniający utrzymanie ustawionego wdechowego stężenia tlenu przy zmianie wielkości przepływu świeżych gazów i utrzymanie ustawionego przepływu świeżych gazów przy zmianie stężenia tlenu w mieszaninie podawanej do pacjenta
12	Aparat z czujnikami przepływu wdechowym i wydechowym. Czujniki termoanemometryczne (tzw. podgrzewane). Czujniki mogą być sterylizowane parowo
13	Wirtualne przepływomierze prezentowane na ekranie aparatu
14	Aparat przystosowany do prowadzenia znieczulania w technice Low Flow i Minimal Flow
15	Regulowany zawór ograniczający ciśnienie w trybie wentylacji ręcznej (APL) z funkcją natychmiastowego zwolnienia ciśnienia w układzie bez konieczności skręcania do minimum
16	Wbudowany przepływomierz O ₂ do niezależnej podaży tlenu przez maskę lub kaniulę donosową, regulacja przepływu co najmniej od 0 do 18 l/min
17	Miejsce aktywne do zamocowania jednego parownika
18	W dostawie 6 zbiorników jednorazowych z wapnem sodowanym, objętość pochłaniacza jednorazowego minimum 1200 ml
19	Respirator, tryby wentylacji
20	Ekonomiczny respirator z napędem elektrycznym lub ekonomiczny respirator nie zużywający tlenu do napędu
21	Wentylacja kontrolowana objętościowo
22	Wentylacja kontrolowana ciśnieniowo
23	Wentylacja synchronizowana ze wspomaganiem ciśnieniowym oddechów spontanicznych w trybie kontrolowanym objętościowo i w trybie kontrolowanym ciśnieniowo (VCV-SIMV/PS, PCV-SIMV/PS)
24	CPAP/PSV
25	Funkcja Pauzy (zatrzymanie wentylacji kontrolowanej np. na czas odsysania śluzu lub zmiany pozycji pacjenta), prezentacja na ekranie respiratora czasu pozostałego do zakończenia pauzy, czas trwania pauzy regulowany w zakresie do co najmniej 10 min
26	Automatyczne przełączenie na gaz zastępczy: -po zaniku O ₂ na 100 % powietrze -po zaniku N ₂ O na 100 % O ₂ -po zaniku Powietrza na 100% O ₂ we wszystkich przypadkach bieżący przepływ Świeżych Gazów pozostaje stały (nie zmienia się)
27	Awaryjna podaż O ₂ i anestetyku z parownika po awarii zasilania sieciowego i rozładowanym akumulatorem
28	Regulacje
29	Zakres regulacji częstości oddechowej co najmniej od 4 do 100 odd/min
30	Zakres regulacji plateau co najmniej od 0% do 50%
31	Zakres regulacji I:E co najmniej od 5:1 do 1:5
32	Zakres regulacji objętości oddechowej w trybie kontrolowanym objętościowo co najmniej od 10 do 1500 ml
33	Zakres regulacji czułości wyzwalacza przepływowego co najmniej od 0,3 l/min do 15 l/min
34	Ciśnienie wdechowe regulowane w zakresie co najmniej od 10 do 80 hPa (cmH ₂ O)
35	Wspomaganie ciśnieniowe w trybie PSV regulowane w zakresie od 3 cmH ₂ O do co najmniej 60 cmH ₂ O
36	Regulacja czasu narastania ciśnienia w fazie wdechowej (nie dotyczy czasu wdechu), podać zakres
37	Regulacja PEEP w zakresie co najmniej od 2 do 20 hPa (cmH ₂ O); wymagana funkcja WYŁ (OFF)
38	Zmiana częstości oddechowej automatycznie zmienia czas wdechu (Ti) - tzw. blokada I:E, możliwe wyłączenie tej funkcjonalności przez użytkownika
39	Zmiana nastawy PEEP powoduje automatyczną zmianę ciśnienia Pwdech (różnica pomiędzy PEEP i Pwdech pozostaje stała) możliwe wyłączenie tej funkcjonalności przez użytkownika
40	Prezentacje

41	Prezentacja krzywych w czasie rzeczywistym: p(t), CO ₂ (t)
42	Funkcja timera (odliczanie do zera od ustawionego czasu) pomocna przy wykonywaniu czynności obwarowanych czasowo, prezentacja na ekranie respiratora
43	Prezentacja Δ VT (różnicy między objętością wdechową a wydechową)
44	Funkcja stopera (odliczanie czasu od zera) pomocna przy kontroli czasu znieczulenia, kontroli czasu; prezentacja na ekranie respiratora
45	Funkcjonalność
46	Kolorowy ekran, o regulowanej jasności i przekątnej minimum 15", sterowanie: ekran dotykowy i pokrętko funkcyjne, ekran wbudowany z przodu aparatu
47	Pola parametrów wyświetlane na ekranie mogą być konfigurowane w czasie pracy, możliwe szybkie dopasowanie rozmieszczenia lub zmiany wyświetlanych parametrów w czasie operacji w zależności od aktualnych wymagań użytkownika
48	Możliwe ustawienie różnych kolorów parametrów, np. ciśnienia - czerwone, objętości - zielone, w celu łatwiejszego odczytu
49	Wyświetlanie ustawionych granic alarmowych obok mierzonego parametru, możliwe wyłączenie tej funkcji
50	Możliwe kontynuowanie wentylacji mechanicznej w przypadku gdy pomiar przepływu ulegnie awarii (uszkodzony czujnik przepływu)
51	Konfiguracja urządzenia może być eksportowana i importowana do/z innych aparatów tej serii
52	Moduł gazowy w aparacie (pomiar w strumieniu bocznym): pomiary i prezentacja wdechowego i wydechowego stężenia: O ₂ (pomiar paramagnetyczny), N ₂ O, CO ₂ , anestetyki (SEV, DES, ISO), automatyczna identyfikacja anestetyku, MAC skorelowany do wieku pacjenta
53	Powrót próbki gazowej do układu oddechowego
54	Eksport do pamięci zewnętrznej USB: widoku ekranu (tzw. PrtScr lub zrzut ekranu), Dziennika (tzw. Rejestr lub Dziennik Zdarzeń lub Logbook, gdzie zapisywane są parametry pracy), wyników Testu
55	Automatyczne wstępne skalkulowanie parametrów wentylacji na podstawie wprowadzonej masy ciała i/lub wzrostu pacjenta
56	Alarmy
57	Funkcja Autoustawienia alarmów
58	Alarm ciśnienia w drogach oddechowych
59	Alarm objętości minutowej
60	Alarm bezdechu generowany na podstawie analizy przepływu, ciśnienia, CO ₂
61	Alarm stężenia anestetyku wziewnego
62	Alarm braku zasilania w O ₂ , Powietrze, N ₂ O
63	Alarm wykrycia drugiego anestetyku
64	Alarm Niski xMAC. Możliwa dezaktywacja monitorowania xMAC jako zabezpieczenie przed pojawianiem się alarmu Niski xMAC gdy stężenie anestetyku spada pod koniec znieczulania
65	Inne
66	Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, wersja drukowana, książkowa – nie dopuszcza się kserokopii
67	Oprogramowanie w języku polskim.
68	Ssak inżektorowy napędzany powietrzem z sieci centralnej, zasilanie ssaka z przyłączy w aparacie, zbiornik na wydzielinę o objętości minimum 700 ml.
69	Dreny do podłączenia O ₂ , N ₂ O i Powietrza o dł. 5m każdy; wtyki typu AGA
70	Dodatkowe gniazda elektryczne, co najmniej 4 szt., zabezpieczone bezpiecznikami
71	Całkowicie automatyczny test główny bez interakcji z użytkownikiem w trakcie trwania procedury
72	Lista kontrolna, czynności do wykonania przed rozpoczęciem testu, prezentowana na ekranie respiratora w formie grafik i tekstu objaśniających poszczególne czynności
73	System ewakuacji gazów, zintegrowany, z niezbędnymi akcesoriami umożliwiającymi podłączenie do odciągu szpitalnego, wskaźnik przepływu ewakuowanych gazów
74	Wymagane akcesoria dodatkowe
75	Zbiornik wielorazowy na wapno, możliwa sterylizacja parowa w temperaturze 134 st. C
76	Jednorazowe układy oddechowe, współosiowe, z pułapkami 10 szt. (worek oddechowy 2 L, długość rur co najmniej 170 cm)

77	Jednorazowe wkłady na wydzielinę z żelem – 25 szt.
78	Pułapki wodne do modułu gazowego 12 szt.
79	Linie próbkujące 10 szt.
80	Kardiomonitor do aparatu do znieczulania
81	Monitor o budowie kompaktowej, z kolorowym ekranem LCD o przekątnej przynajmniej 15 cali, z wbudowanym zasilaczem sieciowym, przeznaczony do monitorowania noworodków, dzieci i dorosłych
82	Wygodne sterowanie monitorem za pomocą stałych przycisków i menu ekranowego w języku polskim. Stałe przyciski zapewniają dostęp do najczęściej używanych funkcji. Obsługa menu ekranowego: wybór przez dotyk elementu na ekranie, zmiana wartości i wybór pozycji z listy – za pomocą pokrętki, potwierdzanie wyboru i zamknięcie okna dialogowego przez naciśnięcie pokrętki. Możliwość zmiany wartości, wybrania pozycji z listy, potwierdzenia wyboru i zamknięcia okna za pomocą tylko ekranu dotykowego
83	Możliwość wykorzystania monitora do transportu: - nie cięższy niż 7,5 kg - wyposażony w wygodny uchwyt do przenoszenia - wyposażony w akumulator dostępny do wymiany przez użytkownika, wystarczający przynajmniej na 5 godzin pracy - w komplecie system mocowania monitora, umożliwiający szybkie zdjęcie bez użycia narzędzi i wykorzystanie monitora do transportu pacjenta - monitor jest gotowy do uruchomienia łączności bezprzewodowej, umożliwiającej centralne monitorowanie podczas transportu
84	Chłodzenie bez wentylatora
85	Możliwość dopasowania sposobu wyświetlania parametrów do własnych wymagań. Ilość różnych przebiegów (krzywych) dynamicznych możliwych do jednoczesnego wyświetlenia na ekranie monitora – minimum 8. Dostępny ekran dużych liczb i ekran z krótkimi trendami obok odpowiadających im krzywych dynamicznych.
86	Możliwość skonfigurowania, zapamiętania w monitorze i późniejszego przywołania przynajmniej 3 własnych zestawów parametrów pracy monitora
87	Trendy tabelaryczne i graficzne wszystkich mierzonych parametrów przynajmniej z 6 dni, z możliwością przeglądania przynajmniej ostatniej godziny z rozdzielczością lepszą niż 5 sekund
88	Funkcja zapamiętywania krzywych dynamicznych z min. 96 godzin
89	Oprogramowanie realizujące funkcje: - kalkulatora lekowego - kalkulatora parametrów hemodynamicznych, wentylacyjnych i natlenienia - obliczeń nerkowych
90	Monitor umożliwia wyświetlanie danych z innego monitora pacjenta podłączonego do tej samej sieci, również w przypadku braku lub wyłączenia centrali
91	Monitor wyposażony we wbudowany rejestrator taśmowy, drukujący przynajmniej 3 krzywe dynamiczne
92	Monitor zamocowany na oferowanym aparacie do znieczulania i połączony z nim, wyświetla przebiegi dynamiczne, łącznie z pętlami oddechowymi, oraz wartości liczbowe danych z aparatu.
93	Możliwości monitorowania parametrów
94	Pomiar EKG
95	EKG z analizą arytmii, możliwość pomiaru z 3 elektrod i z 5 elektrod, po podłączeniu odpowiedniego przewodu
96	Zakres pomiarowy przynajmniej: 15-350 uderzeń/minutę
97	Pomiar odchylenia ST
98	Monitorowanie arytmii z rozpoznawaniem przynajmniej 16 różnych arytmii
99	Pomiar saturacji i tętna (SpO2)
100	Pomiar SpO2 algorytmem Nellcor lub równoważnym pod względem wszystkich opublikowanych parametrów dotyczących jakości pomiaru, z możliwością stosowania wszystkich czujników z oferty firmy Nellcor
101	Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi
102	Pomiar ciśnienia ręczny i automatyczny z ustawianym czasem powtarzania do 8 godzin

103	Możliwość włączenia automatycznego blokowania alarmów saturacji podczas pomiaru saturacji i NIBP na tej samej kończynie
104	Inwazyjny pomiar ciśnienia
105	Możliwość przypisania do poszczególnych torów pomiarowych inwazyjnego pomiaru ciśnienia nazw powiązanych z miejscem pomiaru, w tym ciśnienia tętniczego, ciśnienia w tętnicy płucnej, ośrodkowego ciśnienia żylnego i ciśnienia śródczaszkowego. Możliwość jednoczesnego pomiaru trzech ciśnień
106	Pomiar temperatury
107	Wyświetlanie temperatury T1, T2 i różnicy temperatur
108	Pomiar zwiótczenia
109	Pomiar przewodnictwa nerwowo mięśniowego za pomocą stymulacji nerwu łokciowego i rejestracji odpowiedzi za pomocą czujnika 3D, mierzącego drgania kciuka we wszystkich kierunkach, bez konieczności kalibracji czujnika przed wykonaniem pomiaru. Dopuszczalny pomiar za pomocą dodatkowego monitora. Dostępne metody stymulacji, przynajmniej: - Train Of Four, obliczanie T1/T4 i Tref/T4 - TOF z ustawianymi odstępami automatycznych pomiarów - Tetanus 50 Hz - Single Twitch
110	Wymagane akcesoria pomiarowe
111	Przewód EKG do podłączenia 3 elektrod
112	Czujnik SpO2 dla dorosłych z przewodem przedłużającym
113	Wężyk do podłączenia mankietów do pomiaru ciśnienia i mankiet pomiarowy dla dorosłych
114	Czujnik temperatury skóry
115	Akcesoria do pomiaru ciśnienia metodą inwazyjną przynajmniej w 1 torze
116	Akcesoria do pomiaru NMT dla dorosłych

Odp. : Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 173 dotyczy SWZ

Proszę Zamawiającego o wyjaśnienie, które dokumenty należy złożyć wraz z ofertą, a które na wezwanie Zamawiającego:

- Dokumenty wymienione w rozdz. X ust. 1 SWZ (informacja z Krajowego Rejestru Karnego, oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej, odpis KRS, oświadczenie o aktualności informacji) – wraz z ofertą czy na wezwanie Zamawiającego?
- Dokumenty wymienione w rozdz. X ust. 6 SWZ (przedmiotowe środki dowodowe - próbki, opisy lub fotografie dostarczanych produktów, katalogi zawierające kody katalogowe oraz opis zaoferowanych wyrobów) - wraz z ofertą czy na wezwanie Zamawiającego?
- wraz z ofertą czy na wezwanie Zamawiającego?

Odp. : Na wezwanie Zamawiającego.

Pytanie nr 174 dotyczy SWZ

W związku z niejednoznacznością zapisów SWZ, proszę o wyjaśnienie, które dokumenty należy złożyć wraz z ofertą, a które na wezwanie Zamawiającego:

- Dokumenty wymienione w rozdz. X ust. 7 SWZ (dokumenty potwierdzający dopuszczenie oferowanego asortymentu do obrotu zgodne z obowiązującymi przepisami)
- wraz z ofertą czy na wezwanie Zamawiającego?

Odp. : Wraz z ofertą.

Pytanie nr 175 dotyczy Wzoru Umowy § 4 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności do 30 dni?

Odp. : Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 176 dotyczy Wzoru Umowy § 6 ust. 1 pkt 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu do 5 dni roboczych, a w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy do 7 dni roboczych?

Odp. : Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 177 dotyczy Wzoru Umowy §6 ust. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie łącznej wysokości kar umownych do 10%?

Odp. : Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 178 dotyczy Wzoru Umowy §7 ust. 1 i 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie §7 ust. 1 i 2?

Odp. : Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 179 dotyczy zadania nr 7

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na sprzęt fabrycznie nowy, z pełną gwarancją, przy czym aparat do znieczulenia wyprodukowany w 2022 r., a kardiomonitor wyprodukowany w 2021 roku?

Odp. : Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 180 dotyczy zadania nr 7, poz. 10

Czy Zamawiający dopuści pojemniki ssaków po prawej stronie patrząc od przodu na aparat?

Odp. : Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 181 dotyczy zadania nr 7, poz. 4

Czy Zamawiający przyzna również 3 pkt za napęd pneumatyczny?

Odp. : Tak, zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 182 dotyczy zadania nr 7, poz. 10

Czy Zamawiający przyzna również 3 pkt za pomiar PEEP w zakresie 4-30 cmH₂O?

Odp. : Tak, zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 183 dotyczy zadania nr 7

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie jakiego typu wtyków gazowych tlenu, podtlenku azotu i powietrza: AGA, DIN II (Draeger), inny niewymieniony będzie wymagał Zamawiający.?

Odp. : Wtyk gazowych tlenu, podtlenku azotu i powietrza AGA.

Pytanie nr 184 dotyczy zadania nr 7

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie jakiego typu wtyku odciągu gazów poanestetycznych: AGSS AGA , AGSS DIN II (Draeger), inny niewymieniony, będzie wymagał Zamawiający.?

Odp. : W tej chwili blok operacyjny nie jest wyposażony w aktywny odciąg gazów poanestetycznych ale wymagamy aby aparat był wyposażony we własny napęd wyrzutu zużytych gazów poanestetycznych. Wymagane również aby aparat miał w wyposażeniu wtyk odstępu AG-SS AGA.

Pytanie nr 185 dotyczy zadania nr 7

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie jakiego typu przetworników krwawego ciśnienia: Edwards, BD, Abbott, Utah, B.Braun, inne niewymienione, będzie wymagał Zamawiający?

Odp. : Esward's True wave , kompatybilne z monitorem Philips (wtyczka 5 styków w obudowie w kształcie elipsy)

Pytanie nr 186 dotyczy zadania nr 7, poz. 105

Czy Zamawiający potwierdza, iż oczekuje złożenia wykazu części zamiennych wraz z numerami katalogowymi z dostawą aparatu i nie wymaga dołączenia takiego dokumentu do oferty.?

Odp. : Tak, zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 187 dotyczy Wzoru Umowy § 5 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisów § 5 ust. 4?

Odp. : Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 188 dotyczy Wzoru Umowy § 5 ust. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisów § 5 ust. 6?

Odp. : Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 189 dotyczy Wzoru Umowy § 5 ust. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie górnego limitu naliczenia kary umownej do wysokości 10% wynagrodzenia netto Wykonawcy określonego umową.?

Odp. : Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 190 dotyczy zadania nr 2 do SWZ

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o uwzględnienie w dniach roboczych zapisu od pn - pt (w wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w wymaganym czasie reakcji serwisu i naprawy gwarancyjnej.?

Odp. : Tak, zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 191 dotyczy zadania nr 2, poz. 74

Czy Zamawiający wyraża zgodę na skrócenie okresu gwarancji do 24 miesięcy tj. zgodnie z gwarancją udzieloną przez Producenta aparatu?

Odp. : Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 192 dotyczy zadania nr 2 do SWZ

Czy Zamawiający wyraża zgodę na 30-dniowy termin płatności licząc od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego?

Odp. : Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 193 dotyczy Wzoru Umowy § 5 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu uwzględnienia reklamacji do 14 dni od daty jej zgłoszenia tj zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Cywilnego.?

Odp. : Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 194 dotyczy Wzoru Umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę o umieszczenie zapisu obciążającego również Zamawiającego karą umowną (w wysokości, jak przewidziana dla Wykonawcy), w przypadku odstąpienia od umowy przez Strony, z przyczyn leżących pod stronie Zamawiającego?

Odp. : Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 195 dotyczy Wzoru Umowy

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby kary naliczane były w dniach roboczych od pn-pt. z wykluczeniem dni wolnych od pracy. ?

Odp. : Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 196 dotyczy zadania nr 1, poz. 2

Czy Zamawiający dopuszcza stół operacyjny z kołami o średnicy 100 mm.?

Odp. : Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 197 dotyczy zadania nr 1, poz. 3

Czy Zamawiający dopuszcza stół operacyjny wyposażony w 4 podwójne koła obrotowe ?

Odp. : Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 198 dotyczy zadania nr 1, poz. 12

Czy Zamawiający dopuszcza pilot bezprzewodowy w technologii podczerwieni.?

Odp. : Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 199 dotyczy zadania nr 1, poz. 15

Czy Zamawiający dopuszcza pilot aktywowanego przez wciśnięcie dowolnego klawisza?

Odp. : Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 200 dotyczy zadania nr 1, poz. 16

Czy Zamawiający dopuszcza pilot z alarmem wizualnym i akustycznym, bez alarmu wibracyjnego?

Odp. : Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 201 dotyczy zadania nr 1, poz. 32

Czy Zamawiający dopuszcza stół operacyjny o konstrukcji bezpiecznej, niewymagającej czujników w obudowie kolumny ?

Odp. : Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 202 dotyczy zadania nr 1, poz. 33

Czy Zamawiający dopuszcza materace o grubości 75 mm.?

Odp. : Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 203 dotyczy zadania nr 1, poz. 35

Czy Zamawiający dopuszcza materac mocowany przy pomocy rzepów ?

Odp. : Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 204 dotyczy zadania nr 1, poz. 36

Czy Zamawiający dopuszcza panel sterowania zamontowanego na stałe na kolumnie.?

Odp. : Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 205 dotyczy zadania nr 1, poz. 38

Czy Zamawiający dopuszcza awaryjną regulację funkcji stołu poprzez panel na kolumnie. ?

Odp. : Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 206 dotyczy zadania nr 1, poz. 43

Czy Zamawiający dopuszcza maksymalną wagę pacjenta o wartości 230 kg.?

Odp. : Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 207 dotyczy zadania nr 1, poz. 44

Czy Zamawiający dopuszcza stół z automatyczną funkcją powolnego startu.?

Odp. : Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 208 dotyczy zadania nr 1, poz. 48, 84 i 108

Czy Zamawiający dopuszcza podpory ręki wraz z dwoma pasami mocującymi, długa min 45 cm, z przegubem kulowych, ustawiana przy pomocy jednego pokrętła. Mocowanie na szynie bocznej stołu za pomocą dedykowanego uchwytu - 2 szt. ?

Odp. : Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 209 dotyczy zadania nr 1, poz. 58

Czy Zamawiający dopuszcza płyty do artroskopii barku z odłączanymi poduszkami dla łatwego dostępu do barków, z podparciem bocznym pacjenta – 1 szt. ?

Odp. : Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 210 dotyczy zadania nr 1, poz. 60

Czy Zamawiający dopuszcza stolik do operacji ręki z materiału przeziernego innego niż karbon z materacem antystatycznym, stolik o wymiarach 350×800×715mm, mocowany do szyny bocznej wraz z regulowaną podporą – 1 szt. ?

Odp. : Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 211 dotyczy zadania nr 1, poz. 68

Czy Zamawiający dopuszcza przystawki do operacji kolana z paskiem żelowym oraz klamrą 1 szt.?

Odp. : Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 212 dotyczy zadania nr 1, poz. 71, 86 i 110

Wnioskujemy o odstąpienie od wymogów opisanych w tych punktach.

Odp. : Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 213 dotyczy zadania nr 1, poz. 72, 87 i 111

Wnioskujemy o odstąpienie od wymogów opisanych w tych punktach.

Odp. : Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 214 dotyczy zadania nr 1, poz. 83 i 107

Czy Zamawiający dopuszcza sekcje nóg regulowanej elektrohydraulicznie bez sprężyny gazowej.?

Odp. : Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 215 dotyczy zadania nr 1, poz. 91 i 115

Czy Zamawiający dopuszcza ramki regulowanej trzyczęściowej – 1 szt.?

Odp. : Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 216 dotyczy zadania nr 1, poz. 93 i 117

Czy Zamawiający dopuszcza wózki na akcesoria z 5 szynami bocznymi, wymiary wózka 600×700×1200mm – 1 szt.?

Odp. : Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 217 dotyczy zadania nr 1, poz. 10

Czy Zamawiający dopuszcza współczynnik odwzorowania barwy światła słonecznego Ra: ≥ 97 ?

Odp. : Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 218 dotyczy zadania nr 1, poz. 11

Czy Zamawiający dopuszcza współczynnik odwzorowania barwy czerwonej R9: ≥ 97 ?

Odp. : Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 219 dotyczy zadania nr 1, poz. 12

Czy Zamawiający dopuszcza współczynnik odwzorowania koloru skóry R13: ≥ 97 ?

Odp. : Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 220 dotyczy zadania nr 1, poz. 13

Czy Zamawiający dopuszcza głębokość oświetlenia (L1+L2) dla Ec: 20%: 120 [cm] ?

Odp. : Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 221 dotyczy zadania nr 1, poz. 15

Prosimy o odstąpienie od tego wymogu.

Odp. : Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 222 dotyczy zadania nr 1, poz. 17

Czy Zamawiający dopuszcza elektroniczną regulację średnicy pola bezcieniowego każdej z czasz w zakresie od 140 [mm] do 320 [mm] ?

Odp. : Tak, zamawiający dopuszcza..

Pytanie nr 223 dotyczy zadania nr 1, poz. 20-23

Czy Zamawiający dopuszcza panel sterowania umieszczonego przy czaszy lampy. ?

Odp. : Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 224 dotyczy zadania nr 1, poz. 23

Czy Zamawiający dopuszcza światła endoskopowego (barwa zielona) o maksymalnej wartości 3% ?

Odp. : Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 225 dotyczy zadania nr 1, poz. 24

Czy Zamawiający dopuszcza czasz z 4 uchwytami brudnymi. ?

Odp. : Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 226 dotyczy zadania nr 1, poz. 31

Czy Zamawiający dopuszcza szyby osłaniającej diody LED wykonane ze szkła akrylowego.?

Odp. : Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 227 dotyczy zadania nr 1, poz. 38

Czy Zamawiający dopuszcza funkcję zielonego światła endoskopowego oraz usunięcie wymogu opisującego możliwość ustawienia kształtu pola operacyjnego. ?

Odp. : Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Powyższe wyjaśnienia udzielone przez Zamawiającego modyfikują zapisy SWZ oraz załącznik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawa sprzętu specjalistycznego dla bloku operacyjnego SP ZZOZ w Koźlenicach”.

ZATWIERDZAM