



**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W KOZIENICACH**

26-900 Koziernice  
Al. Wł. Sikorskiego 10  
Tel.: 48/ 679 72 00  
Fax: 48/ 679 59 30  
e-mail: sekretariat@szpitalkoziernice.pl

Regon: 670146450  
NIP: 812-16-45-639

SP ZZOZ ND. DZPiZ/...../2023

Koziernice, dnia 07.03.2023

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku i wyrobów medycznych dla SPZZOZ w Koziernicach II” nr 01/PN/ND.ZP/2023.

Stosownie do postanowień art. 223 ust. 2 pkt. 1 ustawy Prawa zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prośbie o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia złożonej przez Wykonawców, dokonał poprawy oczywistej omyłki pisarskiej:

**Z:**  
**Pytanie nr 12 dotyczy zadania 29 poz.16**

**Na:**  
**Pytanie nr 12 dotyczy zadania 32 poz.16**

**Z:**  
**Pytanie nr 13 dotyczy zadania 29 poz.16**

**Na:**  
**Pytanie nr 13 dotyczy zadania 32 poz.16**

**Z:**  
**Pytanie nr 14 dotyczy zadania 29 poz.17**

**Na:**  
**Pytanie nr 14 dotyczy zadania 32 poz.17**

**Z:**  
**Pytanie nr 16 dotyczy zadania 32 poz.11**

Czy Zamawiający w miejsce pierwotnych zapisów zgodzi się na zaoferowanie koszulki o grubości 10,7 FR, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

**Na:**  
**Pytanie nr 16 dotyczy zadania 32 poz.11**

Czy Zamawiający w miejsce pierwotnych zapisów zgodzi się na zaoferowanie koszulki o grubości 10,7 FR, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

**Z:**

**Pytanie nr 17 dotyczy zadania 32 poz.12**

Czy Zamawiający w miejsce pierwotnych zapisów zgodzi się na zaoferowanie koszulki o grubości 10,7 FR, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

**Na:**

**Pytanie nr 17 dotyczy zadania 32 poz.12**

Czy Zamawiający w miejsce pierwotnych zapisów zgodzi się na zaoferowanie koszulki o grubości 10,7 FR, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

W związku z powyższym wyjaśnienie zapisów specyfikacji warunków zamówienia uległo sprostowaniu.

**Z poważaniem,**