



**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W KOZIENICACH**

26-900 Kozienice  
Al. Wł. Sikorskiego 10  
Tel.: (048) 679 71 82  
Fax: (048) 679 59 30  
e-mail: zaopatrzenie@szpitalkozienice.pl

Regon: 670146450  
NIP: 812-16-45-639

---

SPZZOZ.ND.ZP/ ...../2023

Kozienice, dnia 07.03.2023 r.

**Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia publicznego**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku i wyrobów medycznych dla SP ZZOZ w Kozienicach II”, nr sprawy: 01/PN/ND.ZP/2023.

Działając na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r, poz. 1710), Zamawiający informuje, że zwrócono się do niego z prośbą o wyjaśnienie n/w zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

**Pytanie nr 1 dotyczy zadania nr 12 poz.1 oraz poz.3**

Prowadnice biopsyjne są pakowane przez producenta w opakowania zbiorcze zawierające 24 szt. Czy nie zaszła omyłka pisarska w ilościach?

Prosimy o doprecyzowanie, jaką ilość Zamawiający miał na myśli.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.**

**Pytanie nr 2 dotyczy zadania 29 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści cewnik moczowodowy w rozmiarze 4.5F, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 3 dotyczy zadania 29 poz. 2-4**

Czy Zamawiający dopuści cewnik moczowodowy z popychaczem o dł. 40 cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 4 dotyczy zadania 29**

Czy Zamawiający wymaga cewników moczowodowych, z możliwością utrzymania w moczowodzie do 365 dni – parametr potwierdzony w instrukcji obsługi lub oświadczeniem producenta?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 5 dotyczy treści SWZ**

Czy Zamawiający potwierdzi, że oświadczenie JEDZ składane będzie na wezwanie przez wykonawcę, którego oferta została najwyższej oceniona?

**Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza. Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.**

**Pytanie nr 6 dotyczy treści SWZ**

Czy Zamawiający potwierdzi, że wraz z ofertą należy złożyć jedynie oświadczenie o zapoznaniu się z treścią załączonego do specyfikacji wzoru umowy i w przypadku wyboru oferty, deklarację zawarcia umowy sporządzonej na podstawie tego wzoru (treść w Formularzu Ofertowym) nie zaś parafowany wzór umowy?

**Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza. Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.**

**Pytanie nr 7 dotyczy treści SWZ**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie z Formularza Ofertowego zadań, na które Wykonawca nie składa oferty?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 8 dotyczy zadania 29 poz.1**

Czy zamawiający dopuści cewnik moczowodowy typu pigtail z popychaczem o dł. 75 cm. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 9 dotyczy zadania 29 poz.2-4**

Czy Zamawiający dopuści cewnik moczowodowy typu pigtail z popychaczem o dł. 45 cm. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 10 dotyczy zadania 32, poz.1-4**

Czy Zamawiający dopuści cewnik JJ z przewodnikiem stalowym pokrytym PTFE i popychaczem standardowym, Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 11 dotyczy zadania 32, poz.15**

Czy Zamawiający dopuści koszulkę dostępu moczowodowego o kształcie umożliwiającym płynne poszerzenie (pozbawioną rowkowania), pokrytą zewnętrzną powłoką hydrofilną oraz wewnętrzną powłoką teflonową, rozmiar kanału roboczego 10 i 12 Fr,

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 12 dotyczy zadania 32 poz. 16**

Czy Zamawiający dopuści okluzyjny cewnik do połączenia miedniczkowo-moczowodowego zawierający silikonowy balon o rozmiarze 5 Fr i długości 75 cm.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.**

**Pytanie nr 13 dotyczy zadania 32 poz.16**

Czy Zamawiający dopuści rozszerzadło moczowodowe z balonem w rozmiarze 5Fr i długości 75 cm, średnica balona mm/Fr 4/12; 5/15; 6/18; 7/21; 8/24 do wyboru zamawiającego. Długość balona 4,5,6 mm. Prowadnica o śr. 0,035”.

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 14 dotyczy zadania 32 poz. 17**

Czy Zamawiający dopuści zestaw rozszerzadeł nefrostomijnych typu Amplatz zawierający: cieniodajny cewnik z PTFE o rozmiarze 8 Fr, trzy cieniodajne rozszerzacze od 6 do 10 Fr stożkowe pasujące do przewodnika 0.038”, 10 rozszerzaczy od 12 do 30 Fr pasujące do cewnika z PTFE o rozmiarze 8 Fr, cieniodajne koszulki typu Amplatz z czterema największymi rozszerzaczami, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty w rozumieniu Pzp

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.**

**Pytanie nr 15 dotyczy zadania 27 poz.3**

Czy z uwagi na wycofanie z produkcji przez producenta w 2022 roku taśmy Esmarcha o szerokości 12 cm zawracamy się zapytaniem o czy zamawiający dopuści do zaferowania: taśmę Esmarcha o szerokości 10 cm lub 15 cm do wyboru reszta parametrów zgodnie z SIWZ ?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza do zaferowania taśmę Esmarcha o szerokości 15 cm, reszta parametrów zgodna z SWZ.**

**Pytanie nr 16 dotyczy zadania 32 poz.11**

Czy Zamawiający w miejsce pierwotnych zapisów zgodzi się na zaferowanie koszulki o grubości 10,7 FR, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 17 dotyczy zadania 32 poz.12**

Czy Zamawiający w miejsce pierwotnych zapisów zgodzi się na zaferowanie koszulki o grubości 10,7 FR, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 18 dotyczy zadania 13 poz.1**

Prosimy o wskazanie z jakiego systemu wkładów jednorazowych korzysta Zamawiający (np. VacSax, Serres, czy inne) celem dopasowania wkładów do butli?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 19 dotyczy zadania 18 poz.1**

Prosimy o doprecyzowanie jakiej długości drenu wymaga Zamawiający, oraz o podanie średnicy zewnętrznej i wewnętrznej drenu.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga drenu długości 200 cm i średnicy 8x14 mm**

**Pytanie nr 20 dotyczy zadania 18 poz.3**

Prosimy o wskazanie z jakiego systemu wkładów jednorazowych korzysta Zamawiający (np. VacSax, Serres, czy inne) celem dopasowania wkładów do butli?

**Odpowiedź: Zamawiający korzysta z systemu wkładów jednorazowych FLOVAC**

**Pytanie nr 21 dotyczy zadania 24 poz.1 i poz.2**

Prosimy o wskazanie z jakiego systemu wkładów jednorazowych korzysta Zamawiający (np. VacSax, Serres, czy inne), celem dopasowania wkładów do butli?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 22 dotyczy zadania 29 poz.2, poz.3 i poz. 4**

Czy Zamawiający w pozycji 2, 3 i 4 dopuści zaoferowanie zestawów w popychaczem o długości 45 cm.

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 23 dotyczy treści SWZ**

Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 24 dotyczy treści SWZ**

Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 13485:2016-04 dotyczący produkcji i dystrybucji opakowań, testów oraz wyrobów pomocniczych do kontroli procesów sterylizacji, mycia i dezynfekcji? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 25 dotyczy zadania 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gotowych do użycia testów do wykrywania pozostałości zanieczyszczeń białkowych, gdzie substancja testowa zmienia kolor od 1 minuty z przezroczystej na fioletową, spełniających pozostałe wymagania SWZ?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 26 dotyczy Wzoru Umowy § 4 ust.2**

Prosimy o dopisanie zastrzeżenia, że zapis nie dotyczy sytuacji, gdy zaległości płatnicze Zamawiającego przekroczą 60 dni.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższy zapis.**

**Pytanie nr 27 dotyczy Zadania nr 9**

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik instrumentariuszki o gramaturze 60g/m<sup>2</sup> i odporności na przenikanie cieczy 196cm H<sub>2</sub>O?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 28 dotyczy zadania nr 9**

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe narzędzie typu Pean, plastikowe o długości 14cm, o długości części chwytnej 35mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 29 dotyczy zadania nr 9**

Czy Zamawiający dopuści miskę nerkową 24,5cm x 10cm x 5cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 30 dotyczy zadania nr 9**

Czy Zamawiający dopuści zestaw pakowany do transportu w karton zaklejony taśmą?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 31 dotyczy zadania nr 16, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści szczoteczki wykonane z polipropylenu

- z jednej strony pokryta miękkim włosiem, z drugiej gąbką
- łączna długość 18cm, długość części czyszczącej 2,5cm
- otwór odsysający zarówno od strony włosia jak i w przestrzeni pomiędzy gąbką i włosiem
- łącznik do kontrolowanego odsysania ścięty pod kątem 45° dla wygodnej manipulacji
- jednorazowego użytku?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 32 dotyczy zadania nr 17, poz.1**

Czy Zamawiający dopuści wziernik uszny w rozmiarze 3,6mm?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszczają.**

**Pytanie nr 33 dotyczy zadania nr 17, poz.2**

Czy Zamawiający dopuści wziernik uszny w rozmiarze 5,2mm?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 34 dotyczy zadania nr 6 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 6, poz. 3 zestaw do higieny jamy ustnej o następujących parametrach: Zestaw do higieny jamy ustnej w profilaktyce odrespiratorowego zapalenia płuc (VAP) na 24 godziny w jednym zestawie zbiorczym, które można powiesić przy łóżku chorego i osobno zapakowane w opakowania następujące elementy: (samoczyszczący cewnik do odsysania typu Yankauer w koszulce czyszczącej oraz łącznik ssący z kontrolą siły ssania plus łącznik typu Y) x 1 komplet, (szczoteczka do higieny jamy ustnej z możliwością odsysania oraz posiadająca dodatkowy otwór odbarczający i wykonana w całości z jednego jednorodnego materiału (w celu zapobiegania oderwania włosa czyszczącego) z końcówką pasującą do łącznika ssącego z kontrolą siły ssania oraz gąbka do pędzlowania jamy ustnej plus plastikowe naczynie na roztwór ) x 2 komplety; (cewnik do odsysania zagięty z gąbką z końcówką pasującą do łącznika ssącego z kontrolą siły ssania oraz gąbkę do pędzlowania jamy ustnej plus plastikowe naczynie na roztwór) x 4 komplety. Osobno pakowane cewniki do odsysania z końcówką pasującą do łącznika ssącego z kontrolą siły ssania x 2. Wszystkie elementy jednorazowe oprócz samoczyszczącego cewnika do odsysania typu Yankauer oraz łącznika ssącego z kontrolą siły ssania, które można wykorzystywać przez 24 h wielokrotnie. Opakowanie typu zawieszka spełnia jednocześnie rolę instrukcji postępowania dla personelu oraz archiwizacji jakie czynności zostały wykonane.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.**

**Pytanie nr 35 dotyczy zadania nr 18**

Czy Zamawiający zaakceptuje dostawę towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej oraz prosimy Zamawiającego o rezygnację z obecności Wykonawcy lub jego przedstawicieli podczas odbioru towaru przez Zamawiającego? Rezygnacja z tych wymagań wpłynie korzystnie na obniżenie wartości oferty, ze względu na brak konieczności delegowania pracownika do wykonania tych czynności.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 36 dotyczy zadania nr 18**

Czy Zamawiający przedstawi planowany harmonogram dostaw. Informacja dot. harmonogramu dostaw pozwoli Wykonawcy na prawidłowe skalkulowanie kosztów.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający przedstawi planowany harmonogram dostaw.**

**Pytanie nr 37 dotyczy zadania nr 18 poz.3**

Czy Zamawiający potwierdzi, że jednorazowe zamówienie na wkłady, będzie opiewało na minimum 50 szt.? Oryginalne, zbiorcze opakowanie wkładów zawiera 50 szt. Dostarczanie jednorazowo 50 szt. w jednym opakowaniu zbiorczym, ułatwi Zamawiającemu przechowywanie wkładów.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie nr 38 dotyczy zadania nr 18**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu przedłożenia próbek (na wezwanie) i dokonanie sprawdzenia zgodności zaoferowanego produktu z kartą katalogową.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 39 dotyczy zadania 18**

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu dostarczenia na wezwanie i do pierwszej dostawy karty charakterystyki? Wymagany przez Zamawiającego przedmiot zamówienia nie zawiera niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 40 dotyczy zadania 18 poz. 1**

Czy Zamawiający wyjaśni jakiej długości drenu wymaga.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga drenu o długości 200 cm.**

**Pytanie nr 41 dotyczy zadania 18 poz.3**

Czy Zamawiający wyjaśni jaką pojemność wkładów jednorazowych wymaga

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga wkładów jednorazowych o pojemności 2000 ml.**

**Pytanie nr 42 dotyczy zadania 13**

Czy Zamawiający wymaga systemu ssącego wymaga systemu FLOVAC czy systemu MONOKIT.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga systemu MONOKIT.**

**Pytanie nr 43 dotyczy zadania 13**

Czy Zamawiający zaakceptuje dostawę towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej oraz czy Zamawiający zrezygnuje z obecności Wykonawcy lub jego przedstawicieli podczas odbioru towaru przez

Zamawiającego? Rezygnacja z tych wymagań wpłynie korzystnie na obniżenie wartości oferty, ze względu na brak konieczności delegowania pracownika do wykonania tych czynności.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 44 dotyczy zadania 13**

Czy Zamawiający przedstawi planowany harmonogram dostaw Informacja dot. harmonogramu dostaw pozwoli Wykonawcy na prawidłowe skalkulowanie kosztów.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający przedstawi planowany harmonogram dostaw.**

**Pytanie nr 45 dotyczy zadania 13**

Czy Zamawiający potwierdzi, że jednorazowe zamówienie na wkłady będzie opiewało na minimum 50 szt? Oryginalne, zbiorcze opakowanie wkładów zawiera 50 szt. Dostarczanie jednorazowo 50 szt. w jednym opakowaniu zbiorczym, ułatwi Zamawiającemu przechowywanie wkładów.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie nr 46 dotyczy zadania 13**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu przedłożenia próbek (na wezwanie) i dokona sprawdzenia zgodności zaoferowanego produktu z kartą katalogową.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie odstąpi od wskazanego wymogu.**

**Pytanie nr 47 dotyczy zadania 13**

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu dostarczenia na wezwanie i do pierwszej dostawy karty charakterystyki. Wymagany przez Zamawiającego przedmiot zamówienia nie zawiera niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie zrezygnuje ze wskazanego wymogu.**

**Pytanie nr 48 dotyczy zadania 14, poz. 1 i poz.2**

Czy Zamawiający oczekuje 6 szt, czy 6 kpl ( najmniejsza ilość w opakowaniu stanowi 2 sztuki)?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że doszło do oczywistej omyłki pisarskiej. Zamawiający wymaga 6 op. (6 kpl.).**

**Pytanie nr 49 dotyczy zadania 16, poz. 3**

Prośba o doprecyzowanie do jakiego otoskopu Zamawiający oczekuje wzierników?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga wzierników do otoskopu Fujinon.**



**Pytanie nr 50 dotyczy zadania 16, poz. 5**

Czy zamawiający wymaga szczoteczki do mycia zębów pacjentów z możliwością odsysania zarejestrowanych do klasy IIa?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 51 dotyczy zadania 16, poz.6**

Czy zamawiający wymaga szpatułki do pielęgnacji jamy ustnej nasączonej dwuwęglanem sodu?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 52 dotyczy zadania 31, poz.1**

Czy Zamawiający dopuści koszyk o długości 90 cm z koszykiem 15 mm, tak jak obecnie stosowane.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 53 dotyczy zadania 31, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści koszyk o długości 90 cm z koszykiem 12,5 mm, tak jak obecnie stosowane?

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 54 dotyczy zadania 31, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cystostomii o składzie: rozrywalna igła, cewnik wykonany z poliuretanu z zakończeniem pigtail z otworami bocznymi na pętli, tulejka mocująca/fiksująca, zacisk, worek na mocz 2l.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.**

**Pytanie nr 55 dotyczy zadania 31, poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści cewnik CH8. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 56 dotyczy zadania 31, poz. 7**

Czy Zamawiający dopuści cewnik okluzyjny 2-kanałowy, wykonany z wysokiej klasy poliuretanu ze znacznikiem RTG, balon 1,5ml wolny od lateksu, dł. całkowita cewnika 80 cm, rozmiar 5F.

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 57 dotyczy zadania 31, poz. 10**

Czy Zamawiający dopuści cewnik w rozmiarze CH12 z balonem 5-10ml oraz CH14-24 z balonem 30-50 ml.

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 58 dotyczy zadania 29, poz.1**

Czy Zamawiający dopuści cewnik w rozmiarze CH4.8 z popychaczem min. 70cm?

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 59 dotyczy zadania 29, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści cewnik z popychaczem min. 40 cm?

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 60 dotyczy zadania 29, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści cewnik z popychaczem min. 40 cm?

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 61 dotyczy zadania 29, poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści cewnik z popychaczem min. 40 cm z możliwością utrzymania cewnika do 3 miesięcy?

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 62 dotyczy zadania 30, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści alternatywny opatrunek o poniższych parametrach: Sterylny, paroprzepuszczalny opatrunek do wkłuc centralnych 10,2x11,4 cm, z zaokrąglonymi rogami z krótkimi wycięciami w kształcie V na dwóch bokach przyległych, z przezroczystym okienkiem z folii poliuretanowej 6,4x7,9 cm umożliwiającą inspekcje miejsca wkłucia, (z warstwą klejącą na bazie akrylu naniesioną wzorem podobnym do diamentu), ze wzmocnionym włókniną obrzeżem stabilizującym, oraz z laminowanym, włókninowym, wzmocnionym w miejscu wycięcia V dodatkowym paskiem stanowiącym zabezpieczenie przeciwlegle, z metką z nadrukiem data godzina i ramką ułatwiającą aplikację. Zapewnia dopasowanie do ciała i stabilizację kaniul do 7 dni, odporny na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM1671, paroprzepuszczalność w części foliowej opatrunku MVTR min.2300-3685 g/(m<sup>2</sup>xdzień). Opakowanie jednostkowe torebka papierowa typu peel pouch. Opakowanie zbiorcze karton 50 szt. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Wyrób medyczny klasy I s

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 63 dotyczy zadania 30, poz. 14**

Czy Zamawiający umożliwi zaoferowanie pojemnika o pojemności 10ml?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 64 dotyczy zadania 31, poz. 16**

Czy Zamawiający umożliwi zaoferowanie worka DZM, jednorazowego, jałowego, podwójnie zgrzewanego, poj. 2000 ml, czas stosowania przez 5-7 dni, wyposażony w bezigłowy Luer port do pobierania próbek w schodkowym łączniku cewnikowym w zdejmowalnej zatyczce. Dren odporny na załamania dł. max. 120 cm z zastawką antyzwrotną na wlocie do worka. W przedniej ścianie worka odpowietrzający hydrofobowy filtr antybakteryjny. Skalowanie co 25 ml do 100 ml i co 100 ml do 2000 ml. Biała tylna ściana worka. Kranik spustowy typu T podwieszany w wentylowanej zakładce. Port odpływowy kranika spustowego kompatybilny z workiem do utylizacji moczu w systemie zamkniętym. Pakowany pojedynczo w opakowanie folia papier. Czas stosowania 5-7 dni potwierdzony przez producenta.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 65 dotyczy zadania 26**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie ważnej oferty ze szwami chirurgicznymi, które posiadają opis rodzaju nici na opakowaniu zbiorczym i na saszetkach wyrażony za pomocą zharmonizowanych znaków, opisów międzynarodowych w języku angielskim i rozpoznawalnych kodów zgodnie z art. 12 ust. 4 Ustawy o Wyrobach Medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r.?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 66 dotyczy zadania 26**

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na uzupełnienie umowy o przedstawiony zapis.**

**Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi do SWZ, stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin udzielenia nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Dlatego też, Zamawiający zawiadamia, iż terminy składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie, jak również godziny oraz miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe wyjaśnienia udzielone przez Zamawiającego modyfikują niektóre zapisy SWZ.**

**Otrzymują:**

- 1. Uczestnicy postępowania,**
- 2. Strona internetowa,**
- 3. a/**